

DE drainova® Reservoir, Drainage-Set

Gebrauchsanweisung

EN drainova® reservoir, drainage set

Instructions for use

FR drainova® réservoir, kit de drainage

Instructions d'utilisation

IT drainova® serbatoio, set di drenaggio

istruzioni d'uso

SV drainova® sugbehållare, dränageset

Bruksanvisning

DA drainova® soft vacuum beholder, drænagesæt

Brugsanvisning

NO drainova® beholder, drenasjesett


Bruksanvisning

HU drainova® tartály és lecsapoló szett

Hasznalati utasításban

NL drainova® reservoir, drainageset

Gebruiksaanwijzing



DE ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
EN EXPLANATION OF SYMBOLS
FR EXPLICATION DES SYMBOLES
IT SPIEGAZIONI DEI SIMBOLI
SV FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

DA SYMBOLFORKLARING
NO FORKLARING AV -SYMBOLENE
HU SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
NL TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

DE Bitte beachten Sie, dass nicht alle dargestellten Symbole auf Ihr Produkt zutreffen. Die jeweilig zutreffenden Symbole finden Sie auf dem Etikett Ihres Produktes. / **EN** Please note that not all symbols shown apply to your product. The relevant symbols can be found on the product label. / **FR** Veuillez noter que tous les symboles décrits ne s'appliquent pas à votre produit. Vous trouverez les symboles correspondants sur l'étiquette de votre produit. / **IT** Si prega di notare che non tutti i simboli mostrati sono applicabili al vostro prodotto. Troverete i simboli pertinenti sull'etichetta del vostro prodotto. / **SV** Observera att inte alla avbildade symboler är tillämpliga för din produkt. Vilka symboler som gäller för din produkt hittar du på produktetiketten. / **DA** Bemærk, at ikke alle viste symboler er relevante for jeres produkt. De relevante symboler findes på produktmærkningen / **NO** Vær oppmerksom på at ikke alle viste symboler gjelder ditt produkt. De aktuelle symbolene finner du på etiketten til produktet ditt. / **HU** Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felsorolt szimbólumok közül nem mindegyik kapcsolódik az ön termékéhez. A termékére vonatkozó szimbólumokat annak címkéjén találja. / **NL** Houd er rekening mee dat niet alle getoonde symbolen van toepassing zijn op uw product. De van toepassing zijnde symbolen vindt u op het etiket van uw product.



DE Eindeutige Produktidentifizierung / **EN** Unique device identifier / **FR** Identifiant de dispositif unique / **IT** Identificatore unico di un dispositivo / **SV** Unik produktidentifiering / **DA** Unik udstyrsidentifikation / **NO** Entydig produktidentifisering / **HU** Egyedi termékazonosító / **NL** Duidelijke productidentificatie



DE Übersetzung / **EN** Translation / **FR** Traduction / **IT** Traduzione / **SV** översättning / **DA** Oversættelse / **NO** Oversettelse / **HU** Fordítás / **NL** Vertaling



DE Medizinprodukt / **EN** Medical device / **FR** Dispositif médical / **IT** Dispositivo medico / **SV** medicinteknisk produkt / **DA** Medicinsk udstyr / **NO** Medisinsk utstyr / **HU** Orvostechikai eszköz / **NL** Medisch apparaat



DE Chargenbezeichnung / **EN** Batch code / **FR** Numéro de lot de fabrication / **IT** Numero di lotto di produzione / **SV** batchnummer / **DA** Batchkode / **NO** Batchbetegnelse / **HU** Gyártási tételazonosító / **NL** Batchaanduiding



DE Katalognummer / **EN** catalogue number / **FR** Numéro d'article / **IT** numero di articolo / **SV** Artikelnummer / **DA** katalognummer / **NO** Katalognummer / **HU** Cikkszám / **NL** Catalogusnummer



DE Verwendbar bis / **EN** Use-by date / **FR** Valable jusqu'à / **IT** da usare fino al / **SV** hållbarhet / **DA** Sidste anvendelsesdato / **NO** Kan brukes inntil / **HU** Felhasználható: -ig. / **NL** Te gebruiken tot



DE Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft / **EN** Authorized representative in the European Community /

FR Représentation autorisée dans la Communauté Européenne / **IT** Autorizzato nella Comunità Europea / **SV** auktoriserad representant i europeiska gemenskapen / **DA** Autoriseret repræsentant i EU / **NO** Fullmektig i Det europeiske fellesskapet / **HU** Az Európai Közösségben meghatalmazott képviselő / **NL** Gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap

CH REP **DE** Schweizer Bevollmächtigter / **EN** Swiss Authorised Representative / **FR** Mandataire suisse / **IT** mandatario svizzero / **SV** Auktoriserad representant i Schweiz / **DA** Autoriseret repræsentant i Schweiz / **NO** Fullmektig i Sveits / **HU** Meghatalmazott képviselő Svájcban / **NL** Zwisserse gemachtigde vertegenwoordiger



DE Importeur / **EN** Importer / **FR** Importateur / **IT** Importatore / **SV** importör / **DA** Importør / **NO** Importør / **HU** Importőr / **NL** Importeur



DE Hersteller / **EN** Manufacturer / **FR** Fabricant / **IT** Fabbricante / **SV** tillverkare / **DA** Producent / **NO** Produsent / **HU** Gyártó / **NL** Fabrikant



DE Herstellungsdatum / **EN** Date of manufacture / **FR** Date de fabrication / **IT** Data di fabbricazione / **SV** tillverkningsdatum / **DA** Produktionsdato / **NO** Produksjonsdato / **HU** Gyártás ideje / **NL** Productiedatum



DE CE-Kennzeichnung / **EN** CE label / **FR** Label CE / **IT** Marchio CE / **SV** CE-märkning / **DA** CE-mærke / **NO** CE-merking / **HU** CE címke / **NL** CE-markering

STERILE EO **DE** Sterilisiert mit Ethylenoxid / **EN** Sterilized using ethylene oxide / **FR** Stérilisé à

l'oxyde d'éthylène / **IT** Sterilizzato con ossido di etilene / **SV** Steriliserad med etylenoxid / **DA** Steriliseret med ethylenoxid / **NO** Sterilisert med etylenoksid / **HU** Etilén-oxiddal sterilizált / **NL** Gesteriliseerd met ethyleenoxide



DE Nicht erneut sterilisieren / **EN** Do not re-sterilize / **FR** Ne pas restériliser / **IT** Non sterilizzare di nuovo / **SV** får inte omsteriliseras / **DA** Må ikke resteriliseres / **NO** Må ikke steriliseres på nytt / **HU** Tilos újrasztelizálni / **NL** Niet opnieuw steriliseren



DE Unsteril / **EN** Non-sterile / **FR** Non stérile / **IT** Non sterile / **SV** osteril / **DA** Usteril / **NO** Usteril / **HU** Nem steril / **NL** Niet-steriel



DE Neuverpackung / **EN** Repackaging / **FR** Reconditionnement / **IT** Riconfezionamento / **SV** ompaketering / **DA** Reemballering / **NO** Ny pakning / **HU** Újracsomagolás / **NL** Herverpakking



DE Internetseite mit Patienteninformationen / **EN** Patient information website / **FR** Site internet contenant des informations patients / **IT** Sito web con informazioni sui pazienti / **SV** internetsida med patientinformation / **DA** Patientinformationsinternetside / **NO** Internettside med pasientopplysninger / **HU** Tájékoztató weboldal pácienseknek / **NL** Informatie-website voor patiënten



DE Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben / **EN** Fragile, handle with care / **FR** Fragile, à manipuler avec précaution / **IT** Fragile, maneggiare con cura / **SV** ömtåligt, hanteras varsamt / **DA** Skrøbelig, skal håndteres med forsigtighed /

NO Kan ødelegges, håndter forsiktig /
HU Törékeny, kezelje óvatosan /
NL Breekbaar - voorzichtig behandelen



DE Trocken aufbewahren / **EN** Keep dry /
FR A conserver au sec / **IT** Conservare al
asciutto / **SV** förvaras torrt / **DA** Opbevares
tørt / **NO** Oppbevar tørt / **HU** Tartsa száraz
helyen / **NL** Droog bewaren



DE Vor Hitze schützen / **EN** Keep away
from heat / **FR** A protéger de la chaleur /
IT Proteggere dal calore / **SV** skyddas mot
solljus / **DA** Beskyttes mod varme /
NO Beskytt mot varme / **HU** Óvja a
napfénytől / **NL** Beschermen tegen hitte



DE Temperaturgrenzwerte / **EN** Tempera-
ture limit / **FR** Limite de température /
IT limite di temperatura / **SV** temperatur-
begränsning / **DA** Grænse for temperatur /
NO Temperaturgrenseverdi / **HU** Hőmér-
séklet-határ / **NL** Temperatuurlimieten



DE Oberer Temperaturgrenzwert /
EN Upper limit of temperature / **FR** Limite
supérieure de température / **IT** Limite
superiore di temperatura / **SV** övre
temperaturgräns / **DA** Øvre temperatur-
grænse / **NO** Øvre temperaturgrenseverdi /
HU Felső hőmérséklet-határ / **NL** Bovenste
temperatuurlimiet



DE Unterer Temperaturgrenzwert /
EN Lower limit of temperature / **FR** Limite
inférieure de température / **IT** Limite
inferiore di temperatura / **SV** undre
temperaturgräns / **DA** Nedre temperatur-
grænse / **NO** Nedre temperaturgrense-
verdi / **HU** Alsó hőmérséklet-határ /
NL Onderste temperatuurlimiet



DE Nicht wiederverwenden / **EN** Do not
re-use / **FR** Ne pas réutiliser / **IT** Non
riutilizzare / **SV** får inte återanvändas /
DA Må ikke genbruges / **NO** Ikke til
gjenbruk / **HU** Ne használja újra /
NL Niet hergebruiken



DE Nicht verwenden, wenn die Verpa-
ckung beschädigt ist / **EN** Do not use if
packaging is damaged / **FR** Ne pas utiliser
si l'emballage est endommagé / **IT** Non
usare la confezione se è danneggiata /
SV använd inte om förpackningen är
skadad / **DA** Må ikke anvendes, hvis
pakningen er beskadiget / **NO** Skal ikke
brukes dersom emballasjen er skadet /
HU Ne használja a termékét, ha a
csomagolása sérült / **NL** Niet gebruiken
als de verpakking beschadigd is



DE Gebrauchsanweisung beachten /
EN Consult instructions for use / **FR** Suivre
les instructions d'utilisation / **IT** Seguire
le istruzioni per l'uso / **SV** vänligen läs
bruksanvisningen / **DA** Se brugsanvisnin-
gen / **NO** Følg bruksanvisningen /
HU Kövesse a használati utasításban
foglaltakat / **NL** Volg de instructies



DE Naturkautschuklatex ist enthalten
oder anwesend / **EN** Contains or presence
of natural rubber latex / **FR** Contient ou
présence de latex / **IT** Contiene o
presenza di lattice di gomma naturale /
SV innehåller eller förekomst av
naturgummilatem / **DA** Indhold eller
tilstedeværelse af naturgummilatem /
NO Inneholder naturkautsjuklateks /
HU Természetes latexet tartalmaz /
NL Bevat of aanwezigheid van natuurlijke
rubberlatex



DE Enthält kein Naturkautschuklatex /
EN Not made with natural rubber latex /
FR Ne contient pas de latex / **IT** Non
 contiene lattice di gomma naturale /
SV innehåller ingen naturgummilates /
DA Ikke fremstillet med ingen latex /
NO Inneholder ikke naturkautsjuklateks /
HU Nem tartalmaz természetes latexet /
NL Bevat geen natuurlijke rubberlatex



DE Pyrogenfrei / **EN** Non-pyrogenic /
FR Non pyrogène / **IT** apirogene /
SV fri från pyrogen / **DA** Ikke-pyrogen /
NO Pyrogenfri / **HU** Pirogénmentes /
NL Pyrogeenvrij



DE Enthält oder Anwesenheit von
 Phthalate* / **EN** Contains or presence of
 phthalate* / **FR** Contient ou présence de
 phthalate* / **IT** Contiene o presenza di
 ftalati* / **SV** innehåller eller förekomst av
 ftalater* / **DA** Indeholder ftalati* /
NO Inneholder ftalater* / **HU** Ftalátot*
 tartalmaz / **NL** Bevat of aanwezigheid van
 ftalaten*



DE Enthält keine Phthalate* / **EN** Does not
 contain phthalates* / **FR** Ne contient pas
 de phthalate* / **IT** Non contiene ftalati* /
SV innehåller inte ftalater* / **DA** Indehol-
 der ikke ftalater* / **NO** Inneholder ikke
 ftalater* / **HU** Nem tartalmaz ftalátokat* /
NL Bevat geen ftalaten*



DE Enthält oder Anwesenheit von DEHP* /
EN Contains or presence of DEHP* /
FR Contient ou présence de DEHP* /
IT Contiene o presenza di DEHP* /
SV innehåller eller förekomst av DEHP* /
DA Indeholder eller forekomst af DEHP* /
NO Inneholder DEHP* / **HU** DEHP*-t
 tartalmaz / **NL** Bevat of aanwezigheid van
 DEHP*



DE Enthält kein DEHP* / **EN** Does not
 contain DEHP* / **FR** Ne contient pas de
 DEHP* / **IT** Non contiene DEHP* (dietil-esil
 ftalato) / **SV** innehåller inte DEHP* /
DA Indeholder ikke DEHP* / **NO** Innehol-
 der ikke DEHP* / **HU** Nem tartalmaz
 DEHP*-t / **NL** Bevat geen DEHP*



DE Enthält kein PVC / **EN** Does not contain
 PVC / **FR** Ne contient pas de PVC / **IT** Non
 contiene PVC / **SV** innehåller inte PVC /
DA Indeholder ikke PVC / **NO** Inneholder
 ikke PVC / **HU** Nem tartalmaz PVC-t /
NL Bevat geen PVC



DE Einfaches Sterilbarrieresystem /
EN Single sterile barrier system /
FR Système de barrière stérile unique /
IT Sistema a barriera singola sterile /
SV enkelt sterilbarriärsystem / **DA** Enkelt
 sterilert barrieresystem / **NO** Enkelt sterilert
 barrieresystem / **HU** Egyszeres steril
 védőzáras rendszer / **NL** Eenvoudig
 sterielebarrièresysteem



DE Doppeltes Sterilbarrieresystem /
EN Double sterile barrier system / **FR** Systè-
 me de barrière stérile double / **IT** Sistema
 a doppia barriera sterile / **SV** dubbelt
 sterilbarriärsystem / **DA** Dobbelt sterilert
 barrieresystem / **NO** Dobbelt sterilert
 barrieresystem / **HU** Kettős steril
 védőzáras rendszer / **NL** Dubbel
 sterielebarrièresysteem



DE Einfaches-Sterilbarrieresystem mit
 innenliegender Schutzverpackung /
EN Single sterile barrier system with
 protective packaging inside / **FR** Système
 de protection stérile unique avec
 emballage de protection intérieur /
IT Sistema a barriera singola sterile con
 imballaggio protettivo interne /

SV system med en steril barriär med skyddsforpackning på insidan / **DA** Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballering indeni / **NO** Enkelt sterilt barriersystem med innvendig beskyttelsespakke / **HU** Egyszeres steril védőzáras rendszer belső védőcsomagolással / **NL** Eenvoudig sterielebarrièresysteem met interne beschermende verpakking



DE Einfaches-Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung / **EN** Single sterile barrier system with protective packaging outside / **FR** Système de protection stérile unique avec emballage de protection externe / **IT** Sistema a barriera singola sterile con imballaggio protettivo esterno / **SV** system med en steril barriär med skyddsforpackning på utsidan / **DA** Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballering udenvidt / **NO** Enkelt sterilt barriersystem med utvendig beskyttelsespakke / **HU** Egyszeres steril védőzáras rendszer külső védőcsomagolással / **NL** Eenvoudig sterielebarrièresysteem met externe beschermende verpakking



DE Achtung / **EN** Caution / **FR** Attention / **IT** Attenzione / **SV** varning / **DA** Forsigtig / **NO** Obs! / **HU** Figyelmeztetés / **NL** Let op



DE Patientennummer / **EN** Patient number / **FR** Numéro du patient / **IT** Numero del paziente / **SV** patientnummer / **DA** Patientnummer / **NO** Pasientnummer / **HU** Páciens azonosító / **NL** Patiëntnummer



DE Name des Patienten / **EN** Patient name / **FR** Nom du patient / **IT** Nome del paziente / **SV** patientens namn / **DA** Patientens navn / **NO** Navn på pasienten / **HU** Páciens neve / **NL** Naam van de patiënt



DE Patientenidentifikation / **EN** Patient identification / **FR** Identification du patient / **IT** Identificazione del paziente / **SV** patientidentifiering / **DA** Personidentifikation / **NO** Pasientidentifikasjon / **HU** Páciens azonosítás / **NL** Patiëntidentificatie



DE Ambulanz oder Arzt / **EN** Health care centre or doctor / **FR** Service ambulatoire ou médecin / **IT** Ambulanza o medico / **SV** ambulans eller läkare / **DA** Sundhedsscenter eller læge / **NO** Ambulanse eller lege / **HU** Egészségügyi központ vagy szakorvos / **NL** Ambulance of arts



DE Datum / **EN** Date / **FR** Date / **IT** data / **SV** datum / **DA** Dato / **NO** Dato / **HU** Dátum / **NL** Datum



DE Vertriebspartner / **EN** Distributor / **FR** Distributeur / **IT** Partner commerciale / **SV** Försäljningspartner / **DA** Salgspartner / **NO** Salgspartner / **HU** Értékesítési partner / **NL** Distributeurs



DE Enthält Gefährliche Substanzen / **EN** Contains hazardous substances / **FR** Contient des substances dangereuses / **IT** Contiene sostanze pericolose / **SV** Innehåller farliga substanser / **DA** Indeholder farlige stoffer / **NO** Inneholder farlige stoffer / **HU** Veszélyes anyagokat tartalmaz / **NL** Bevat gevaarlijke stoffen



DE Nicht länger als 24 Stunden verwenden / **EN** Do not use for longer than 24 hours / **FR** Ne pas utiliser pendant plus de 24 heures / **IT** Non utilizzare per oltre 24 ore / **SV** Använd inte under längre tid än 24 timmar / **DA** Må ikke bruges længere end 24 timer / **NO** Må ikke brukes i mer enn 24 timer / **HU** 24 órán túl nem alkalmazható / **NL** Niet langer dan 24 uur gebruiken.



DE Gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen / **EN** Dispose of according to national regulations / **FR** Éliminer conformément aux réglementations nationales / **IT** Smaltire secondo le normative nazionali / **SV** Kassera i enlighet med nationella bestämmelser / **DA** Skaffes bort i overensstemmelse med de nationale regler / **NO** Avhendes i henhold til nasjonale forskrifter / **HU** A nemzeti előírások szerint ártalmatlanítandó / **NL** Verwijderen overeenkomstig de nationale voorschriften.



DE Nicht verwenden bei Unvollständigkeit, Beschädigung oder Verschmutzung / **EN** Do not use if incomplete, damaged or soiled / **FR** Ne pas utiliser si incomplet, endommagé ou souillé / **IT** Non utilizzare se incompleto, danneggiato o sporco. / **SV** Använd inte om den är ofullständig, skadad eller smutsig / **DA** Må ikke bruges hvis ufuldstændig, skadet eller snavset / **NO** Må ikke brukes hvis den er ufullstendig, skadet eller skitten / **HU** Hiányosság, sérülés vagy szennyezettség esetén nem szabad felhasználni / **NL** Niet gebruiken indien onvolledig, beschadigd of vuil.

DE PRODUKTÜBERSICHT
EN PRODUCT DESCRIPTION
FR PRÉSENTATION DU PRODUIT
IT DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
SV PRODUKTÖVERSIKT

DA PRODUKTBESKRIVELSE
NO PRODUKTOVERSIKT
HU A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
NL PRODUCTOVERZICHT

DE Verbandmaterial-Set


- 1 Abdecktuch
- 2 Wundverband transparent
- 3 Schaumstoff-Schlitzkomresse
- 4 drainova® Silikonkappe, steril
- 5 Notfallklemme
- 6 4 × Mullkompressen
- 7 3 × Alkoholtupfer
- 8 1 Paar Untersuchungshandschuhe

EN dressing set

- 1 Surgical drape
- 2 Wound dressing (transparent)
- 3 Foam slit compress
- 4 drainova® silicone cap, sterile
- 5 Emergency clamp
- 6 4 × gauze pads
- 7 3 × alcohol swabs
- 8 1 pair of examination gloves

FR Kit de pansement

- 1 Champ opératoire
- 2 Pansement adhésif transparent
- 3 Compresse mousse fendue
- 4 drainova® capuchon en silicone, stérile
- 5 Clamp
- 6 Compresses de gaze 4×
- 7 Tampons d'alcool 3×
- 8 Paire de gants pour examen 1×



IT Kit di materiale per medicazione

- 1 Drappo
- 2 Medicazione della ferita trasparente
- 3 Impacco a fessura in schiuma
- 4 drainova® cappuccio in silicone, sterile
- 5 Morsetto di emergenza
- 6 Compresse di garza 4 ×
- 7 Tamponi imbevuti di alcool 3×
- 8 1 paio di guanti da visita

SV Förbandsmaterialset

- 1 Operationsduk
- 2 transparent självhäftande förband
- 3 skumgummiplatta med slits
- 4 drainova® silikonlock, steril
- 5 Nodfallsklamma
- 6 4 × kompresser
- 7 3 × spritkompresser
- 8 1 par undersökningshandskar

DA Forbindingsmateriale

- 1 afdækningsstykke
- 2 Forbinding med selvhæftende film
- 3 Skumpude
- 4 drainova® silikonehætte, steril
- 5 Nødglideklemme
- 6 4 × gazeservietter
- 7 3 × spritservietter
- 8 1 par sterile handsker

NO bandasjesett

- 1 Operasjonsduk
- 2 Sårbandasje, transparent
- 3 Splittkompress
- 4 drainova® silikonhette, steril
- 5 Nødsfall-skyveklemme
- 6 4 × gaskompresser
- 7 3 × alkoholserviett
- 8 1 par sterile hansker

HU Kötszer-készlet

- 1 steril kendő
- 2 atlatszo foliakotszer
- 3 habkötszer
- 4 drainova® szilikon kupak, steril
- 5 szorító csipesz
- 6 4 × mull-lap
- 7 3 × Alkoholos törőkendők
- 8 1 pár steril kesztyű

NL verbandmateriaalset

- 1 afdekdoek
- 2 Wondverband transparant
- 3 schuimstof-gleufkompres
- 4 drainova® siliconen dop, steril
- 5 noodschuifklem
- 6 4 × gaaskompressen
- 7 3 × alcoholdoekjes
- 8 1 paar steriele handschoenen

**DE drainova® Reservoir,
Soft-Vakuum**

- 1 Einführstift
 - 2 Quetschklemme
 - 3 Schlauchsystem
 - 4 Rückschlagventil*
 - 5 Reservoir
 - 6 Drainagemesskala
 - 7 oberer Halteknopf
 - 8 weißer gewinkelter
Trichteradapter
 - 9 orangefarbene Sicherung
- (*) Begriffserklärung im Glossar

**EN drainova® reservoir,
soft-vacuum**

- 1 Access tip
 - 2 Pinch clamp
 - 3 Drainage Tubing
 - 4 One-way valve*
 - 5 Reservoir
 - 6 Drainage measuring scale
 - 7 Upper stop button
 - 8 White funnel adapter
 - 9 Orange safety catch
- (*) Explanation of terms in the glossary

**FR drainova® réservoir,
soft-vacuum**

- 1 embout d'insertion
spécifique
 - 2 clamp
 - 3 ligne de raccordement
 - 4 valve anti-reflux*
 - 5 réservoir
 - 6 échelle de mesure du liquide
drainé
 - 7 curseur
 - 8 adaptateur blanc coudé de la
ligne de raccordement
 - 9 goupille orange
- (*) Définition des termes dans le glossaire

**IT drainova® serbatoio,
vacuum delicato**

- 1 perno di inserimento
 - 2 morsetto
 - 3 sistema di tubo flessibile
 - 4 valvola di ritegno*
 - 5 serbatoio
 - 6 scala di misura per drenaggio
 - 7 pulsante di arresto superiore
 - 8 adattatore bianco conico
piegato
 - 9 fusibile color arancione
- (*) Definizione dei termini nel glossario

**SV drainova® sugbehållare,
lågvakuum**

- 1 munstycke
 - 2 slangklämma
 - 3 dränageslang
 - 4 backventil*
 - 5 sugbehållare
 - 6 dränagemätsticka
 - 7 övre fästknapp
 - 8 vinklad vit adapter
 - 9 orangefärgat fäste
- (*) begreppsförklaring i ordlistan

**DA drainova® soft vacuum
beholder, lavt vacuum**

- 1 Adgangsspids
 - 2 Trykklemme
 - 3 Drænageslange
 - 4 Envejsventil*
 - 5 Beholder
 - 6 Drænagemåleskala
 - 7 Øverste stopknop
 - 8 Hvid tragtadapter
 - 9 Orange sikkerhedslås
- (*) Forklaring af begreber i ordlisten

**NO drainova® beholder,
soft-vakuum**

- 1 Munnstykke
- 2 Alligatorlemme
- 3 Slangesystem
- 4 Tilbakeslagsventil*
- 5 Beholder
- 6 Drenasjemåleskala-
- 7 øvre holdeknap
- 8 Hvit, vinklet traktadapter
- 9 Oransjefarget sikring

(*) Begrepsforklaring i ordlisten

**HU drainova® tartály, enyhe
vákuummal**


- 1 csatlakozó vég
- 2 szorítóbilincs
- 3 folyadék-elvezető cső
- 4 egyirányú szelep*
- 5 tartály
- 6 Drenázs mérőskála
- 7 Felső zárógomb
- 8 Fehér szögös tölcseradapter
- 9 Narancssárga biztonsági retesz

(*) A fogalom magyarázata a
szójegyzékben

**NL drainova® reservoir,
soft-vacuüm**

- 1 invoerpen
- 2 knijpklem
- 3 slangstelsysteem
- 4 terugslagklep*
- 5 reservoir
- 6 drainagemetingschaal
- 7 bovenste vasthoudknop
- 8 witte schuine trechteradapter
- 9 oranje zekering

(*) Verklaring van termen in de
verklarende woordenlijst



14	drainova® Reservoir, Drainage-Set Gebrauchsanweisung	DE
26	drainova® reservoir, drainage set Instructions for use	EN
37	drainova® réservoir, kit de drainage Instructions d'utilisation	FR
48	drainova® serbatoio, set di drenaggio istruzioni d'uso	IT
59	drainova® sugbehållare, dränageset Bruksanvisning	SV
69	drainova® soft vacuum beholder, drænagesæt Brugsanvisning	DA
79	drainova® beholder, drenasjesett Bruksanvisning	NO
90	drainova® tartály és lecsapoló szett Hasznalati utasításban	HU
101	drainova® reservoir, drainageset gebruiksaanwijzing	NL

INHALT

DE

2	Erklärung der Symbole	18	Vorbereitung
8	Drainage-Aufzeichnungen	18	Durchführung
9	Produktübersicht	21	Abschließende Schritte
15	Der drainova® Katheter / drainova® ArgentiC Katheter oder PleurX™ / PeritX™ Katheter	21	Anlegen eines neuen Verbandes
15	Das drainova® Reservoir, Drainage-Set	23	Entleeren des drainova® Reservoirs
16	Warnhinweise	23	Häufig gestellte Fragen
	allgemein	24	Rücksendung bzw. Gutschrift
	in Kombination mit Ihrem Katheter	25	Glossar

Sie sollten von unserem Schulungspersonal, Pflegepersonal oder einem Arzt in der richtigen Anwendung der Bestandteile dieses Sets unterrichtet worden sein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Pflegepersonal, wenn Sie Schwierigkeiten oder Fragen bezüglich der Ableitung des Ergusses haben.

Lesen Sie die ganze Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das drainova® Reservoir, Drainage-Set anwenden und damit den Erguss drainieren.

HABEN SIE FRAGEN ODER BRAUCHEN HILFE?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

DE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE: +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA: +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL: +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH: +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO: +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT: +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU: +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

Weitere, ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Website unter www.ewimed.com



DER DRAINOVA® KATHETER / DRAINOVA® ARGENTIC KATHETER ODER PLEURX™ / PERITX™ KATHETER

Der drainova® Katheter, drainova® ArgentiC Katheter oder PleurX™ / PeritX™ Katheter dient zur Ableitung von Ergüssen aus der Brusthöhle (Pleuraerguss*) oder der Bauchhöhle (Aszites*). Ihr Arzt hat diesen Katheter implantiert, damit Sie zu Hause den Pleuraerguss* oder den Aszites* nach Bedarf selbstständig drainieren können, wodurch Ihnen die wiederkehrenden Punktionen im Krankenhaus oder Spital erspart bleiben. Der in Ihrem Körper liegende Teil des Katheters weist Drainagelöcher auf, über die der Erguss nach außen hin drainiert werden kann. Die Polyestermanschette wird bei der Implantation in einen Tunnel unter der Haut platziert, um vor Infektionen* zu schützen. Das Sicherheitsventil am sichtbaren Teil des Katheters ist generell geschlossen und verhindert das Auslaufen von Erguss und Eindringen von Luft.

Wenn keine Drainage durchgeführt wird, ist auf dem Sicherheitsventil eine Ventilkappe arretiert oder eine drainova® Silikonkappe, steril aufgesteckt, damit das Sicherheitsventil vor Verunreinigungen oder Beschädigungen geschützt ist.

Verwenden Sie zur Drainage des Ergusses das drainova® Drainage-Set oder das ewimed Drainage-Set. Die Verwendung des Drainage-Sets ist durch das Schlüssel-Schloss-Prinzip optimal auf die Verbindung mit dem Sicherheitsventil abgestimmt.

Im Folgenden werden der drainova® Katheter, drainova® ArgentiC Katheter oder PleurX™ / PeritX™ Katheter als „Katheter“ bezeichnet.




Abbildung: schematische Darstellung eines drainova® Katheters

DAS DRAINOVA® RESERVOIR, DRAINAGE-SET

Das drainova® Reservoir, Drainage-Set enthält sterile Materialien, die Sie zur sicheren und einfachen Drainage von einem Erguss mit Ihrem Katheter benötigen.

Das drainova® Reservoir, Drainage-Set wird im Folgenden als „Drainage-Set“ bezeichnet. Der im drainova® Reservoir, Drainage-Set beinhaltete Behälter wird im Folgenden als „Reservoir“ bezeichnet.

Alle Produkte sind CE gekennzeichnet und mit Ethylenoxidgas sterilisiert (siehe Einzelverpackungen).

Zusätzlich empfehlen wir für die Durchführung der Drainage:

- alkoholisches Hautdesinfektionsspray
- Händedesinfektionsmittel
- unsterile Einmalhandschuhe

WARNHINWEISE

DE

allgemein

Das drainova® Reservoir, Drainage-Set ist nur zur Benutzung für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn:

- die Sterilverpackung beschädigt ist.
- das Produkt beschädigt ist.
- das Verfallsdatum überschritten ist.

Die Verbrauchsmaterialien sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch bestimmt!

Die Auslieferung des Drainage-Sets erfolgt in sterilem Zustand, was durch geeignete Qualitätskontrollen sichergestellt wird. Die Drainage-Sets dürfen nicht resterilisiert werden.

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung kann zu einer Kreuzkontamination beitragen.

Die ewimed GmbH übernimmt keine Haftung für wiederverwendete, resterilisierte oder aus beschädigten Verpackungen entnommene Produkte.

Drainage aus der Brusthöhle

Folgen Sie bezüglich der Drainagemenge der Verordnung des Arztes.

ewimed empfiehlt nicht mehr als 1000 ml Erguss pro Tag zu drainieren. Das Ablassen größerer Ergussmengen sollte nur auf Anweisung des behandelnden Arztes durchgeführt werden. Es könnte sein, dass Sie während der Drainage ein unangenehmes Ziehen verspüren. Sollte dieses zu stark werden, schließen Sie die Quetschklemme am Anschlussschlauch, um den Flüssigkeitsstrom eine Zeit lang zu unterbrechen.

Mögliche Komplikationen bei wiederkehrenden Drainagen eines Pleuraergusses* sind u. a. Pneumothorax*, Reexpansions-Lungenödem*, Hypotonie*, Kreislaufkollaps*, Septen* in der Brusthöhle oder Infektion*.

Drainage aus der Bauchhöhle

Folgen Sie bezüglich der Drainagemenge der Verordnung des Arztes.

ewimed empfiehlt nicht mehr als 2000 ml Erguss pro Tag zu drainieren. Das Ablassen größerer Ergussmengen sollte nur auf Anweisung des behandelnden Arztes durchgeführt werden. Es könnte sein, dass Sie während der Drainage ein unangenehmes Ziehen verspüren. Sollte dieses zu stark werden, schließen Sie die Quetschklemme am Anschlussschlauch, um den Flüssigkeitsstrom eine Zeit lang zu unterbrechen.


Mögliche Komplikationen bei wiederkehrenden Drainagen von Aszites* sind u. a. Hypotonie*, Kreislaufkollaps*, Elektrolytungleichgewicht*, Eiweißverlust*, hepatorenales Syndrom*, Austritt von Aszites* durch die Inzisionen*, Peritonitis*, Septen* in der Peritonealhöhle* und Infektion*.

Position des Reservoirs während der Drainage

Da die Ableitung des Ergusses durch Schwerkraft

unterstützt werden kann, achten Sie darauf, dass sich das Reservoir während der Drainage stets unterhalb der Katheter-Austrittsstelle befindet, z. B. auf dem Fußboden.

Achten Sie während der Drainage darauf, dass kein Druck auf das Reservoir ausgeübt wird. Dadurch könnte das Rückschlagventil beschädigt werden und die rückfließende Flüssigkeit eine Kontamination verursachen.



Hinweis: Alle schwerwiegenden Vorfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Reinigung/Desinfektion

Wenn Erguss ausläuft, reinigen Sie bei Hautkontakt die Haut mit Wasser und Seife. Für Oberflächen verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel

oder Desinfektionsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung/Desinfektion des Katheters bzw. Sicherheitsventils kein octenisept® oder jodhaltiges Desinfektionsmittel.

DE

Die Alkoholtupfer sind leicht entzündlich.

Die Tupfer sind von offenen Flammen fernzuhalten.

WARNHINWEISE


in Kombination mit Ihrem Katheter

Schneiden Sie niemals den Katheter durch oder das Sicherheitsventil ab.

Vermeiden Sie den Kontakt von scharfen Gegenständen mit dem Katheter.

Sollte die Funktion des Sicherheitsventils nicht mehr gewährleistet sein oder wurde das Sicherheitsventil versehentlich abgeschnitten, bzw. ist es nicht mehr vorhanden, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie den Katheter mit den Fingern fest zu.
- Halten Sie mit der anderen Hand die Notfallklemme auseinander, sodass sich der Katheter in das geöffnete Ende der Klemme einführen lässt.
- Schieben Sie den Katheter vollständig in das schmale Ende der Klemme.
- Verständigen Sie sofort Ihren Arzt.



Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör.

An den Katheter darf ausschließlich passendes Originalzubehör angeschlossen werden. Es darf nichts anderes als der speziell zu diesem Zweck entwickelte Einführstift in das Sicherheitsventil gesteckt werden, da das Sicherheitsventil sonst beschädigt werden kann. Unsachgemäße

Handhabung kann dazu führen, dass Luft in den Körper eintritt oder Flüssigkeit dauerhaft austritt.

Halten Sie das Sicherheitsventil am Katheter sauber und den Einführstift am Anschlussschlauch steril.

Achten Sie darauf, dass diese nicht mit unsterilen Gegenständen in Verbindung kommen, um Verunreinigungen bzw. eine Kontamination zu vermeiden. Das Sicherheitsventil muss vor jeder Drainage desinfiziert werden.

Gehen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil und der Einführstift beim Drainagevorgang vollständig zusammengesteckt sind. Sorgen Sie dafür, dass der Anschlussschlauch nicht gezerzt oder gezogen wird.


Achten Sie bei der Konnektion des Einführstiftes in das Sicherheitsventil auf eine sterile Vorgehensweise und stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung fest miteinander verbunden ist. Bei einer versehentlichen Diskonnektion kann es zu Kontaminationen kommen. In einem solchen Fall ist das Sicherheitsventil mit einem frischen Alkoholtupfer zu desinfizieren und das diskonnektierte Drainagematerial zu entsorgen. Um die Drainage fortzusetzen, muss ein neues steriles Drainage-Set benutzt werden.

18 | Vorbereitung

DE

Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Zum Schutz vor versehentlicher Diskonnektion kann das drainova® clickFix (Katalognr. P1100) verwendet werden.



Das drainova® clickFix kann zusätzlich rezeptiert werden und ist nicht Bestandteil des Drainage-Sets.

VORBEREITUNG

Der Erguss sollte gemäß der Anweisung Ihres Arztes mit einem Drainage-Set drainiert werden. Haben Sie keine ärztliche Empfehlung für das Drainage-Intervall oder das Drainage-Volumen erhalten, bekommen Sie bei der Schulung eine Empfehlung ausgesprochen.

1. Bereiten Sie einen sauberen, freien Arbeitsbereich auf einem Tisch oder auf einer anderen Arbeitsfläche vor.

Hinweis: Zur Entsorgung von gebrauchtem Material sollten Sie einen offenen Behälter für den Müll bereitstellen.

2. Waschen Sie Ihre Hände gründlich und desinfizieren Sie diese im Anschluss.
3. Ziehen Sie die unsterilen Einmalhandschuhe an.

4. Entfernen Sie den Verband über dem Katheter. Lösen Sie eine Ecke des Verbandes vorsichtig ab und ziehen diesen langsam von der Haut. Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht versehentlich am Katheter gezogen wird.


Hinweis: Sollten Sie eine Schwellung, Entzündungserscheinung oder Flüssigkeitsansammlung an der Austrittsstelle des Katheters, bzw. an der entfernten Hautschnittstelle feststellen, informieren Sie Ihren behandelnden Arzt.

5. Ziehen Sie die Handschuhe aus und desinfizieren Sie erneut Ihre Hände.
6. Öffnen Sie die äußere Verpackung des Reservoirs.
7. Öffnen Sie die Verpackung des Verbandmaterial-Sets, indem Sie die beiden Beutelseiten von oben her auseinanderziehen. Legen Sie den selbstklebenden Folienverband beiseite.


DURCHFÜHRUNG

1. Legen Sie das Verbandmaterial-Set mit der Lasche nach oben in den Arbeitsbereich. Entfalten Sie das Abdecktuch vorsichtig. Lassen Sie die darin enthaltenen Artikel auf dem Abdecktuch liegen.

Die Artikel im Verbandmaterial-Set sind steril und dürfen nicht mit unsterilen Gegenständen in Berührung kommen.



2. Fassen Sie die Handschuhe an der Öffnung und ziehen Sie diese wie abgebildet an. Beide Handschuhe sind für beide Hände geeignet. Achten Sie darauf, dass mit den Handschuhen keine unsterilen Gegenstände, wie z. B. Haut oder Kleidung, berührt werden.



- 2.1 Reißen Sie die Verpackungen der Alkoholtupfer auf einer Seite auf. Die Alkoholtupfer nicht aus der Verpackung nehmen. Öffnen Sie die jeweilige Verpackung so, dass Sie diese später auf das Sicherheitsventil stecken können. Legen Sie die vorbereiteten Alkoholtupfer zurück an den Rand des Abdecktuchs.

3. Lösen Sie die drainova® Silikonkappe, steril oder die PleurX™ / PeritX™ Ventilkappe:


• **bei der drainova® Silikonkappe, steril:**

Halten Sie das Sicherheitsventil des Katheters fest und ziehen Sie dann die drainova® Silikonkappe, steril vorsichtig ab. Entsorgen Sie die Kappe.




• **bei der PleurX™ / PeritX™ Ventilkappe:**

Halten Sie das Sicherheitsventil des Katheters fest und drehen Sie dann die PleurX™ / PeritX™ Ventilkappe gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie diese vorsichtig ab. Entsorgen Sie die Kappe.




4. Stecken Sie das Sicherheitsventil in eine bereits vorgeformte Verpackung eines Alkoholtupfers und reinigen Sie das Sicherheitsventil durch leichte drehende Bewegungen. Belassen Sie das Sicherheitsventil in dieser Verpackung während der Schritte 5 – 7.




Achtung: Kein octenisept® oder jodhaltiges Desinfektionsmittel verwenden.

5. Öffnen Sie die Verpackung des Reservoirs und entnehmen Sie dieses. Der Artikel in der Verpackung ist steril. Es ist wichtig, dass der Einführstift am Schlauchsystem steril bleibt. Stellen Sie das Reservoir neben das Abdecktuch.
6. Entfernen Sie die Fixierung, welche um das gewickelte Schlauchsystem angebracht ist.




7. Halten Sie den Einführstift am Ansatz in einer Hand fest. Schließen Sie die Quetschklemme am Schlauch vollständig mit der anderen Hand.




8. Halten Sie den Einführstift weiterhin am Ansatz fest und ziehen Sie ggfs. unter leichter Drehbewegung die Schutzhülle vorsichtig vom Einführstift ab. Entsorgen Sie die Schutzhülle.



8.1 Entfernen Sie die Verpackung mit dem Alkoholtupfer vom Sicherheitsventil und schieben Sie den Einführstift in das Sicherheitsventil. Gehen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil und der Einführstift beim Drainagevorgang fest miteinander verbunden sind, das Einrasten ist hör- und spürbar.




9. Drücken Sie nun das Reservoir zusammen, um die orangefarbene Sicherung am Reservoir zu entfernen. Bewahren Sie die orangefarbene Sicherung für die spätere Entsorgung des Reservoirs auf.



Empfehlung: Die Drainagedauer kann verkürzt werden, indem Sie das Reservoir auf eine niedrige Höhe bringen, z. B. Ihren Fußboden.

10. Öffnen Sie die Quetschklemme am Schlauchsystem, damit die Drainage beginnen kann.




Hinweis: Der Flüssigkeitsstrom kann langsamer oder unterbrochen werden, wenn:

- der Erguss fast vollständig abgeleitet ist,
- der Erguss eine hohe Viskosität aufweist,
- das Sicherheitsventil durch ein Koagel*, oder einen Eiweißfaden verstopft ist.


Zusätzliche Informationen zum weiteren Vorgehen in solch einem Fall finden Sie in der Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ ab Seite 23.

11. Beim Erreichen des vom Arzt empfohlenen Drainagevolumens beenden Sie die Drainage durch Schließen der Quetschklemme. Anhand des oberen Halteknopfes können Sie das drainierte Volumen ablesen. Das abgelesene Drainagevolumen kann in den Tabellen „Drainage-Aufzeichnungen“ auf Seite 8 eingetragen werden.




ABSCHLIESSENDE SCHRITTE

1. Öffnen Sie die Verpackung der drainova® Silikonkappe, steril und lassen Sie die Kappe auf das Abdecktuch fallen.




2. Nehmen Sie das Schlauchsystem in eine Hand und das Sicherheitsventil in die andere Hand. Ziehen Sie den Einführstift mit einer festen, gleichmäßigen Bewegung aus dem Sicherheitsventil heraus. Legen Sie das Schlauchsystem ab.



3. Reinigen Sie das Sicherheitsventil ca. 30 Sekunden mit einem Alkoholtupfer oder geeignetem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis und entsorgen Sie den Tupfer im Anschluss.


Achtung: Kein octenisept® oder jodhaltiges Desinfektionsmittel verwenden.

4. Bringen Sie die drainova® Silikonkappe, steril an: Schieben Sie die neue drainova® Silikonkappe, steril fest auf das Sicherheitsventil des Katheters. Die Kappe hält selbstständig ohne zusätzliche Verriegelung.




ANLEGEN EINES NEUEN VERBANDES

1. Reinigen Sie den Bereich um die Katheter-Austrittsstelle mit dem alkoholhaltigen Hautdesinfektionsspray. Wenn die Wunde verheilt ist und die Fäden gezogen sind, darf hierzu ein Alkoholtupfer verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass nach der Einwirkzeit die Katheter-Austrittsstelle und die Haut um den Katheter trocken sind. Erst dann den neuen Verband anbringen.




Desinfektion im Pleura*-Bereich



Desinfektion im Bereich des Aszites*


2. Legen Sie die Schaumstoff-Schlitzkomresse mit dem Schlitz nach oben um den Katheter herum.




22 | Anlegen eines neuen Verbandes

DE


3. Rollen Sie den Katheter auf und legen Sie ihn auf die Schaumstoff-Schlitzkomresse.




4. Decken Sie den Katheter mit den Mullkompressen ab.




5. Ziehen Sie beide Handschuhe aus.
6. Der selbstklebende Folienverband besteht aus drei Lagen:
I. Unbedruckte Schutzfolie (zweiteilig)
II. Selbstklebender Wundverband (transparent)
III. Bedruckte Schutzfolie
7. Legen Sie die selbstklebende Oberfläche frei, indem Sie die bedruckte Schutzfolie abziehen.




8. Zentrieren Sie den selbstklebenden Folienverband über den Mullkompressen und legen Sie diesen auf der umliegenden Haut an.



9. Lösen Sie das Mittelteil der unbedruckten Schutzfolie vom Folienverband ab.



10. Entfernen Sie den Rahmen der unbedruckten Schutzfolie vorsichtig vom Folienverband und streichen Sie den gesamten selbstklebenden Folienverband von der Mitte zu den Rändern glatt.



Hinweis: Entsorgen Sie das gebrauchte Verbandmaterial nach den örtlichen Bestimmungen.

ENTLEEREN DES DRAINOVA® RESERVOIRS

1. Für die folgenden Schritte bereiten Sie eine Schere, ein Tuch, die orangefarbene Sicherung, einen Plastikbeutel (z.B. der Plastikbeutel, in welchem sich das Reservoir befand) vor.
2. Stellen Sie das Reservoir auf dem Boden ab. Öffnen Sie die Quetschklemme und halten Sie den Schlauch in die Höhe. Restflüssigkeit im Schlauch kann hierdurch ablaufen.
3. Schließen Sie die Quetschklemme wieder.
4. Schneiden Sie jetzt den Schlauch unterhalb des Rückschlagventils* durch (Abb. 1). Entsorgen Sie das abgeschnittene Schlauchstück mit Quetschklemme und dem Einführstift. Verwenden Sie gegebenenfalls das bereitgelegte Tuch. Damit die Flüssigkeit im Reservoir über das WC entsorgt werden kann, positionieren Sie das Reservoir kopfüber, sodass die Öffnung des Schlauchs über dem WC nach unten zeigt. Durch Zusammenpressen des Reservoirs beginnt der Entleervorgang.

Hinweis: Gebrauchte Produkte und Erguss können möglicherweise biologische Risiken bergen. Beachten Sie daher bitte bei der Entsorgung von benutzten Produkten und Erguss die örtlichen Vorschriften.

5. Sobald das Reservoir entleert ist und Sie das Reservoir in den zusammengefalteten Zustand gebracht haben, bringen Sie die orangefarbene Sicherung an. Achten Sie darauf, dass sich möglichst keine Flüssigkeit im Schlauch befindet. Stecken Sie das Reservoir zusammen mit dem Schlauchsystem in den bereitgelegten Plastikbeutel.




Abb. 1

6. Entsorgen Sie die Tüte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wann können die Fäden gezogen werden?

Der Hautfaden kann nach 7 – 10 Tagen entfernt werden. Der Haltefaden sollte jedoch erst nach 30 Tagen gezogen werden.

Wie oft muss ich den Erguss drainieren?

Folgen Sie bezüglich der Drainagemenge der Verordnung des Arztes.

Der Erguss sollte alle ein bis zwei Tage bzw. nach Verordnung des Arztes mit einem Drainage-Set drainiert werden. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie

öfter oder weniger oft Erguss ablassen möchten. ewimed empfiehlt maximal 1000 ml Erguss aus der Brusthöhle zu drainieren.

ewimed empfiehlt maximal 2000 ml Erguss aus der Bauchhöhle zu drainieren.

Was ist zu tun, wenn ich mich nach der Drainage noch kurzatmig fühle?

Falls Sie nach einer erfolgreichen Drainage von Erguss aus der Brust- oder Bauchhöhle immer

noch Mühe beim Atmen haben sollten, verständigen Sie Ihren Arzt.

Was ist zu tun, wenn das Ergussvolumen immer geringer wird oder überhaupt kein Erguss mehr drainiert werden kann?

Falls sich die Drainagemengen kontinuierlich verringern und Sie keine Beschwerden oder Gewichtszunahme haben, ist es möglich, dass sich kein Erguss mehr gebildet hat. Konsultieren Sie hierzu ihren Arzt oder nehmen Sie Kontakt zur implantierenden Klinik auf, um eine Verstopfung des Katheters auszuschließen und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Kann ich mit dem Katheter duschen oder baden?

Wenn der Katheter vollständig und korrekt mit dem Wundverband abgedeckt wurde, dürfen Sie duschen. Falls die Mullkompressen beim Duschen dennoch nass werden sollten, entfernen Sie den Verband, reinigen und trocknen Sie den Bereich und bringen Sie einen neuen Verband an. Der Katheter darf in einer Badewanne oder Schwimmbecken nicht unter Wasser getaucht werden. Der direkte Kontakt des Sicherheitsventils mit Bade- oder Duschwasser ist zu vermeiden.

Hinweis: Wir empfehlen vor der Drainage / Verbandwechsel zu duschen, damit der Verband zeitnah gewechselt werden kann, sollte dieser nass werden.

Was ist zu tun, wenn ich den Katheter versehentlich herausziehe?

Der Katheter soll durch die Polyestermanschette mit dem subcutanen* Hautgewebe verwachsen. Falls der Katheter versehentlich herausgezogen wird und die Manschette sichtbar ist, decken Sie die Austrittsstelle mit einem sterilen Verband ab und nehmen Sie umgehend Kontakt zur implantierenden Klinik auf.

Wie stelle ich fest, ob ich eine Infektion* habe?

Informieren Sie sofort einen Arzt, falls Sie Schmerzen, Hautrötungen (Erythem*), fühlbare Wärme, Schwellungen (Ödeme*), Fieber oder Flüssigkeitsansammlungen haben, dies können Anzeichen einer Infektion* sein. Gehen Sie analog vor, wenn Farbveränderungen des Ergusses sichtbar werden. Rötungen und leichte Schmerzen sind kurz nach der Implantation zu erwarten, aber diese sollten nicht andauern oder sich verschlimmern.

RÜCKSENDUNG BZW. GUTSCHRIFT

Nur originalverpackte (ungeöffnete, nicht beschriftete und unbeschädigte) Kartons mit Drainage-Sets werden zurückgenommen und gutgeschrieben.

GLOSSAR

DE

Aszites	Erguss bzw. Flüssigkeitsansammlung im Abdomen (Bauch)
DEHP	Weichmacher im Kunststoff
Eiweißverlust	Reduktion der Proteinmenge im Blut (Proteindepletion)
Elektrolyt- ungleichgewicht	Störung des Gleichgewichts der Ionen (z. B. Natrium, Kalium, Kalzium) im Blut oder in den Körperzellen
Erythem	Hautrötung
Hepatorenales Syndrom	Abnahme der Nierenfunktion
Hypotonie	Niedriger Blutdruck
Infektion	Reaktion der körpereigenen Abwehr auf Krankheitserreger wie z. B. Bakterien, Viren etc.
Inzision	Hautschnitt bei der Operation z. B. zur Implantation des Katheters
Kreislaufkollaps	Vorübergehender Bewusstseinsverlust
Ödem	Schwellung aufgrund von übermäßiger Flüssigkeitsansammlung
Peritonealhöhle	Teil der Bauchhöhle
Peritonitis	Entzündung des Peritoneums (Bauchfells)
Phthalat	Weichmacher (z. B. DEHP)
Pleuraerguss	Erguss bzw. Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle
Pneumothorax	Luft im Raum zwischen der Lunge und der Brustwand
Reexpansions- Lungenödem	Flüssigkeitseinlagerung im funktionalen Lungengewebe bedingt durch die plötzliche Ausdehnung der zuvor komprimierten Lunge; akute Atemnot
Rückschlagventil	Rücklaufsicherung zur erhöhten Patientensicherheit
Septen	Gewebsbrücken/Verkammerung zwischen voneinander abgetrennten Räumen in einer Körperhöhle (z. B. Abdomen)
Subcutanes Gewebe	Gewebe unter der Haut

CONTENT

2	Explanation of symbols	29	Preparation
8	Drainage Log Chart	30	Procedure
9	Product description	32	Final steps
27	The drainova® Catheter / drainova® ArgentiC Catheter or PleurX™/PeritX™ Catheter	32	Applying a new dressing
27	The drainova® reservoir drainage set	33	Emptying the drainova® reservoir
28	Warnings	34	Frequently asked questions
	general	35	Returns / refunds
	in combination with the catheter	35	Glossary

You should have already been instructed in the correct use of the components in this set either by ewimed training personnel, district nursing staff or a doctor. Please contact your doctor or district nurse if you are experiencing difficulties or have questions relating to effusion drainage.

Please carefully read the instructions before using the drainova® reservoir drainage set.

YOU HAVE QUESTIONS OR NEED HELP?

Contact us:

DE: +49 7471 73972-0 info@ewimed.com	SE: +46 8 25 11 69 info.se@ewimed.com	BE: +49 7471 73972-0 info@ewimed.com
EN: +49 7471 73972-0 info@ewimed.com	DA: +45 31 43 50 60 info.dk@ewimed.com	NL: +31 203 695 620 info.nl@ewimed.com
CH: +41 31 958 66 66 info.ch@ewimed.com	NO: +46 8 25 11 69 info.no@ewimed.com	LU: +49 7471 73972-0 info@ewimed.com
AT: +43 2231 22500 info@ewimed.com	HU: +36 1 998 8295 info@ewimed.hu	

For further detailed information please visit our website www.ewimed.com



THE DRAINOVA® CATHETER / DRAINOVA® ARGENTIC CATHETER OR PLEURX™ / PERITX™ CATHETER

The drainova® Catheter, drainova® ArgentiC Catheter or PleurX™ / PeritX™ Catheter serve to drain fluid from the chest cavity (pleural effusion*) or the peritoneal cavity (ascites*). Your doctor has implanted this catheter so that you can independently drain the pleural effusion* or the ascites* at home according to your needs - rendering repeated visits to hospital for puncturing unnecessary. The implanted part of the catheter is perforated with drainage holes, which allow the effusion to drain out. During implantation, the polyester cuff is placed in a subcutaneous tunnel to prevent infections*. The safety valve on the visible part of the catheter is generally closed,

preventing both leakage of effusion and air from entering.

A protective cap or a drainova® silicone cap, sterile is attached to the safety valve to protect it from contamination or damage when not draining.

To drain effusion fluids use the drainova® Drainage Set or the ewimed Drainage Set. The key-lock-principle ensures the optimal connection of the drainage sets with the safety valve.

The drainova® Catheter, drainova® ArgentiC Catheter or PleurX™ / PeritX™ Catheter will hereinafter be referred to as ‚catheter‘.

EN




Figure: Illustration of a drainova® catheter

THE DRAINOVA® RESERVOIR DRAINAGE SET

The drainova® Reservoir Drainage Set contains sterile material required for the safe and easy drainage of effusion fluids with your catheter.

The drainova® reservoir drainage set will hereinafter be referred to as ‚drainage set‘.

The container found in the drainova® Reservoir Drainage Set will hereinafter be referred to as ‚Reservoir‘.

All products contained in the set are CE labelled and have been sterilized with ethylene oxide (see individual packaging).

For the drainage procedure, we additionally recommend:

- Alcohol-based skin disinfectant spray
- Hand disinfectant
- Non-sterile disposable gloves

WARNINGS

general

The drainova® reservoir, drainage set is only suitable for use for the intended purpose.

EN

Do not use this product if:

- the sterile packaging is damaged
- the product is damaged
- the use-by date has elapsed

The consumables are intended for single use only!

The drainage sets are delivered in sterile packaging which have undergone quality controls. The drainage sets can not be re-sterilised.

The product is intended for single use only. Re-use could contribute to a cross-contamination. ewimed GmbH accepts no liability for products that have been re-used, sterilised or removed from damaged packaging.

Drainage from the chest cavity

Follow your doctor's instruction regarding the drainage amount.

ewimed recommends draining no more than 1000 ml of effusion per day. Drainage of larger amounts of effusion should only be carried out on your doctor's instruction. You may feel an unpleasant pulling sensation during drainage. Should this become too intense, close the pinch clamp on the connection tube to pause the flow. Possible complications due to recurrent drainage of pleural effusion* include pneumothorax*, re-expansion pulmonary edema*, hypotension*, circulatory collapse*,

Peritoneal drainage

Follow your doctor's instruction regarding the drainage amount. ewimed recommends draining no more than 2000 ml of effusion per day. Drainage of larger amounts of effusion should only be carried out on your doctor's instruction. You may feel an unpleasant pulling sensation


during drainage. Should this become too intense, close the pinch clamp on the connection tube to pause the flow. Possible complications due to recurrent drainage of ascites* include hypotension*, circulatory collapse*, electrolyte imbalance*, protein loss*, hepatorenal syndrome*, leakage of ascites* through the incisions*, peritonitis*, septa* in the peritoneal cavity* and infection*.

Position of the reservoir during drainage

The drainage of fluid is assisted by the force of gravity. Therefore please ensure that the reservoir is always positioned under the catheter exit site whilst draining, e.g. on the floor.

During drainage, make sure that no pressure is applied to the reservoir.

This could damage the one-way valve and cause contamination from the backflowing fluid.



Please note: All serious incidents relating to the product must be reported to the manufacturer and relevant authorities.

Cleaning / disinfection

If effusion is leaking out and comes in contact with skin, clean the skin with soap and water. For surfaces, use suitable cleaning products or surface disinfectant. Do not use octenisept® or disinfectants containing iodine for cleaning / disinfecting the catheter or safety valve.

The alcohol swabs are slightly flammable.

Keep the swabs away from naked flames.

WARNINGS


in combination with the catheter

Never cut through the catheter or cut the safety valve off.

Avoid contact of the catheter with sharp objects.

If the functionality of the safety valve cannot be guaranteed or if the safety valve has been cut off by mistake (i. e. is no longer attached), proceed as follows:

- f. firmly pinch the catheter closed with your fingers.
- g. using your other hand, hold the emergency slide clamp open so that the catheter can be fed through the open end of the clamp.
- h. push the catheter completely through the narrow end of the clamp.
- i. Immediately inform your doctor.



Only use original accessories.

Only original accessories may be connected to the catheter. Do not insert anything other than the specially-designed access tip into the safety valve, otherwise the safety valve may become damaged. Improper handling can cause air to enter the body or fluid to permanently leak out.

Keep the catheter safety valve clean and the access tip on the connected tube sterile.


Ensure that they do not come into contact with non-sterile objects to avoid contamination. The safety valve must be disinfected before each drainage.

When draining, ensure that the access tip and the safety valve are securely connected. Make sure that the connection tube is not tugged on or pulled.

Take particular care to ensure that the access tip is inserted in the safety valve in a sterile manner and make sure that the connection is secure. It can lead to contamination if the parts become disconnected by mistake. In case this occurs, disinfect the safety valve with a new alcohol swab and dispose of the disconnected drainage material. Use a new sterile drainage kit to continue with the drainage. Please observe the local waste disposal regulations.

The drainova® clickFix (catalog no. P1100) can be used to prevent unintentional disconnection.

The drainova® clickFix is not contained in the drainage set but can be prescribed separately.



PREPARATION

The effusion fluid should be drained using a drainage set according to the prescription filled out by your doctor. If you have not received a medical recommendation for the drainage interval or volume, you will receive one during training.

1. Prepare a clean, empty work space on a table or other work surface.

Please note: Place an open container nearby to dispose of used material.


2. Disinfect your hands. We also recommend washing your hands thoroughly before disinfecting.
3. Put on the non-sterile disposable gloves.
4. Remove the dressing covering the catheter. Carefully peel away a corner of the dressing and pull it slowly away from the skin, making sure that the catheter is not accidentally pulled out.

Important: Inform your doctor should you notice swelling, signs of inflammation or an accumulation of fluid at the catheter exit site or incision site.


5. Take off your gloves and disinfect your hands again.
6. Open the packaging of the reservoir.
7. Open the dressing set by pulling both sides of the packaging at the top apart. Place the self-adhesive film dressing to the side.

PROCEDURE

1. Place the dressing set with the flap facing up on the work surface. Carefully unfold the surgical drape. Leave the contained items on the drape. The items in the dressing set are sterile and must not come into contact with non-sterile objects.



2. Pick up the gloves at the opening and put them on as illustrated. Both gloves are suitable for either hand. Make sure that the gloves do not come into contact with non-sterile objects e.g. skin or clothing.



- 2.1. Tear open the alcohol swab sachet but do not take the swab out. Open the sachets so that these can be placed on the safety valve later on. Place the opened alcohol

swabs sachets back on the edge of the surgical drape.

3. Remove the drainova® silicone cap, sterile or the PleurX™ / PeritX™ Valve Cap:


- **When using the drainova® silicone cap, sterile:**

Firmly hold the safety valve of the catheter and carefully remove the drainova® silicone cap, sterile. Dispose of the cap.




- **When using the PleurX™ / PeritX™ Valve Cap:**

Firmly hold the safety valve of the catheter, rotate the PleurX™ / PeritX™ Valve Cap anti-clockwise and carefully remove. Dispose of the cap.



4. Insert the safety valve into one of the open alcohol swab sachets and clean the valve using gentle circular movements. Leave the safety valve in the sachet whilst carrying out steps 5–7.




Warning: Do not use octenisept® or other disinfectants containing iodine.


5. Open the packaging of the reservoir and take it out.

The product in the packaging is sterile. It is important that the access tip on the tubing remains sterile. Place the reservoir next to the surgical drape.

6. Remove the tape wrapped around the coiled up tubing.




7. Hold the base of the access tip in one hand. Completely close the pinch clamp on the tube with the other hand.




8. Continue to hold the access tip at the base and carefully remove the protective film from the access tip (if necessary by gently rotating).



- 7.1 Remove the alcohol swab sachet from the safety valve and insert the access tip in the safety valve. Ensure that the safety valve and the access tip are securely connected during drainage. A 'click' can be heard and felt when connected.




9. Push down on the reservoir to remove the orange-coloured safety clasp. Keep the orange-coloured clasp for later disposal of the reservoir.



Recommendation: The duration of drainage can be shortened by placing the drainova® Reservoir at a lower height e.g. on the floor.

10. Open the pinch clamp on the tubing so that drainage can begin.





Please note: The flow can be slowed or interrupted when:

- The fluid has almost completely drained
- The fluid has a high viscosity
- The safety valve is blocked due to a clot* or a protein thread


You can find additional information on how to proceed in such a situation in the FAQ-section from page 34 onwards.

11. When you have reached the drainage amount recommended by your doctor, stop drainage by closing the pinch clamp. The top stop button shows you the drained amount. You can record the amount in the drainage log chart on page 4.




FINAL STEPS

1. Open the packaging of the drainova® silicone cap, sterile and let the cap fall onto the surgical drape.




2. Take the tubing in one hand and the safety valve in the other hand. Pull the access tip in a firm, smooth motion out of the safety valve. Place the tubing down.



3. Clean the safety valve for approx. 30 seconds with an alcohol swab or other suitable alcohol-based disinfectant and then dispose of the used swabs.


Warning: Do not use octenisept® or other disinfectants containing iodine.

4. Attach the drainova® silicone cap, sterile: Securely attach the new drainova® silicone cap, sterile onto the safety valve of the catheter. The cap will stay in place without the need for additional support.




APPLYING A NEW DRESSING

1. Clean the area around the catheter exit site with the skin disinfectant spray containing alcohol. If the wound has healed and the sutures have been removed, you can use an alcohol swab. Please ensure that after applying the disinfectant, the catheter exit site and the skin surrounding the catheter is dry. Only then should you apply the new dressing.




Disinfecting the pleural* catheter exit site




Disinfecting the ascites* catheter exit site


2. Place the foam pad with the slit facing upwards around the catheter.




3. Loop up the catheter and place it on the foam pad.



4. Cover the catheter with the gauze pad.




5. Take off both gloves.
6. The self-adhesive film dressing is comprised of three layers.
 - I. Non-printed protective film (two pieces)
 - II. Self-adhesive film dressing (transparent)
 - III. Printed protective film
7. Expose the self-adhesive surface by peeling off the printed film.




8. Centre the self-adhesive film dressing over the gauze pads and attach to the surrounding skin.



9. Detach the middle part of the non-printed protective film from the film dressing.



10. Carefully peel the edge of the non-printed protective film away from the film dressing and smooth out the entire self-adhesive film dressing starting from the centre to the edges.



Please note: Dispose of the used dressing according to the local regulations.

EN

EMPTYING THE DRAINOVA® RESERVOIR

1. For the following steps you will need scissors, a towel, the orange-coloured safety clasp, a plastic bag (e.g. the outer packaging in which the reservoir came in).
2. Place the drainova® Reservoir on the floor. Open the pinch clamp and lift up the tube. Residual fluid in the tube can now drain off.
3. Close the pinch clamp.
4. Now cut through the tube below the one-way valve* (Fig.1). Dispose of the cut-off piece of

tube with the pinch clamp and access tip. If necessary, use the laid out cloth. To dispose of the collected fluid in the toilet, position the reservoir upside down so that the tube opening is pointing downwards above the toilet. You can start the emptying process by compressing the reservoir.




Fig.1

Warning: Used products and effusion fluid may pose biological risks. Therefore please observe the local and national regulations when disposing of used products and fluid.

5. Once the reservoir is emptied and compressed, attach the orange safety catch. Make sure that,

- where possible, there is no remaining fluid in the tube. Put the reservoir together with the drainage tubing into the plastic bag provided.
6. Dispose of the bag in accordance with the local regulations.

EN

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

When can the sutures (stiches) be removed?

The sutures can typically be removed after 7 – 10 days. The suture holding the catheter in place however, should not be removed before 30 days have elapsed.

How often do I need to drain?

Only drain the amount prescribed by your doctor.

Fluid should be drained every one to two days (or as prescribed by your doctor) using a drainage set. Please consult your doctor if you wish to drain more or less often.

ewimed does not recommend draining more than 1000 ml from the pleural cavity.

ewimed does not recommend draining more than 2000 ml from the peritoneal cavity.

What should I do if I am still short of breath after draining?

Please inform your doctor if, after successfully draining fluid out of the pleural or peritoneal cavity, you still have difficulty breathing.

What should I do if the volume of fluid becomes less and less or if no fluid at all can be drained?

If the drainage amounts continuously decrease and you have no medical complaints or weight gain, it is possible that no effusion has accumulated. Consult your GP or contact the clinic to rule

out the possibility of a blocked catheter and to discuss the further procedure.

Can I shower or have a bath with the catheter?

You can shower as long as the catheter is completely and correctly covered with the self-adhesive film dressing. If the gauze pads however do get wet during showering, remove the dressing, clean and dry the area and apply a new dressing. The catheter should not be completely immersed in water either in the bath or in the swimming pool. Avoid direct contact of the safety valve with bath/shower water.

Please note: We recommend showering before draining or applying a new dressing, so that the dressing can be promptly changed should it become wet.

What should I do if I accidentally pull out the catheter?

The catheter should have grown together with the subcutaneous* skin tissue through the polyester cuff. If the catheter is accidentally pulled out and the cuff is visible, cover the exit site with a sterile dressing and immediately contact the clinic that carried out the implantation.

How can I tell if I have an infection?

Immediately inform a doctor should you experience pain, skin redness (erythema*), if the skin is warm to the touch, swelling

(oedema*), fever or accumulation of fluid as these can be signs of infection*.

Should you notice a change in colour of the effusion fluid, proceed as described.

Shortly after implantation redness and mild pain can be expected. These symptoms should not last or become worse.

RETURNS/REFUNDS

EN

Only originally packaged (unopened, non-damaged, non-labelled) boxes of drainage sets will be accepted for return and refund.

GLOSSARY

Ascites	Effusion or accumulation of fluid in the abdomen (stomach)
Circulatory collapse	Temporary loss of consciousness
DEHP	Plasticizers in plastics
Edema	Swelling due to excessive fluid accumulation
Electrolyte imbalance	Disturbance of the balance of ions (e.g. sodium, potassium, calcium) in the blood or cells in the body
Erythema	Skin redness
Hepatorenal syndrome	Decrease in renal function
Hypotension	Low blood pressure
Incision	Skin incision during the operation e.g. for the implantation of the catheter
Infection	Reaction of the body's own defence system to pathogens such as bacteria, viruses etc.
Peritoneal cavity	Abdominal cavity
Peritonitis	Inflammation of the peritoneum (abdominal cavity)
Phthalate	Plasticizer (e.g. DEHP)
Pleural effusion	Effusion or fluid accumulation in the pleural cavity

Pneumothorax	Air in the space between the lungs and the chest wall
Protein loss	Reduction of the amount of protein in the blood (protein depletion)
Reexpansion pulmonary edema	Accumulation of fluid in functional lung tissue due to the sudden expansion of the previously compressed lung; acute shortness of breath
One-way valve	Prevention of fluid backflow for increased patient safety
Septa	Tissue bridges / chambering between separated spaces in a body cavity (e.g. abdomen)
Subcutaneous tissue	Tissue under the skin

CONTENU

2	Explication des symboles	41	Préparation
8	Tabelle de drainage	41	Réalisation
9	Présentation du produit	43	Étapes finales
38	drainova® cathéter / drainova® ArgentiC cathéter ou PleurX™ / PeritX™ cathéter	44	Réfection du pansement
38	drainova® réservoir, kit de drainage	45	Vidange du réservoir drainova®
39	Avertissements	46	Questions fréquentes
	général	47	Retour ou crédit
	en rapport avec votre cathéter	47	Glossaire

FR

Vous devez être formé par notre spécialiste, le personnel de soins ou un médecin pour une utilisation correcte des composants de ce set. Consultez votre médecin ou votre infirmier(e) si vous avez des difficultés ou des questions concernant le drainage du liquide.

Lisez attentivement l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le réservoir drainova®, set de drainage pour drainer votre épanchement.

SI VOUS AVEC DES QUESTIONS OU BESOIN D'AIDE

merci de nous contacter au :

DE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

Des informations plus détaillées sont également disponibles sur notre page d'accueil : www.ewimed.ch



DRAINOVA® CATHÉTER / DRAINOVA® ARGENTIC CATHÉTER OU PLEURX™ / PERITX™ CATHÉTER

Le catheter drainova®, le catheter drainova® ArgentiC, le catheter PleurX™ ou le catheter PeritX™ servent à drainer les épanchements de la cavité thoracique (épanchement pleural*) ou de la cavité abdominale (ascite*).

Votre medecin vous a implante un catheter afin que vous puissiez drainer votre épanchement pleural* ou votre ascite* a domicile vous evitant par la meme occasion le besoin de ponctions repetees a l'hopital ou en clinique.

La partie du catheter introduit dans votre cavité thoracique ou votre abdomen comporte des orifices de drainage qui permettent à l'épanchement d'être drainé vers l'extérieur (draine). Le manchon en polyester est positionné, lors de l'implantation, sous la peau pour vous protéger des risques d'infection*. La valve de securite sur

la partie visible du catheter est hermetiquement fermee et empeche les fuites de liquide et / ou la penetration d'air.

Si aucun drainage n'est effectue, un capuchon de valve ou un capuchon en silicone drainova®, sterilisé est fixe sur la valve de securite du catheter de sorte que la valve de securite du catheter soit protegee des contaminations ou des dommages. Utilisez le kit de drainage drainovaR ou le kit de drainage ewimed pour drainer l'épanchement. Le materiel du kit de drainage est adapte de facon optimale a la valve de securite grace au principe «clef-serrure».

Dans la suite de ce document, le catheter drainova®, le catheter drainova® ArgentiC, le catheter PleurX™ ou le catheter PeritX™ sont appeles «catheter».




Illustration : représentation schématique du cathéter drainova®

DRAINOVA® RÉSERVOIR, KIT DE DRAINAGE

Le set de drainage du réservoir drainova® contient le matériel stérile nécessaire pour un drainage sûr et simple de votre épanchement par votre cathéter.

Le set de drainage du réservoir drainova® est défini sous le terme «set de drainage» dans ce document. Le réservoir contenu dans le set de drainage du réservoir drainova® est défini ci-après par «réservoir».

Tous les composants du set sont marqués CE et stérilisés à l'oxyde d'éthylène (voir emballage individuel).

De plus, nous recommandons pour effectuer le drainage d'avoir :

- désinfectant en spray pour les plaies
- solution alcoolique pour la désinfection des mains
- gants non stériles à usage unique

AVERTISSEMENTS

général

Le drainova® réservoir, kit de drainage est uniquement destiné à être utilisé pour l'usage prévu.

Ne pas utiliser le produit si:

- l'emballage stérile est endommagé
- le produit est endommagé
- la date de péremption est dépassée

Tout le matériel est destiné à un usage unique !

La livraison du kit de drainage ewimed est effectuée de façon à le conserver dans un état stérile, ce qui est garanti par des contrôles de qualité appropriés. Les kits de drainage ne doivent pas être stérilisés. Le produit est destiné à un usage unique.

La réutilisation peut contribuer à une contamination croisée.

La société ewimed GmbH n'assume aucune responsabilité pour les produits réutilisés, stérilisés ou pris dans des emballages endommagés.

Drainage de la cavité thoracique

Suivez la prescription médicale quant à la quantité de liquide à drainer.

ewimed recommande de ne pas drainer plus de 1000 ml d'épanchement par jour. Si la quantité drainée doit être plus importante, le drainage ne peut être effectué que sur ordre du médecin traitant. Une certaine gêne peut apparaître lors du drainage. Si la gêne devient trop importante durant le drainage interrompez momentanément le flux à l'aide du clamp de la ligne de drainage de la poche de recueil.

Les complications possibles lors du drainage d'un épanchement pleural peuvent être entre autres un pneumothorax*, un œdème pulmonaire de reexpansion*, une hypotension*, un collapsus

circulatoire*, une formation de septa dans la cavité thoracique ou une infection*.

Drainage de la cavité abdominale

Suivez la prescription médicale quant à la quantité de liquide à drainer.


ewimed recommande de ne pas drainer plus de 2000 ml d'épanchement par jour. Si la quantité drainée doit être plus importante, le drainage ne peut être effectué que sur ordre du médecin traitant. Une certaine gêne peut apparaître lors du drainage. Si la gêne devient trop importante durant le drainage interrompez momentanément le flux à l'aide du clamp de la ligne de drainage de la poche de recueil.

Les complications possibles lors du drainage d'une ascite peuvent être entre autres une hypotension*, un collapsus circulatoire*, un déséquilibre électrolytique*, une perte de protéines*, un syndrome hépatorenal*, une fuite d'ascite* au niveau des incisions*, une formation de septa* dans la cavité péritonéale* et une infection*.

Position de la poche de recueil durant le drainage

Parce que la gravité peut aider à drainer l'épanchement, assurez-vous que le réservoir drainova® est toujours en dessous du point de sortie du cathéter pendant le drainage, p.ex. au sol.

Veillez à ne pas exercer de pression sur le réservoir pendant la vidange.



Cela pourrait endommager le valve anti-reflux et provoquer une contamination par le fluide qui reflue.

Remarque: tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Nettoyage / désinfection

Si l'épanchement s'écoule à côté, nettoyez la peau avec de l'eau et du savon si le liquide entre en

contact avec la peau. Pour les surfaces, utiliser un détergent ou un désinfectant approprié. Ne pas utiliser octenisept® ou un désinfectant contenant de l'iode pour nettoyer / désinfecter le cathéter ou la valve de sécurité du cathéter.

Les tampons d'alcool sont facilement inflammables

Ne pas exposer les tampons à une flamme nue.

FR

AVERTISSEMENTS


en rapport avec votre cathéter

Ne jamais couper le cathéter ou la valve de sécurité du cathéter.

Évitez le contact d'objets pointus avec le cathéter.

Si le fonctionnement de la valve de sécurité ne peut plus être garanti ou si la valve de sécurité a été coupée accidentellement, procédez comme suit:

- pincez le cathéter en le serrant entre les doigts.
- de l'autre main faites glisser le clamp d'urgence sur le cathéter et poussez complètement le cathéter dans la partie étroite du clamp.
- le cathéter sera ainsi complètement fermé.
- informez votre médecin immédiatement.



Utilisez uniquement des accessoires d'origine.

Seuls des accessoires d'origine appropriés peuvent être connectés au cathéter. Rien ne doit être branché sur la valve de sécurité autre que l'embout d'insertion spécialement conçu à cet effet car la valve de sécurité pourrait être endommagée. Une mauvaise manipulation peut provoquer une pénétration d'air dans le corps ou une fuite permanente de liquide.

Gardez la valve de sécurité du cathéter propre et l'embout d'insertion de la ligne de raccordement stérile.

Assurez-vous qu'ils n'entrent pas en contact avec des objets non stériles afin d'éviter toute contamination. La valve de sécurité du cathéter doit être désinfectée avant chaque drainage.


Assurez-vous que la valve de sécurité du cathéter et l'embout d'insertion spécifique soient bien connectés avant le drainage.

Assurez-vous que la ligne de raccordement du réservoir ne subisse pas de traction.

Lorsque vous connectez l'embout d'insertion spécifique à la valve de sécurité du cathéter, assurez-vous que la manipulation soit stérile et que le connecteur est fermement connecté. Une déconnexion accidentelle peut causer une contamination. Dans ce cas, désinfectez la valve de sécurité du cathéter avec un tampon alcoolisé et jetez le matériel de drainage déconnecté. Veuillez respecter les réglementations locales, régionales et fédérales en matière d'élimination des déchets.

Pour vous protéger contre toutes déconnexions accidentelles, vous pouvez utiliser la drainova® clickFix (numéro d'article: P1100).

La drainova® clickFix peut être commandé séparément. Il ne fait pas partie du set de drainage.



PRÉPARATION

L'épanchement doit être drainé conformément à la prescription de votre médecin avec un set de drainage ewimed. Si vous n'avez pas reçu de prescription médicale pour l'intervalle ou le volume de drainage, vous recevrez ces informations lors de la formation

1. Préparez une zone de travail dégagée et propre sur une table ou sur une autre surface de travail.

Remarque: pour éliminer le matériel usagé, une poubelle spéciale doit être prévue à cet effet.

2. Désinfectez-vous les mains. Nous vous recommandons également de bien vous laver les mains au préalable.
3. Enfilez les gants jetables non stériles.

4. Retirez le pansement sur le cathéter. Décollez soigneusement le coin du pansement et retirez-le lentement de la peau. Assurez-vous de ne pas tirer accidentellement sur le cathéter.


Remarque : si vous remarquez un gonflement, une inflammation ou une accumulation de liquide à la sortie du cathéter ou au niveau des points de suture, informez-en votre médecin après le drainage.

5. Retirez les gants et désinfectez-vous les mains.
6. Ouvrez l'emballage du set de drainage du réservoir.
7. Ouvrez avec précaution la pochette contenant le set de pansement. Mettez de côté le pansement auto-adhésif plastifié


FR

RÉALISATION

1. Posez le set de pansements sur une zone de travail dégagée et ouvrez-le. Dépliez soigneusement le champ stérile. Laissez le matériel sur cette surface. Le matériel contenu dans le set de pansements est stérile et ne peut pas être associé à du matériel non stérile.



2. Prenez les gants stériles par le bord et enfiler-les comme montré sur le schéma. Les gants conviennent indifféremment aux deux mains. Assurez-vous que les gants ne touchent pas des surfaces non stériles.



- 2.1 Ouvrez les sachets contenant les tampons alcoolisés en suivant les pointillés. Ne sortez pas les tampons alcoolisés du sachet. Déposez les sachets ouverts sur le bord du champ stérile.
3. Retirez le capuchon stérile en silicone drainova® ou le capuchon de valve PleurX™ / PeritX™:


- **lors de l'utilisation d'un capuchon en silicone stérile drainova®:**

Tenez fermement la valve de sécurité du cathéter puis retirez doucement le capuchon en silicone. Jetez le capuchon en silicone.




- **lors de l'utilisation d'un capuchon de valve PleurX™ / PeritX™:**

Tenez la valve de sécurité du cathéter puis tournez le capuchon de valve PleurX™ / PeritX™ en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le doucement. Jetez le capuchon de valve.




4. Insérez la valve de sécurité du cathéter dans le sachet, déjà préformé, du tampon alcoolisé et nettoyez la valve de sécurité du cathéter en faisant de légers mouvements de rotation. Laissez la valve de sécurité du cathéter dans le sachet du tampon alcoolisé durant les étapes 5 – 7.




Attention : ne pas utiliser de l'octenisept® ou des désinfectants à base d'iode.

5. Ouvrez l'emballage du réservoir. Le matériel dans l'emballage est stérile. Il est important que l'embout d'insertion de la ligne de raccordement reste stérile. Placez le réservoir à côté du champ stérile.
6. Retirez la fixation papier qui fixe la ligne de drainage.



7. Tenez l'embout d'insertion spécifique dans une main. Fermez complètement le clamp de la ligne de raccordement avec l'autre main.




8. Tenez l'embout d'insertion spécifique et retirez la cape de protection stérile. Si nécessaire, tournez légèrement la cape de protection stérile pour la retirer de l'embout d'insertion spécifique.



- 8.1 Retirez l'emballage contenant le tampon imbibé d'alcool de la valve de sécurité du cathéter et insérez l'embout d'insertion spécifique dans la valve de sécurité du cathéter. Assurez-vous que la valve de sécurité du cathéter et l'embout d'insertion spécifique soient correctement connectés. Lors de la connection vous pouvez entendre et ressentir un «clac».




9. Pressez sur le réservoir pour retirer la goupille orange du réservoir. Conservez la goupille orange pour une utilisation ultérieure.



Recommandation: La durée du drainage peut être raccourcie en mettant le réservoir drainova® plus bas que le point d'insertion du cathéter. Par exemple au sol.

10. Ouvrez le clamp sur la ligne de raccordement pour commencer le drainage.




Remarque : le débit de liquide peut ralentir ou être interrompu si :

- l'épanchement est presque complètement vide
- l'épanchement a une viscosité élevée
- la valve de sécurité du cathéter est obstruée par un caillot* ou un fil de protéines


Vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de procéder dans un tel cas dans la section „Questions fréquentes“ à partir de la page 46.

11. Lorsque le volume de drainage recommandé par le médecin est atteint, arrêtez le drainage en fermant le clamp. Le volume drainé peut être lu à l'aide du curseur supérieur. Le volume drainé doit être relevé dans le tableau «Tablelle de drainages» à la page 8.




ÉTAPES FINALES

1. Ouvrez le paquet du capuchon stérile en silicone drainova® et déposez le capuchon en silicone sur le champ stérile.



2. Prenez la valve de sécurité du cathéter d'une main et de l'autre la ligne de drainage du réservoir. Retirez l'embout d'insertion spécifique de la valve de sécurité du cathéter d'un mouvement ferme et régulier. Déconnectez le dispositif.




44 | Réfection du pansement

- Nettoyez la valve de sécurité du cathéter pendant environ 30 secondes à l'aide d'un tampon d'alcool ou d'un désinfectant à base d'alcool approprié, puis jetez le tampon.

Attention : ne pas utiliser de l'octenisept® ou des désinfectants à base d'iode.


- Mettez le capuchon stérile en silicone drainova®: Poussez fermement le nouveau capuchon en silicone sur la valve de sécurité du cathéter. Le capuchon en silicone tient sans système de verrouillage spécifique.




FR

RÉFECTION DU PANSEMENT

- Nettoyez la zone autour du site de sortie du cathéter avec le spray désinfectant alcoolisé pour la peau. Si la plaie a guéri et que les fils ont été retirés, une lingette alcoolisée peut être utilisée. Assurez-vous que le site de sortie du cathéter et la peau autour du cathéter soient secs. Ensuite seulement, faites le nouveau pansement.




Désinfection autour du point de sortie du cathéter pleural*




Désinfection autour du point de sortie du cathéter péritonéal


- Posez la compresse mousse en Y à la base du cathéter.




- Roulez le cathéter et placez-le sur la compresse en mousse.




- Couvrez le cathéter avec des compresses de gaze.




- Retirez les gants stériles
- Le pansement auto-adhésif est constitué de trois couches
 - Film de protection (deux pièces)
 - Pansement auto-adhésif (transparent)
 - Film protecteur imprimé
- Découvrez la surface auto-adhésive en retirant le film protecteur imprimé.




8. Centrez le pansement auto-adhésif sur les compresses de gaze et appliquez-le sur la peau.



9. Retirez la partie centrale du film protecteur non imprimé du pansement.



10. Retirez délicatement le cadre du film protecteur non imprimé du pansement et lissez tout le pansement auto-adhésif du centre vers les bords.



FR

Remarque: Éliminez le matériel et le pansement usagé conformément aux réglementations en vigueur.

VIDANGE DU RÉSERVOIR DRAINOVA®

1. Pour les étapes suivantes, préparez une paire de ciseaux, un chiffon, la goupille orange et un sac en plastique (tel que le sac en plastique contenant le réservoir).
2. Placez le réservoir sur le sol. Ouvrez le clamp et tenez la ligne de raccordement en l'air. Le liquide restant dans la ligne de raccordement peut ainsi s'écouler.
3. Fermez le clamp.
4. Coupez maintenant la ligne en dessous de la valve anti-reflux* (Fig.1). Jetez le morceau de ligne coupée avec le clamp et l'embout d'insertion spécifique. Si nécessaire, utilisez le champ fourni. Pour permettre l'évacuation du liquide contenu dans le réservoir, placez le réservoir à l'envers au dessus des toilettes de façon à ce que l'ouverture de la ligne soit orientée vers le bas. Comprimez le réservoir pour commencer le processus de vidange.

Remarque: des risques existent par rapport aux possibles contacts avec le liquide de nature biologique drainé. Par conséquent, respectez les réglementations locales et nationales lors de l'élimination du matériel usé et des liquides d'origine biologique.

5. Une fois que le réservoir est vide et qu'il est complètement replié, fixez la goupille orange. Assurez-vous, si possible, qu'il n'y a pas de liquide dans la ligne. Placez le réservoir avec la ligne dans le sac en plastique fourni.
6. Éliminez le sac conformément à la réglementation locale.




Fig.1

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quand peut-on retirer les fils ?

Les points de suture peuvent être retirés après 7 – 10 jours. Le point de fixation à la sortie du cathéter qui doit être retiré après 30 jours.

A quelle fréquence puis-je effectuer un drainage ?

Suivre la prescription du médecin en ce qui concerne la gestion du drainage. Le liquide doit être drainé tout les un à deux jours ou selon la prescription du médecin. Si vous souhaitez effectuer un drainage plus ou moins souvent, il est nécessaire de se référer à votre médecin.

ewimed recommande un drainage maximal de 1000 ml par jour en cas d'épanchement pleural. ewimed recommande un drainage maximal de 2000 ml par jour en cas d'ascite.

Que faire si j'ai encore de la peine à respirer après le drainage ?

Si vous avez encore du mal à respirer après un drainage thoracique ou péritonéal, appelez votre médecin.

Que faut-il faire si la quantité de liquide drainé devient de plus en plus faible ou que le drainage s'arrête complètement ?

Si les quantités de liquide drainé diminuent constamment et que vous ne ressentez aucune gêne ou ne prenez pas de poids, il est possible qu'il n'y ait plus d'épanchement. Consultez votre médecin ou prenez contact avec la clinique qui vous a implanté le cathéter afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction et de discuter de la suite de la procédure.

Puis-je prendre une douche ou me baigner avec le cathéter ?

Si le cathéter a été complètement et correctement recouvert du pansement auto-adhésif, vous

pouvez prendre une douche. Si les compresses de gaze sont mouillées pendant la douche, retirez le pansement, nettoyez et séchez la zone et appliquez un nouveau pansement. Le cathéter ne doit pas être immergé dans une baignoire ou une piscine. Le contact direct de la valve de sécurité du cathéter avec l'eau du bain ou de la douche doit être évité.

Remarque: Nous vous recommandons de prendre une douche avant de drainer / changer le pansement afin de pouvoir le changer rapidement s'il devait devenir humide.

Que dois-je faire si je tire accidentellement le cathéter ?

Le cathéter adhère au tissu sous-cutané* grâce au manchon en polyester. Si le cathéter est tiré par inadvertance et que le manchon est visible, recouvrez le point de sortie d'un pansement stérile et contactez immédiatement la clinique qui a procédé à l'implantation.

Comment puis-je savoir si j'ai une infection ?

Informez immédiatement un médecin si vous avez, au niveau du cathéter des douleurs, une rougeur (érythème*), un point chaud et sensible, un gonflement (œdème*) ou plus généralement de la fièvre ou une rétention d'eau. Ces paramètres peuvent être les signes d'une infection*. Consultez votre médecin si la couleur et/ou la consistance du liquide drainé change de façon significative.

Une rougeur et une douleur légère sont possibles durant un court laps de temps après l'implantation, mais elles ne devraient pas persister ou s'aggraver.

RETOUR OU CRÉDIT

Seuls les cartons d'origine (non ouverts, non étiquetés ou endommagés) contenant les kits de drainage sont repris et crédités.

GLOSSAIRE

Ascite	épanchement ou accumulation de liquide dans l'abdomen (cavité péritonéale)
DEHP	composé chimique (DiEthylHexyl Phtalate) présent dans certains plastiques
Déséquilibre électrolytique	Perturbation de l'équilibre des ions (par exemple, sodium, potassium, calcium) dans le sang ou les cellules du corps
Hypotonie	pression artérielle basse
Incision	ouverture cutanée faite au cours d'une opération p.ex. pour l'implantation du cathéter
Infection	réaction de défense du corps contre des agents pathogènes tels que bactéries, virus.
Perte de protéines	réduction de la quantité de protéines dans le sang (épuisement des protéines)
Syndrome hépatorénal	diminution de la fonction rénale
Érythème	rougeur de la peau
Collapsus	perte temporaire de conscience
Œdème	gonflement dû à une accumulation excessive de liquide
Cavité péritonéale	partie de la cavité abdominale
Péritonite	inflammation du péritoine
Phtalate	plastifiant (par exemple, DEHP)
Epanchement pleural	accumulation de liquide dans la cavité pleurale
Pneumothorax	présence d'air dans l'espace entre le poumon et la paroi thoracique
Œdème de réexpansion	stockage de liquide dans le tissu pulmonaire fonctionnel en raison de l'expansion soudaine du poumon comprimé antérieurement ; détresse respiratoire aiguë
Valve anti-reflux	Dispositif de sécurité anti-reflux pour une sécurité accrue du patient
Septa	mince cloison qui compartimente des espaces dans une cavité corporelle (p. ex. abdomen)
Tissu sous-cutané	tissu sous la peau

FR

INDICE

2	Spiegazioni dei simboli	52	Preparazione
8	Records di drenaggio	52	Implementazione
9	Descrizione del prodotto	54	Passaggi finali
49	Il catetere drainova® / il catetere drainova® ArgentiC o il catetere PleurX™/PeritX™	55	Mettere una nuova benda
49	Il drainova® serbatoio, set di drenaggio	56	Svuotare il serbatoio drainova®
50	Avvertenze	56	Domande frequenti
	generali	57	Ritorno o credito
	in combinazione con il catetere	58	Glossario

IT

Dovrebbe essere stato istruito dal nostro personale di addestramento, da un infermiere o da un medico nell'uso corretto dei componenti di questo kit. Contatti il medico o il personale infermieristico in caso di difficoltà o domande relative allo scarico dell'effusione.

Legga attentamente questo manuale prima di utilizzare il set di drenaggio del serbatoio drainova® per drenare il versamento.

HA DOMANDE O HA BISOGNO DI AIUTO?

Si prega di mettersi in contatto con noi:

DE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

Ulteriori informazioni dettagliate sono disponibili anche sulla nostra homepage www.ewimed.ch



IL CATETERE DRAINOVA® / IL CATETERE DRAINOVA® ARGENTIC O IL CATETERE PLEURX™ / PERITX™

Il catetere drainova®, il catetere drainova® ArgentiC o il catetere PleurX™/PeritX™ vengono utilizzati per scaricare effusioni dalla cavità toracica (versamento pleurico *) o dalla cavità addominale (ascite *).

Il medico ha impiantato il catetere in modo da poter da solo scaricare il versamento pleurico* o l'ascite* a casa, secondo necessità, eliminando la necessità di forature ripetute in ospedale. La parte del catetere nel suo corpo ha fori di drenaggio, attraverso i quali l'effusione può essere drenata verso l'esterno. Il polsino in poliestere è posto sotto la pelle durante l'impianto in un tunnel per proteggere dalle infezioni*. La valvola di sicurezza sulla parte visibile del catetere è generalmente chiusa, evitando perdite di versamento e ingresso di aria.

Se non viene effettuato alcun drenaggio, un cappuccio della valvola PleurX™/PeritX™ viene applicato sulla valvola di sicurezza o un cappuccio sterile in silicone drainova® è collegato, in modo che la valvola di sicurezza sia protetta da contaminazione o danno.

Utilizzare il kit di drenaggio drainova® o il kit di drenaggio ewimed per drenare l'effusione. L'utilizzo del kit di drenaggio si adatta in modo ottimale al collegamento con la valvola di sicurezza tramite il principio di blocco della chiave.

Di seguito, il catetere drainova®, il catetere drainova® ArgentiC o il catetere PleurX™/PeritX™ viene definito come «catetere».

IT




Figura: rappresentazione schematica del catetere drainova®

IL DRAINOVA® SERBATOIO, SET DI DRENAGGIO

Il kit di drenaggio drainova contiene i materiali sterili necessari per per il drenaggio sicuro e semplice di un versamento con il catetere.

Il serbatoio drainova®, kit di drenaggio è indicato di seguito come «kit di drenaggio».

Il contenitore contenuto nel serbatoio drainova®, il kit di drenaggio è indicato di seguito come «serbatoio».

Tutti i prodotti sono marcati CE e sterilizzati con gas ossido di etilene (vedi confezione singola).

Si consiglia i seguenti materiali aggiuntivi per l'esecuzione del drenaggio:

- spray alcolico disinfettante per la pelle
- disinfettante per le mani
- guanti monouso non sterili

AVVERTENZE

generali

Il drainova® serbatoio, set di drenaggio e adatto solo per l'uso previsto.

Non usare il prodotto se:

- l'imballaggio sterile/la scatola di consegna/ l'imballaggio esterno sono danneggiati
- il prodotto è danneggiato
- la data di scadenza è scaduta

I materiali di consumo sono solo per uso singolo!

La consegna del set di drenaggio ewimed viene effettuata in condizioni sterili, il che è garantito da adeguati controlli di qualità. I kit di drenaggio non devono essere risterilizzati.

Il prodotto è inteso solo per uso singolo. Il riutilizzo può contribuire alla contaminazione incrociata. La società ewimed GmbH non si assume alcuna responsabilità per il riutilizzo, la risterilizzazione o la rimozione dei prodotti di imballaggio danneggiati.

Drenaggio dalla cavità toracica

La quantità di drenaggio viene seguita secondo la prescrizione del medico.

ewimed consiglia di non scaricare più di 1000 ml di effusione al giorno. Lo scarico di versamento maggiore deve essere effettuato solo su istruzione del medico curante. Si potrebbe sentire a disagio durante il drenaggio. Se questo diventa troppo forte, chiudere il morsetto sul tubo di collegamento per interrompere temporaneamente il flusso di liquido.

Possibili complicanze con il drenaggio ricorrente di un versamento pleurico* possono essere, tra l'altro, pneumotorace*, edema polmonare di ri-espansione*, ipotensione*, collasso circolatorio*, setti* nella cavità toracica o infezione*.

Drenaggio dalla cavità addominale

La quantità di drenaggio viene seguita secondo la prescrizione del medico.


ewimed consiglia di non drenare più di 2000 ml di effusione al giorno. Lo scarico di versamento maggiore deve essere effettuato solo su istruzione del medico curante. Si potrebbe sentire a disagio durante il drenaggio. Se questo diventa troppo forte, chiudere il morsetto sul tubo di collegamento per interrompere temporaneamente il flusso di liquido.

Possibili complicanze il drenaggio ricorrente di ascite* possono essere, tra l'altro, ipotensione*, collasso circolatorio*, squilibrio elettrolitico*, perdita proteica*, sindrome epatorenale*, perdita di ascite* attraverso le incisioni*, peritonite*, setti* nella cavità peritoneale* e infezione*.

Posizione del serbatoio durante il drenaggio

Poiché la gravità può aiutare a drenare l'effusione, si assicuri che il serbatoio sia sempre sotto il punto di uscita del catetere durante il drenaggio ad esempio: il suo pavimento.

Fare attenzione a non applicare pressione al serbatoio durante il drenaggio. Questo potrebbe danneggiare la valvola di ritegno e causare la contaminazione del fluido che rifluisce.



Nota: segnalare al produttore e all'autorità competente tutti gli eventi rilevanti che si verificano in relazione al prodotto.

Pulizia/disinfezione

Se il versamento si esaurisce, pulire la pelle con acqua e sapone. Per le superfici, utilizzare un detergente o un disinfettante idoneo. Non utilizzare octenisept® o disinfettante contenente

iodio per pulire/disinfettare il catetere o la valvola di sicurezza.

I tamponi di alcol sono infiammabili.

I tamponi devono essere tenuti lontano dalle fiamme libere.

AVVERTENZE


in combinazione con il catetere

Non tagli mai il catetere o la valvola di sicurezza.

Eviti il contatto di oggetti appuntiti con il catetere.

Se la funzione della valvola di sicurezza non può più essere garantita o se la valvola di sicurezza è stata accidentalmente tagliata o se non esiste più, procedere seguentemente:

- Premere saldamente il catetere con le dita.
- Tenere con l'altra mano il morsetto scorrevole emergenza a parte, in modo che il catetere può essere inserito nell'estremità aperta del clip.
- Far scorrere il catetere completamente nell'estremità più stretta del morsetto.
- Contatti immediatamente il medico.

**Utilizzare solo accessori originali.**

Solo accessori originali adatti possono essere collegati al catetere. Nella valvola di sicurezza del catetere non deve essere inserito nient'altro che il perno di inserimento appositamente progettato per questo scopo, altrimenti la valvola di sicurezza può essere danneggiata. Una manipolazione impropria può causare l'ingresso di aria nel corpo o perdite permanenti di liquidi.

Mantenere la valvola di sicurezza sul catetere pulita e il tubo di inserimento sul tubo di collegamento sterile.


Assicurarsi che non vengano in contatto con oggetti non sterili per evitare inquinamento o contaminazione. La valvola di sicurezza deve essere disinfettata prima di ogni drenaggio.

Assicurarsi che la valvola di sicurezza e il perno di inserimento siano completamente collegati durante il processo di drenaggio.**Assicurarsi che il tubo di collegamento non sia teso o tirato.**

Quando si collega il perno di inserimento alla valvola di sicurezza, assicurare una procedura sterile e assicurarsi che il connettore sia saldamente collegato. La disconnessione accidentale può causare contaminazione. In tal caso, disinfettare la valvola di sicurezza con un tampone imbevuto di alcol fresco e gettare il materiale di drenaggio non dissociato. Per continuare il drenaggio, è necessario utilizzare un nuovo set di drenaggio sterile.

Per proteggersi dalla disconnessione accidentale, è possibile utilizzare il drainova® clickFix (codice articolo: P1100).

Il drainova® clickFix può essere ulteriormente prescritto e non è oggetto del kit di scarico.



PREPARAZIONE

L'effusione deve essere drenata con un kit di drenaggio come prescritto dal medico. Se non ha ricevuto un consiglio medico per l'intervallo di drenaggio o il volume di drenaggio, riceverà una raccomandazione durante la formazione.

1. Preparare uno spazio di lavoro libero e pulito su un tavolo o un altro piano di lavoro.

Nota: per smaltire il materiale usato, è necessario fornire un contenitore aperto per la spazzatura.

2. Disinfettare le mani. Inoltre, si consiglia di lavarsi prima accuratamente le mani.
3. Indossare i guanti monouso non sterili.
4. Rimuovere la benda sul catetere. Rimuovere con attenzione un angolo della benda e

lentamente estrarlo dalla pelle. Prestare attenzione per evitare di non tirare accidentalmente al catetere.


Nota: se nota gonfiore, infiammazione o accumulo di liquido nel sito di uscita del catetere o nell'interfaccia distale della pelle, informi il suo medico curante.

5. Si toglia i guanti e disinfetti nuovamente le mani.
6. Apra l'imballaggio esterno del serbatoio.
7. Aprire l'imballaggio del kit di materiale per medicazione esaudendo kit di materiale per medicazione i due lati del sacchetto dalla parte superiore. Metta da parte la benda autoadesiva.

IT

IMPLEMENTAZIONE

1. Posizionare il kit di materiale per medicazione con la linguetta verso l'alto nell'area di lavoro. Disporre con cura il drappo. Lasciare gli articoli sul drappo. Gli articoli nel kit di materiale per medicazione sono sterili e non devono entrare in contatto con oggetti non sterili.



2. Sollevare i guanti dal bordo e serrare come mostrato. Entrambi i guanti sono adatti per entrambe le mani. Assicurarsi che non venga

toccato con i guanti oggetti non sterili, come ad esempio pelle o vestiti.



- 2.1 Strappare i tamponi imbevuti di alcol da un lato. Non rimuovere i tamponi imbevuti di alcol dalla confezione. Aprire la confezione rispettiva in modo da poterla poi inserire sulla valvola di sicurezza. Appoggiare i tamponi imbevuti di alcol preparate contro il bordo del drappo.

3. Scollegamento del cappuccio sterile in silicone drainova® o del cappuccio della valvola PleurX™ / PeritX™:


• **con il drainova® cappuccio in silicone, sterile:**

Tenga saldamente la valvola di sicurezza del catetere e quindi rimuovere delicatamente il cappuccio in silicone. Smaltisca il cappuccio in silicone.




• **con il cappuccio della valvola PleurX™ / PeritX™:**

Tenga la valvola di sicurezza del catetere, quindi ruoti il cappuccio della valvola PleurX™ / PeritX™ in senso antiorario e lo tiri delicatamente. Smaltisca il tappo.




4. Inserire la valvola di sicurezza in una confezione già preformata di tampone con alcool e pulire la valvola di sicurezza ruotandola leggermente. Lasciare la valvola di sicurezza in questo imballaggio durante i passaggi 5 – 7.




Attenzione: non utilizzare il disinfettante octenisept® o iodio.

5. Aprire l'imballaggio del serbatoio e lo rimuova.
L'articolo nella confezione è sterile. È importante che il perno di inserimento sul tubo di connessione rimanga sterile. Posizionare il serbatoio accanto al telo.

6. Rimuovere la fissazione fissata attorno al sistema di tubo flessibile.



7. Tenga saldamente il perno di inserimento in una mano. Chiuda il morsetto sul tubo di collegamento completamente con l'altra mano.




8. Continui a tenere il perno di inserimento in posizione e, se necessario, estrarre delicatamente il cappuccio di protezione dal perno di inserimento con un leggero movimento di torsione.



- 8.1 Rimuova la confezione con il tampone di alcool dalla valvola di sicurezza e spingere il perno di inserimento nella valvola di sicurezza. Si accerti che la valvola di sicurezza e il perno di inserimento siano saldamente collegati durante il processo di drenaggio, in modo che si possa udire e sentire lo scatto.




9. Ora sprema il serbatoio per rimuovere il fusibile arancione sul serbatoio. Mantenga il fusibile color arancione per lo smaltimento successivo.



Raccomandazione: la durata del drenaggio può essere abbreviata abbassando il serbatoio ad un livello basso, ad esempio: il suo pavimento.

10. Apra il morsetto a pinza sul tubo di collegamento per consentire l'avvio del drenaggio.




Nota: il flusso di liquido può rallentare o essere interrotto se:

- l'effusione è quasi completamente derivata
- l'effusione ha un'alta viscosità
- la valvola di sicurezza è bloccata da un coagulo di sangue o da un filo proteico

Ulteriori informazioni su come procedere in tal caso sono disponibili nella sezione „Domande frequenti“ a partire da pagina 56.


11. Quando il volume di drenaggio raccomandato dal medico è raggiunto, finisca il drenaggio chiudendo il morsetto. Il volume scaricato può essere letto mediante il pulsante di arresto superiore. Il volume di drenaggio letto può essere inserito nelle tabelle «Record di drenaggio» a pagina 8.



IT

PASSAGGI FINALI

1. Aprire la confezione del drainova® cappuccio in silicone, sterile e lasciare cadere il cappuccio sul telo.



2. Prendere il sistema del tubo flessibile in una mano e la valvola di sicurezza nell'altra mano. Estrarre il perno di inserimento dalla valvola con un movimento fermo e uniforme. Scollegare il sistema del tubo flessibile.



3. Pulire la valvola di sicurezza per circa 30 secondi con un tampone imbevuto di alcool o un disinfettante idoneo a base alcolica e smaltire successivamente il tampone.


Attenzione: non utilizzare il disinfettante octenisept® o iodio.

4. Attacchi il drainova® cappuccio in silicone, sterile:
Spingere saldamente il nuovo cappuccio in silicone sulla valvola di sicurezza del catetere. Il cappuccio tiene indipendentemente senza ulteriore blocco.




METTERE UNA NUOVA BENDA

1. Pulire l'area intorno al sito di uscita del catetere con lo spray disinfettante per la pelle alcolica. Se la ferita è guarita e i fili sono stati tirati, è possibile utilizzare un tampone imbevuto di alcol. Assicurarsi che dopo il tempo di esposizione, il sito di uscita del catetere e la pelle attorno al catetere siano asciutti. Solo allora allegare la nuova benda.




Disinfezione nell'aria della pleura*




Disinfezione nell'aria dell'ascite*


2. Posare l'impacco di schiuma intorno al catetere con la fessura verso in alto.




3. Srotolare il catetere e posizionarlo sull'impacco con fessura di schiuma.




4. Coprire il catetere con le compresse di garza.




5. Si toglia entrambi i guanti.
6. Il bendaggio autoadesivo consiste di tre strati
 - I. Pellicola protettiva non stampata (due pezzi)
 - II. Fasciatura autoadesiva (trasparente)
 - III. Pellicola protettiva stampata
7. Rilasciare la superficie autoadesiva rimuovendo la pellicola protettiva stampata.



8. Centrare la medicazione autoadesiva sulle compresse di garza e posizionarla sulle compresse di garza.




9. Rimuovere la sezione centrale del film protettivo non stampato dalla medicazione.



10. Rimuovere delicatamente la cornice della pellicola protettiva non stampata e lisciare l'intera medicazione autoadesiva dal centro verso i bordi.

Nota: smaltire la medicazione usata secondo le normative locali.



SVUOTARE IL SERBATOIO DRAINOVA®

IT

1. Per i seguenti passaggi, prepari un paio di forbici, un panno, il fusibile color arancione, un sacchetto di plastica (come ad es. il sacchetto di plastica contenente il serbatoio).
2. Posizioni il serbatoio sul pavimento. Aprire il morsetto e tenere il tubo in aria. Il liquido restante nel tubo può quindi drenare.
3. Chiuda il morsetto.
4. Ora tagli il tubo sotto la valvola di ritegno* (Fig.1). Smaltire il pezzo di tubo tagliato con il morsetto e il perno di inserimento. Se necessario, utilizzare il panno fornito. Per consentire lo smaltimento del liquido nel serbatoio attraverso il gabinetto, posizionare il serbatoio a testa in giù in modo che l'apertura del tubo sopra il gabinetto sia rivolta verso il basso. Spremere il serbatoio per iniziare il processo di svuotamento.

Nota: i prodotti usati e il versamento potrebbero essere a rischio biologico. Per lo smaltimento di prodotti usati e il versamento, si prega di osservare le normative locali e nazionali.

5. Una volta che il serbatoio è vuoto ed è stato piegato, attaccare il fusibile arancione. Assicurarsi che non ci sia liquido nel tubo, se possibile. Mettere il serbatoio insieme al sistema di tubi nel sacchetto di plastica fornito.
6. Smaltisca il sacchetto secondo le normative locali.




Fig. 1

DOMANDE FREQUENTI

Quando possono essere tirati i fili?

Il filo dermico può essere rimosso dopo 7 – 10 giorni. Il filo cavo deve essere tirato dopo 30 giorni.

Quanto spesso devo drenare l'effusione?

Per la quantità di drenaggio segua la prescrizione del medico.

L'effusione deve essere drenata ogni uno o due giorni o come prescritto dal medico con un kit di

drenaggio. Si prege di chiedere al proprio medico se desidera scaricare più o meno spesso. ewimed consiglia di drenare un massimo di 1000 ml di effusione dalla cavità toracica. ewimed consiglia di drenare un massimo di 2000 ml di effusione dalla cavità addominale.

Cosa fare se mi sento a corto di fiato dopo il drenaggio?

Se, dopo un drenaggio riuscito dalla cavità toracica o addominale, ha ancora difficoltà a respirare, informi il medico.

Cosa si deve fare se il volume di effusione si sta abbassando o se non si può drenare alcun versamento?

Se la quantità di drenaggio diminuisce continuamente e non ci sono sintomi o aumento di peso, è possibile che non si sia formato alcun versamento. Consulti il proprio medico o contatti la clinica che ha eseguito l'impianto del catetere per verificare che non ci sia un'ostruzione del catetere e per discutere l'ulteriore procedura.

Posso fare la doccia o il bagno con il catetere?

Se il catetere è stato completamente e correttamente coperto con la pellicola autoadesiva, si può fare una doccia. Se le compresse di garza si devono essere bagnate durante la doccia,

rimuovere la benda, pulire e asciugare l'area e applicare una nuova benda. Il catetere non deve essere immerso in una vasca da bagno o in una piscina sott'acqua. Evitare il contatto diretto della valvola con il bagno o l'acqua della doccia.

Nota: si consiglia di fare la doccia prima di svuotare / cambiare la medicazione in modo che la medicazione possa essere cambiata tempestivamente nel caso in cui si bagni.

Cosa devo fare se rimuovo accidentalmente il catetere?

Il catetere è progettato per essere fuso attraverso il polsino in poliestere con il tessuto cutaneo sottocutaneo*. Se il catetere viene accidentalmente estratto e il manicotto è visibile, coprire il sito di uscita del catetere con una medicazione sterile e contattare la clinica di impianto.

Come posso determinare se ho un'infezione*?

Informi immediatamente il medico se ha dolore, arrossamento (eritema*), calore sensibile, gonfiore (edema*), febbre o ritenzione di liquidi, che possono essere segni una infezione*.

Procedere in modo analogo se i cambiamenti di colore del versamento diventano visibili.

Il rossore e il dolore lieve sono attesi poco dopo l'impianto, ma questi non dovrebbero persistere o peggiorare.

IT

RITORNO O CREDITO

Saranno restituiti e accreditati solo i cartoni originali in scatola (non aperti, non marcati o danneggiati) con kit di drenaggio.

GLOSSARIO

Ascite	versamento o accumulo di liquidi nell'addome
Cavità peritoneale	parte della cavità addominale
Collasso circolatorio	perdita temporanea di coscienza
DEHP	plastificante in plastica
Edema	gonfiore dovuto a eccessiva ritenzione di liquidi
Edema polmonare di ri-espansione	ritenzione di liquidi nel tessuto polmonare funzionale a causa dell'improvvisa espansione del polmone precedentemente compresso; angoscia respiratoria acuta
Effusione pleurica	versamento o accumulo di liquido nella cavità pleurica
Eritema	arrossamento della pelle
Ftalato	plastificante (es. DEHP)
Incisione	incisione cutanea durante l'intervento chirurgico p. es. per l'impianto del catetere
Infezione	reazione della difesa del corpo agli agenti patogeni come ad es. batteri, virus ecc.
Ipotensione	bassa pressione sanguigna
Perdita di proteine	riduzione della quantità di proteine nel sangue (esaurimento delle proteine)
Peritonite	Infiammazione del peritoneo
Pneumotorace	aria nello spazio tra i polmoni e la parete toracica
Septa	ponti di tessuto/ compartimentazione tra spazi separati in una cavità corporea (ad es. Addome)
Sindrome epatorenale	diminuzione della funzionalità renale
Squilibrio elettrolitico	disturbo dell'equilibrio degli ioni (ad es. sodio, potassio, calcio) nel sangue o nelle cellule del corpo
Tessuto sottocutaneo	tessuto sotto la pelle
Valvola di ritegno	Dispositivo di sicurezza contro il riflusso per una maggiore sicurezza del paziente

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2	Förklaring av symbolerna	62	Förberedelser
8	Dränageprotokoll	63	Genomförande
9	Produktöversikt	65	Avslutande åtgärder
60	drainova® katetern / drainova® ArgentiC katetern eller PleurX™ / PeritX™ katetern	65	Sätta på ett nytt förband
60	drainova® sugbehållare, dränageset	66	Tömma drainova® sugbehållaren
61	Säkerhetsåtgärder	67	Vanliga frågor och svar
	Allmänna	67	Returer och kreditfakturor
	i kombination med er kateter	68	Ordlista

Du bör ha blivit informerad av sjuksköterska, läkare eller utbildningspersonal från ewimed om hur delarna i detta set används på ett korrekt sätt. Vänligen fråga din läkare eller sjuksköterska om du har svårigheter eller frågor angående hur man dränerar vätskan.

SV

Läs igenom hela bruksanvisningen grundligt innan du använder drainova® sugbehållare, dränageset för att tappa ur vätskan.

HAR NI FRÅGOR ELLER BEHÖVER NI HJÄLP?

Ta kontakt med oss:

DE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE: +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA: +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL: +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH: +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO: +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT: +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU: +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

Ytterligare detaljerad information hittar ni också på vår hemsida under www.ewimed.se



DRAINOVA® KATETERN / DRAINOVA® ARGENTIC KATETERN ELLER PLEURX™ / PERITX™ KATETERN

drainova® katetern, drainova® ArgentiC katetern eller PleurX™ / PeritX™ katetern är framtagna för att tappa ur vätska ur bröstkorgen (pleuravätska*) eller ur buken (ascites*).

Läkaren har implanterat en kateter så att du själv ska kunna tappa ur pleuravätska* eller ascites* vid behov hemma och slippa upprepade ingrepp på sjukhus.

Den delen av katetern som är placerad i kroppen har flera hål, genom vilka vätskan kommer in i katetern och på så sätt kan dräneras. Polyester-manschetten placeras vid implantationen i en tunnel under huden för att skydda mot infektioner. Säkerhetsventilen i slutet av den synliga delen av

katetern är generellt stängd och förhindrar att vätska läcker ut eller att luft kommer in.

När vätska inte dräneras sitter ett PleurX™ / PeritX™ ventillock på säkerhetsventilen, eller ett drainova® silikonlock, så att ventilen skyddas mot smuts och skador.

Använd drainova® dränageset eller ewimed dränageset för dränage, då dessa set är optimalt anpassade för säkerhetsventilen.

Hädanefter kallas drainova® katetern, drainova® ArgentiC katetern eller PleurX™ / PeritX™ katetern för ”kateter”.

SV




Bild: Illustration över drainova® katetern

DRAINOVA® SUGBEHÅLLARE, DRÄNAGESET

drainova® sugbehållare, dränageset innehåller sterilt material som behövs för säkert och enkelt dränage av vätska med katetern.

drainova® sugbehållare, dränageset kallas hädanefter för ”dränageset”.

Behållaren som ingår i drainova® sugbehållare, dränageset kallas hädanefter för ”sugbehållare”.

Alla produkter är CE-märkta och steriliserade med etylenoxidgas (se enskilda förpackningar).

Dessutom rekommenderar vi följande vid dränage:

- alkoholbaserad huddesinfektionsspray
- handdesinfektionsmedel
- sterila engångshandskar

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänna

drainovaR sugbehållare, dränageset är endast lämpat att användas för det avsedda ändamålet.

Använd inte produkten om:

- sterilförpackningen/avdelningsförpackningen/kartongen är skadad
- produkten är skadad
- förfallsdatumet har gått ut

Materialet är förbrukningsmaterial och får endast användas en gång!

Dränageseten levereras steril, vilket säkerställs genom lämpliga kvalitetskontroller. Sekretpåsarna får inte omsteriliseras.

Produkten får endast användas en gång.

Återanvändning kan leda till korskontaminering. ewimed GmbH ansvarar inte för återanvända eller omsteriliserade produkter, eller för produkter som tas ur skadade förpackningar.

Dränage ur bröstkorgen

Följ läkares anvisningar gällande mängden vätska som ska dräneras.

ewimed rekommenderar att inte tappa mer än 1000 ml vätska per dag. Att tappa större mängder får endast göras på ordination av medicinskt ansvarig läkare. Det kan hända att man känner en lätt smärta under dränaget. Skulle denna bli för stark kan slangklämman på dränageslangen stängas för att avbryta flödet ett litet tag. Möjliga komplikationer vid återkommande dränage av pleuravätska* är bl a pneumothorax*, återexpansions-lungödem*, hypotension*, cirkulationskollaps*, septa* i bröstkorgen och infektion.

Dränage ur bukhålan

Följ läkares anvisningar gällande mängden vätska som ska dräneras.

ewimed rekommenderar att inte tappa mer än 2000 ml vätska per dag. Att tappa större mängder får endast göras på ordination av medicinskt


ansvarig läkare. Det kan hända att man känner en lätt smärta under dränaget. Skulle denna bli för stark kan slangklämman på dränageslangen stängas för att avbryta flödet ett litet tag.

Möjliga komplikationer vid återkommande dränage av ascites* är bl a hypotension*, cirkulationskollaps*, elektrolytisk obalans*, proteinförlust*, hepatorenalt syndrom*, läckage av ascites* genom incisionerna*, peritonit*, septa* i peritonealhålan* och infektion*.

Dränagepåsens position under dränage

Se till att sugbehållaren alltid placeras lägre än kateterns utgångsställe under dränage eftersom tappning av vätskan kan stödjas genom tyngdkraft, t ex på golvet.

Säkerställ att inte sugbehållaren utsätts för tryck under dränaget. Detta skulle kunna leda till att backventilen skadas och att vätskan som rinner tillbaka orsakar en kontamination.



Rengöring / desinfektion

Om vätska rinner ut rengörs hud med vatten och tvål. För ytor används ett lämpligt rengöringsmedel eller ytdesinfektionsmedel. Använd inte octenisept® eller desinfektionsmedel som innehåller jod för att rengöra / desinficera katetern eller säkerhetsventilen.

OBS: Alla allvarliga händelser som är relaterade till produkten måste rapporteras till tillverkaren och den ansvariga myndigheten.

Spritkompresserna fattar lätt eld

Håll kompresserna på avstånd från öppen eld.

SÄKERHETSÅTGÄRDER


i kombination med er kateter

Skräddarsydd av katetern eller säkerhetsventilen.

Undvik kontakt mellan katetern och vassa föremål.

Om säkerhetsventilens funktion inte längre är garanterad, eller om säkerhetsventilen av misstag har skurits av eller inte längre sitter på katetern, gör du så här:

- Tryck ihop katetern hårt med fingrarna.
- Håll med den andra handen isär nödfallsklämman så att katetern kan föras in i den öppna delen av klämman.
- För katetern hela vägen in i den smala delen av klämman.
- Informera genast er läkare.



Använd endast originaltillbehör.

Endast passande originaltillbehör får anslutas till katetern. Ingenting annat än det för detta ändamål speciellt utvecklade munstycket får föras in i säkerhetsventilen, då ventilen annars kan skadas. Ej fackmässigt handhavande kan leda till att luft kommer in i kroppen eller att vätska läcker ut.

Håll säkerhetsventilen på katetern ren och munstycket på dränageslangen sterilt.


Se upp så att de inte kommer i kontakt med osterila föremål för att undvika kontaminering eller nedsmutsning. Säkerhetsventilen måste desinficeras före varje dränage.

Säkerställ att säkerhetsventilen på katetern och munstycket på dränageslangen är ordentligt förbundna med varandra under dränaget. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att säkerställa att dränageslangen inte utsätts för ryck eller drag.

Använd steril teknik när munstycket kopplas till säkerhetsventilen och säkerställ att kopplingen är ordentligt kopplad. Om kopplingen råkar lossna kan det leda till kontaminering. I detta fall ska säkerhetsventilen desinficeras med en ny spritkompress och dränagematerialet som har lossnat ska slängas. För att fortsätta dränera vätska måste ett nytt sterilt dränageset användas.

För att skydda kopplingen mot att kopplas loss av misstag kan drainova® clickFix (art.nr. P1100) användas.

drainova® clickFix är inte en del av dränagesetet och kan beställas separat.



FÖRBEREDELSE

Vätskan ska dräneras enligt läkares ordination med ett dränageset. Har du ingen ordination från läkare för dränageintervall eller dränagevolym så kan du få en rekommendation vid utbildningen.

- Förbered en ren, fri arbetsyta på ett bord eller på en annan jämn yta.

OSB: Ställ gärna fram en behållare för hushållsavfall att slänga använt material i.

- Desinficera händerna. Dessutom rekommenderar vi att först tvätta händerna noggrant.
- Ta på de osterila engångshandskarna.
- Ta av förbandet runt katetern. Lossa försiktigt förbandets ena hörn och dra därefter lång-


samt av förbandet från huden. Se upp så att du inte råkar dra i katetern av misstag.

OBS: Kontakta läkare om huden vid kateters utgångsställe, eller vid hudstyggen, är svullen, har en synbar rodnad eller är täckt med vätska.

5. Ta av engångshandskarna och desinficera dina händer på nytt.
6. Öppna den yttre förpackningen på drainova® sugbehållare, dränageset.
7. Öppna förbandsmaterialsetet genom att dra isär de båda sidorna på påsen uppifrån. Lägg det självhäftande förbandet åt sidan.

GENOMFÖRANDE

1. Lägg förbandsmaterialsetet med fliken uppåt på arbetsytan. Vik försiktigt ut den sterilduken. Låt innehållet ligga kvar på duken. Artiklarna i förbandsmaterialsetet är sterila och får inte komma i kontakt med osterila föremål.



2. Ta tag i handskena i den uppvikta delen och ta på dem enligt bilden. Båda handskena passar för båda händer. Se upp så att utsidan av handskena inte kommer i kontakt med osterila föremål som t ex hud eller kläder.




- 2.1 Riv upp förpackningarna till spritkompresserna på den ena sidan. Ta inte ut spritkompresserna ur förpackningen. Öppna varje förpackning på ett sådant sätt att du senare kan föra förpackningen över säkerhetsventilen. Lägg tillbaka de förberedda spritkompresserna på kanten av den sterilduken.

3. Ta av drainova® silikonlocket, sterilt eller PleurX™ / PeritX™ ventillocket:


• **vid ett drainova® silikonlock, sterilt:**

Håll i kateters säkerhetsventil och dra sedan försiktigt av drainova® silikonlocket, sterilt. Släng locket.




• **vid ett PleurX™ / PeritX™ ventillock:**

Håll i kateters säkerhetsventil och skruva sedan försiktigt av PleurX™ / PeritX™ ventillocket genom att vrida det moturs. Släng locket.



4. Stoppa ner säkerhetsventilen i en förberedd spritkompressförpackning och rengör säkerhetsventilen genom lätt roterande rörelser. Lämna kvar säkerhetsventilen i förpackningen under steg 5 – 7.




OBS: Använd inte octenisept® eller desinfektionsmedel som innehåller jod.


5. Öppna förpackningen med sugbehållaren och ta ut denna.

Artikeln i förpackningen är steril. Det är viktigt att munstycket på dränageslangen förblir sterilt. Ställ sugbehållaren bredvid den sterilduken.

6. Ta bort fixeringen som är lindad runt den vikta dränageslangen.




7. Håll i munstyckets ansats med en hand. Stäng slangklämman på dränageslangen fullständigt med den andra handen.




8. Fortsätt att hålla i munstyckets ansats och dra eventuellt med lätt roterande rörelser försiktigt av skyddet från munstycket.



- 8.1 Ta bort förpackningen med spritkompressen från säkerhetsventilen och för in munstycket i säkerhetsventilen. Säkerställ att säkerhetsventilen och munstycket är ordentligt förbundna med varandra under dränaget. Man hör och känner ett klick.




9. Tryck nu ihop sugbehållaren för att kunna ta bort det orangefärgade fästet från sugbehållaren. Spara det orangefärgade fästet för senare användning.



Rekommendation: Dränagetiden kan förkortas om drainova® sugbehållaren ställs på en låg höjd, t ex på golvet.

10. Öppna slangklämman på dränageslangen så att dränaget kan börja.





OBS: Vätskan kan flyta långsammare eller sluta rinna om:

- vätskan nästan är helt dränerad
- vätskan har en hög viskositet
- säkerhetsventilen på katetern är igentäppt av en koagel* eller fibrintråd


Ytterligare information om hur man hanterar ett sådant fall hittar du under rubriken „vanliga frågor och svar“ från sida 67.

11. När du har uppnått dränagemängden som läkaren har rekommenderat avslutar du dränaget genom att stänga slangklämman. Med hjälp av den övre fästknappen kan den dränerade volymen avläsas. Den avlästa dränagevolymen kan föras in i tabellen ”dränageprotokoll” på sidan 8.




AVSLUTANDE ÅTGÄRDER

1. Öppna förpackningen till drainova® silikonlocket, sterilt och låt locket falla ner på den sterilduken.




2. Ta dränageslangen i en hand och säkerhetsventilen i den andra handen. Dra ut munstycket ur ventilen med en stadig, jämn rörelse. Lägg dränageslangen åt sidan.



3. Rengör säkerhetsventilen med en spritkompress eller ett lämpligt alkoholbaserat desinfektionsmedel i ca. 30 sekunder och släng sedan spritkompressen.

OBS: Använd inte octenisept® eller desinfektionsmedel som innehåller jod.


4. Sätt på ett drainova® silikonlock, sterilt: Tryck på det nya sterila silikonlocket så att det sitter fast på kateterns säkerhetsventil. Locket hålls på plats utan att det behöver låsas fast.




SV

SÄTTA PÅ ETT NYTT FÖRBAND

1. Rengör huden runt kateterns utgångsställe med den alkoholbaserade huddesinfektions-sprayen. Om såret är läkt och stygnen är tagna går det bra att använda en spritkompress istället. Se till att kateterns utgångsställe och huden runt katetern är helt torr innan du sätter på ett nytt förband.




Desinfektion vid pleura*




Desinfektion vid ascites*


2. Placera skumgummiplattan så att slitsen omger katetern.



3. Rulla upp katetern och lägg den mot skumgummiplattan.




4. Täck katetern med kompresser.




66 | Tömma drainova® sugbehållaren


5. Ta av båda handskarna.
6. Det självhäftande förbandet består av tre lager
 - I. Tvådelat skyddspapper
 - II. Självhäftande filmförband (färglöst)
 - III. Textat skyddspapper.
7. Frilägg den självhäftande ytan genom att dra bort det textade skyddspappret.




8. Centra förbandet över kompresserna och tryck fast det på huden runt om.



9. Ta bort mittdelen av skyddspappret utan text från förbandet.



10. Ta försiktigt av ramen av skyddspapper utan text från förbandet och jämna till hela det självhäftande filmförbandet från mitten ut mot kanterna.



OBS: Släng förbandsmaterialet enligt lokala bestämmelser.

SV

TÖMMA DRAINOVA® SUGBEHÅLLAREN

1. Förbered med en sax, en duk, orangefärgat fäste, en plastpåse (t ex plastpåsen som innehöll sugbehållaren) inför de följande stegen.
2. Ställ sugbehållaren på golvet. Öppna slangklämman och håll slangen högt. Vätskan som är kvar i slangen kan på så sätt rinna av.
3. Stäng slangklämman.
4. Klipp av slangen under backventilen* (bild 1). Släng den avklippta slangbiten med slangklämman och munstycket. Använd vid behov den förberedda duken. För att kunna hälla ut vätskan i sugbehållaren i toaletten ska sugbehållaren positioneras upp och ner, så att öppningen på slangen pekar nedåt ovanför toaletten. Vätska börjar tappas ur genom att pressa ihop sugbehållaren.

OBS: Använda produkter och vätska kan möjligen innebära biologiska risker. Vänligen beakta därför lokala och nationella avfallsföreskrifter för använda produkter och vätska.

5. Så snart sugbehållaren är tom på vätska, och du har tryckt ihop sugbehållaren helt, sätter du på det orangefärgade fästet. Se till att om möjligt ingen vätska är kvar i slangen. Lagg sugbehållaren tillsammans med slangsystemet i den förberedda plastpåsen.
6. Släng påsen enligt lokala bestämmelser.




bild 1

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

När kan stygnen tas bort?

Hudstygnen kan tas bort efter 7–10 dagar. Fixeringsstygnen bör inte dras förrän efter 30 dagar.

Hur ofta måste jag dränera vätska?

Följ läkares anvisningar när det gäller mängden dränerad vätska. Vätskan bör dräneras med ett dränageset enligt läkares ordination, vanligen varje eller varannan dag. Fråga din läkare om du vill dränera vätska oftare eller mer sällan. ewimed rekommenderar att tappa maximalt 1000 ml vätska ur bröstkorgen. ewimed rekommenderar att tappa maximalt 2000 ml vätska ur bukhålan.

Vad ska jag göra om jag fortfarande känner mig andfådd efter dränage?

Ta kontakt med din läkare om du fortfarande känner dig andfådd efter lyckat dränage av vätska ur bröstkorgen eller bukhålan.

Vad gör jag om mängden vätska minskar eller om jag inte kan dränera vätska alls längre?

Om mängden dränerad vätska minskar kontinuerligt och du inte har besvär eller viktökning är det möjligt att det inte bildas någon vätska längre. Konsultera din läkare, eller ta kontakt med kliniken som har genomfört implantationen, för att utesluta ett stopp i katetern och diskutera hur ni ska göra framöver.

Kan jag duscha eller bada med katetern?

Om katetern är helt och korrekt täckt med det självhäftande förbandet kan du duscha. Om kompresserna ändå blir våta vid duschen tar du bort förbandet, rengör och torkar området och sätter på ett nytt förband. Katetern får inte doppas under vatten i ett badkar eller i en pool. Direktkontakt mellan säkerhetsventilen och bad- eller duschvatten ska undvikas.

Tips: Vi rekommenderar att duscha före dränage/ förbandsbyte så att förbandet kan bytas strax efteråt om det skulle bli blött.

Vad gör jag om katetern dras ut av misstag?

katetern bör växa fast i den subcutana* vävnaden med hjälp av polyestermanschetten. Om katetern dras ut av misstag och manschetten är synlig ska kateterns utgångsställe täckas med ett sterilt förband och sjukhuset som implanterade katetern ska kontaktas.

Hur vet jag om jag har en infektion?

Informera genast läkare om du har smärtor, hudrodnad (erytem*), kännbar värme, svullnad (ödem*), feber eller vätska runt katetern då detta kan vara tecken på en infektion.

Om färgen på vätskan ändras kontaktas också läkare.

Rodnad och lätt smärta kan förväntas en kort tid efter implantation, men det bör inte kvarstå eller förvärras.

SV

RETURER OCH KREDITFAKTUROR

Endast originalförpackade (oöppnade, oskadade och omärkta) kartonger med dränageset kan returneras och krediteras.

ORDLISTA

Ascites	vätska som bildas i abdomen (buken)
Backventil	skydd mot återflöde för förhöjd patientsäkerhet
Cirkulationskollaps	tillfällig medvetslöshet
DEHP	mjukgörare i plast
Elektrolytisk obalans	störning av den normala nivån av vissa kemiska substanser (t ex natrium, kalium, kalcium) i blodet eller i kroppsceller
Erytem	hudrodnad
Ftalat	mjukgörare (t ex DEHP)
Hepatorenalt syndrom	minskad njurfunktion
Hypotension	lågt blodtryck
Incision	hudsnitt vid operation t ex för kateterimplantation
Infektion	Immunförsvarets reaktion på smittämnen som t ex bakterier, virus, etc
Peritonealhåla	del av bukhålan
Peritonit	Inflammation av peritoneum (bukhinnan)
Pleuravätska	vätska i lungsäcken
Pneumothorax	luft i utrymmet mellan lungan och bröstväggen
Proteinförlust	reducering av proteinmängden i blodet
Återexpansions-lungödem	ackumulering av vätska i lungvävnaden förorsakad av en plötslig expansion av den tidigare hoptryckta lungan; akut andnöd
Ödem	svullnad orsakad av vätskeansamling
Septabildning	sammanbindande vävnad som kan bilda avskilda rum i en kroppshåla (tex i bukhålan)
Subcutan vävnad	vävnad under huden

INDHOLD

2	Symbolforklaring	72	Forberedelse
8	Drænageprotokol	73	Procedure
9	Produktbeskrivelse	75	Anlæggelse af en ny forbindelse
70	drainova® kateter/drainova® ArgentiC-kateter eller PleurX™ / PeritX™ kateter	76	Tømning af drainova® beholderen
70	drainova® beholderdrænagesættet	76	Ofte stillede spørgsmål
71	Advarsler	77	Returnering / tilbagebetaling
	Generelt	78	Ordliste
	I forhold til dit kateter		

Du skulle allerede være blevet instrueret i den korrekte brug af komponenterne i dette sæt, enten af ewimed-uddannelsespersonale, Sygeplejepersonale eller en læge. Kontakt din læge eller et medlem af sygeplejepersonalet, hvis du oplever vanskeligheder eller har spørgsmål vedrørende effusionsdrænage.

Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger drainova® beholderdrænagesættet.

DA

HAR DU SPØRGSMAÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os:

DE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

Få yderligere detaljerede oplysninger ved at besøge vores websted www.ewimed.dk



DRAINOVA® KATETER/DRAINOVA® ARGENTIC-KATETER ELLER PLEURX™ / PERITX™ KATETER

drainova® kateteret, drainova® ArgentiC-kateteret eller PleurX™/PeritX™ kateteret fungerer ved at udtømme væske fra brysthulen (pleuraeffusion*) eller peritonealhulen (ascites*).

Din læge har implanteret dette kateter, så du selv kan udtømme pleuraeffusion* eller ascites* derhjemme efter eget behov – hvilket gør gentagne besøg på hospitalet for punktering unødvendige.

Den implanterede del af kateteret er perforeret med drænhuller, som gør det muligt for effusionen at løbe ud. Under implantation placeres polyestermandcheten i en tunnel lige under huden for at forhindre infektioner*.

Sikkerhedsventilen på den synlige del af kateteret

er generelt lukket, hvilket forhindrer både lækage af effusion og indtrængen af luft.

En beskyttelseshætte eller en drainova® silikonehætte er fastgjort til sikkerhedsventilen for at beskytte den mod kontaminering eller beskadigelse, når der ikke udtømmes væske. drainova® drænegesættet eller ewimed-drænegesættet bruges til at udtømme effusionsvæske. Nøgletåsprincippet sikrer optimal tilslutning af drænegesættene til sikkerhedsventilen. drainova® kateteret, drainova® ArgentiC-kateteret eller PleurX™/PeritX™ kateteret vil herefter blive omtalt som "kateter".




Illustration af et drainova® kateter

DRAINOVA® BEHOLDERDRÆNAGESÆTTET

drainova® beholderdrænegesættet indeholder sterilt materiale, der er nødvendigt for sikker og nem drænage af effusionsvæske med dit kateter.

drainova® beholderdrænegesættet vil i det følgende blive omtalt som „drænegesæt“.

Beholderen i drainova® beholderdrænegesættet, vil i det følgende blive omtalt som „beholder“.

Alle komponenter i sættet er CE-mærkede og er blevet steriliseret med ethylenoxid (se den individuelle emballage).

Vi anbefaler følgende ekstra artikler til udførelse af dræningen:

- Spray med desinfektionssprit
- Hånddesinfektionsmiddel
- Ikkesterile engangshandsker

ADVARSLER

Generelt

drainova® bælgen, drænegesæt er kun egnet til brug for det tilsigtede formål.

Anvend ikke dette produkt, hvis:

- den sterile emballage er beskadiget
- det er beskadiget
- udløbsdatoen er overskredet

Drænagematerialerne er kun beregnet til engangsbrug!

Drænegesættene leveres i sterile emballager, som er kvalitetskontrollerede. Drænegesættene kan ikke resteriliseres.

Produktet er kun beregnet til engangsbrug. Genbrug kan medvirke til krydskontaminering. ewimed GmbH accepterer ikke erstatningsansvar for genbrugte, resteriliserede produkter eller produkter fra beskadiget emballage.

Drænage af brysthulen

Udtøm kun den mængde væske, som lægen har ordineret.

ewimed fraråder at udtømme mere end 1000 ml væske dagligt. Større mængder må kun udtømmes efter lægens anbefaling. Du kan opleve en ubehagelig trækkende fornemmelse, mens du foretager drænage. Hvis denne bliver for intens, lukkes trykklemmen på forbindelsesslangen for at standse flowet.

Mulige komplikationer i forbindelse med gentagen drænage af pleuraeffusioner* omfatter pneumothorax*, reekspansionslungeødem*, hypotension*, kredsløbskollaps*, septa* i brysthulen eller infektion*.

Drænage af peritonealhulen

Udtøm kun den mængde væske, som lægen har ordineret.

ewimed fraråder at udtømme mere end 2000 ml væske dagligt. Større mængder må kun


udtømmes efter lægens anbefaling. Du kan opleve en ubehagelig trækkende fornemmelse, mens du foretager drænage. Hvis denne bliver for intens, lukkes trykklemmen på forbindelsesslangen for at standse flowet.

Mulige komplikationer relateret til gentagen drænage af ascites* inkluderer hypotension*, kredsløbskollaps*, elektrolytforstyrrelse*, proteintab*, hepatorenalt syndrom*, udsivning af ascites* fra incisionssteder, peritonitis*, septa* i peritonealhulen* og infektion*.

Placering af drainova® beholderen under drænage

Væskedræningen fremmes af tyngdekraften. Sørg derfor for, at drainova® beholderen altid er placeret under kateterudgangsstedet, mens der udtømmes, f.eks. på gulvet.

Sørg for ikke at trykke på beholderen under drænage. Dette kan beskadige envejsventilen og forårsage kontaminering fra den tilbagestrømmende væske.



Bemærk venligst: Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og relevante myndigheder.

Rengøring/desinfektion

Rengør huden med vand og sæbe, hvis der siver væske ud, der kommer i kontakt med huden. Anvend passende rengørings- eller desinfektionsprodukter til overflader. Brug ikke octenisept® eller produkter med jod til at rengøre/desinficere kateteret eller sikkerhedsventilen.

Spritservietter er lettere antændelige.

Hold servietterne væk fra åben ild.

ADVARSLER


I forhold til dit kateter

Skær aldrig gennem kateteret, og skær aldrig sikkerhedsventilen af.

Sørg for, at kateteret ikke kommer i kontakt med skarpe genstande.

Gør følgende, hvis funktionaliteten af sikkerhedsventilen ikke kan garanteres, eller hvis sikkerhedsventilen er blevet skåret af ved en fejltagelse (dvs. ikke længere er vedhæftet):

- luk kateteret godt sammen med fingrene.
- hold nødglideklemmen åben med den anden hånd, så kateteret kan føres gennem den åbne ende af klemmen.
- skub kateteret helt gennem den smalle ende af klemmen.
- underret omgående din læge.



Brug kun originalt udstyr.

Kateteret må ikke tilsluttes uoriginale drænageprodukter. Det er kun den specialudviklede adgangsspids, der kan føres ind i sikkerhedsventilen. Brugen af andre komponenter kan beskadige sikkerhedsventilen. Forkert håndtering kan forårsage luftindtrængen i kroppen eller udsivning af effusionsvæske.

Hold altid kateterets sikkerhedsventil ren og adgangsspidsen på den tilsluttede slange steril.


Sørg for, at de ikke kommer i kontakt med ikkesterile genstande for at undgå kontaminering. Sikkerhedsventilen skal desinficeres før hver drænage.

Sørg under drænage for, at sikkerhedsventilen og adgangsspidsen er forsvarligt tilsluttet. Udvis forsigtighed, så der ikke rykkes eller trækkes i den tilsluttede slange.

Sørg specielt for at sikre, at adgangsspidsen er ført ind i sikkerhedsventilen på en steril måde, og kontroller, at forbindelsen er sikker. Det kan føre til kontaminering, hvis delene ved en fejltagelse frakobles. Hvis dette sker, desinficeres sikkerhedsventilen med en ny spritserviet, og det frakoblede drænegemateriale bortskaffes.

Anvend et nyt sterilt drænagesæt for at fortsætte med dræningen. drainova® clickFix (art. nr. P1100) kan bruges til at forhindre utilsigtet frakobling.

drainova® clickFix er ikke indeholdt i drænegesættet, men kan ordineres separat.



FORBEREDELSE

Effusionsvæsken skal udtømmes ved hjælp af et drænagesæt i henhold til den ordination, din læge har udfyldt. Hvis du ikke har fået en lægelig anbefaling for drænageintervallet eller -volumen, får du en under undervisningen.

- Forbered et rent, tomt arbejdsområde på et bord eller en anden arbejdsflade.

Bemærk: Placer en åben beholder i nærheden for at bortskaffe brugt materiale.


2. Desinficer dine hænder. Vi anbefaler også, at du vasker dine hænder grundigt inden desinficering.
3. Tag de ikkesterile engangshandsker på.
4. Fjern forbindingen, der dækker kateteret.
Træk forsigtigt et hjørne af forbindingen af, og træk det langsomt væk fra huden, mens det sikres, at kateteret ikke ved et uheld trækkes ud.

Bemærk: Hvis du bemærker hævelse, betændelse eller væskeophobning ved kateterets udgangssted eller ved det fjernede hudsted, skal du informere din læge.


5. Tag handskerne af, og desinficer hænderne igen.
6. Åbn emballagen til drainova® beholderdrænegesættet.
7. Åbn forbindingsmateriale ved at trække begge sider af emballagen i toppen fra hinanden. Læg den selvhæftende filmforbinding til side.

PROCEDURE

1. Placer forbindingsmateriale med fligen opad på arbejdsfladen. Fold forsigtigt det afdækningsstykke ud. Lad de indeholdte artikler blive på afdækningsstykket. Artiklerne i forbindingsmateriale er sterile og må ikke komme i kontakt med ikkesterile artikler.



2. Tag handskerne op ved åbningen, og tag dem på som vist. Begge handsker passer til begge hænder. Sørg for, at handskerne ikke kommer i kontakt med ikkesterile genstande, f.eks. hud eller tøj.




- 2.1. Riv pakningen med spritservietten op, men tag ikke servietten ud. Åbn pakningerne, så disse senere kan placeres på sikkerheds-

ventilen. Sæt de åbnede pakninger med spritservietter tilbage på kanten af det afdækningsstykke.

3. Fjern drainova® silikonehætten, steril eller PleurX™ / PeritX™ ventilhætten:


• **Med drainova® silikonehætten, steril:**

Hold godt fast i kateterets sikkerhedsventil, og tag forsigtigt drainova® silikonehætten, steril af. Bortskaf hætten.




• **Brug af PleurX™/PeritX™ ventilhætten:**

Hold godt fast i kateterets sikkerhedsventil, drej PleurX™/PeritX™ ventilhætten mod uret, og tag den forsigtigt af. Bortskaf hætten.




4. Indsæt sikkerhedsventilen i en af de åbne pakninger med spritservietter, og rengør ventilen med blide cirkulære bevægelser. Lad sikkerhedsventilen blive i pakningen, mens du udfører trin 5–7.




Advarsel: Brug ikke octenisept® eller andre desinfektionsmidler, der indeholder jod.

- Åbn emballagen til beholderen, og tag den ud. Produktet i emballagen er sterilt. Det er vigtigt, at adgangsspidsen på slangen forbliver steril. Læg beholderen ved siden af det afdækningsstykke.
- Fjern tapen, der er viklet rundt om den oprullede slange.




- Hold nederst på adgangsspidsen med den ene hånd. Luk trykklemmen på slangen helt med den anden hånd.




- Fortsæt med at holde nederst på adgangsspidsen, og fjern forsigtigt beskyttelsesfilmen fra adgangsspidsen (om nødvendigt ved at dreje forsigtigt).



- 1 Fjern pakningen med spritservietter fra sikkerhedsventilen, og indsæt adgangsspidsen i sikkerhedsventilen. Sørg for, at sikkerhedsventilen og adgangsspidsen er forsvarligt tilsluttet under drænage. Der kan høres og mærkes et klik ved tilslutning.




- Tryk ned på drainova® beholderen for at fjerne den orange farvede sikkerhedslås. Behold den orange farvede lås til senere bortskaffelse af beholderen.



Anbefaling: Varigheden af dræningen kan forkortes ved at placere drainova® beholderen i en lavere højde f.eks. på gulvet.

- Åbn trykklemmen på slangen, så dræningen kan begynde.





Bemærk: Flowet kan blive langsommere eller afbrydes, når:

- væsken er næsten helt udtømt
- væsken har en høj viskositet
- sikkerhedsventilen er blokeret af en blodprop* eller en proteintråd


Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du går videre i en sådan situation i afsnittet Ofte stillede spørgsmål fra side 79 og frem.

- Når du har nået den dræningemængde, som din læge har anbefalet, skal du stoppe dræningen ved at lukke trykklemmen. Du kan se den udtømte mængde på den øverste stopknap. Du kan notere mængden i drænelogs-kemaet på side 4.




ANLÆGGELSE AF EN NY FORBINDING

1. Rengør området omkring kateterudgangsstedet med den huddesinfektionspray, der indeholder sprit. Hvis såret er helet og suturerne fjernet, kan du bruge en spriterviet. Sørg for, at kateterudgangsstedet og huden omkring kateteret er tørt efter påføring af desinfektionsmidlet. Først derefter skal du anlægge den nye forbindelse.




Desinficering af
pleuraka*teterets udgangssted




Desinficering af ascites*-
kateterets udgangssted


2. Placer skumpuden med slidsen opad omkring kateteret.




3. Rul kateteret sammen, og anbring det på skumpuden.




4. Dæk kateteret med gaseservietten.




5. Tag begge handske af.
6. Den selvhæftende filmforbinding består af tre lag.
 - I. Ikke-trykt beskyttelsesfilm (to stykker)
 - II. Selvhæftende filmforbinding (gennemsigtig)
 - III. Trykt beskyttelsesfilm
7. Blotlæg den selvhæftende overflade ved at trække den trykte film af.



8. Centrér den selvhæftende filmforbinding over gaseservietterne, og fastgør den til den omgivende hud.



9. Fjern den midterste del af den ikke-trykte beskyttelsesfilm fra filmforbindingen.




DA

76 | Tømning af drainova® beholderen

10. Træk forsigtigt kanten af den ikke-trykte beskyttelsesfilm væk fra filmforbindingen, og glat hele den selvhæftende filmforbinding ud fra midten til kanterne.

Bemærk: Bortskaf den brugte forbindelse i henhold til de lokale bestemmelser.



TØMNING AF DRAINOVA® BEHOLDEREN

1. Til de følgende trin skal du bruge en saks, et håndklæde, den orangefarvede sikkerhedslås, en plastikpose (f.eks. den ydre emballage, som beholderen blev leveret i).
2. Anbring beholderen på gulvet. Åbn trykklemmen, og løft slangen op. Resterende væske i slangen kan nu løbe ud.
3. Luk trykklemmen.
4. Klip nu gennem slangen under envejsventilen* (fig.1). Bortskaf det afklippede slangestykke med trykklemmen og adgangsspidsen. Brug om nødvendigt det udlagte klæde. For at bortskaffe den opsamlede væske i toiletet skal du placere beholderen på hovedet, så slangeåbningen peger nedad over toiletet. Du kan starte tømningsprocessen ved at presse beholderen sammen.

Advarsel: Brugte produkter og effusionsvæske kan udgøre biologiske risici. Overhold derfor de lokale og nationale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte produkter og væske.

5. Når beholderen er tømt og sammenpresset, påsættes den orange sikkerhedslås. Sørg om muligt for, at der ikke er væske tilbage i slangen. Læg beholderen sammen med drænegeslangen i den medfølgende plastikpose.
6. Bortskaf posen i henhold til de lokale bestemmelser.




fig.1

DA

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvornår kan suturerne (stingene) fjernes?

Suturerne kan typisk fjernes efter 7–10 dage. Suturen, der holder kateteret på plads, må dog ikke tages ud, før der er gået 30 dage.

Hvor ofte skal jeg foretage drænage?

Udtøm kun den mængde, som lægen har ordineret. Der skal udtømmes væske hver eller hver anden dag (eller som ordineret af lægen) ved hjælp af et

drænegesæt. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at foretage drænage oftere eller mindre ofte. ewimed anbefaler ikke at udtømme mere end 1000 ml fra pleurahulen. ewimed anbefaler ikke at udtømme mere end 2000 ml væske fra peritonealhulen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg stadig er stakåndet efter drænage?

Underret lægen, hvis du stadig har svært ved at trække vejret efter drænage af væske fra pleura- eller peritonealhulen.

Hvad skal jeg gøre, hvis væskemængden bliver mindre og mindre, eller hvis der overhovedet ikke kan udtømmes væske?

Hvis drænegemængden konstant falder og du ikke har nogle medicinske klager eller vægtøgning, er det muligt at der ikke er ophobet noget væske. Kontakt din privatpraktiserende læge eller din klinik for at udelukke årsagen til at kateteret er stoppet samt drøfte alternative muligheder.

Kan jeg tage brusebad eller gå i bad med kateteret?

Du kan tage brusebad, så længe kateteret er helt og korrekt dækket med den selvhæftende filmforbinding. Hvis gazeservietterne alligevel bliver våde under brusebad, skal du fjerne forbindingen, rense og tørre området og anlægge en ny forbinding. Kateteret må ikke være helt dækket af vand i hverken et badekar eller svømmebassin. Undgå direkte kontakt mellem sikkerhedsventilen og bade-/brusevand.

Bemærk: Vi anbefaler at tage brusebad før udtømning eller anlæggelse af en ny forbinding, så forbindingen hurtigt kan skiftes, hvis den bliver våd.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg trækker kateteret ud ved et uheld?

Kateteret bør være vokset sammen med underhuden gennem polyestermanchetten. Hvis kateteret ved et uheld trækkes ud, og manchetten er synlig, dækkes udgangsstedet med en steril forbinding, og den klinik, der har udført implantationen, kontaktes omgående.

Hvordan kan jeg vide, om jeg har en infektion?

Underret omgående lægen, hvis du oplever smerter, rødme af huden (erytem*), hvis huden er varm at røre ved, hævelse (ødem*), feber eller væskeansamling, da dette kan være tegn på infektion*.

Hvis du bemærker en ændring i farven på effusionsvæsken, skal du fortsætte som beskrevet.

Kort efter implantation kan der forventes rødme og mild smerte. Disse symptomer må ikke vare ved eller blive værre.

DA

RETURNERING / TILBAGEBETALING

Kun originalt emballerede (uåbnede, ikke-beskadigede, ikke-mærkede) æsker med drænagesæt vil blive accepteret til returnering og tilbagebetaling.

ORDLISTE

Ascites	Effusion eller akkumulering af væske i bughulen (maven)
DEHP	Blødgøringsmidler i plastik
Elektrolytforstyrrelse	Forstyrrelse i balancen af ioner (f.eks. natrium, kalium, calcium) i blodet eller cellerne i kroppen
Erythem	Hudrødme
Ftalater	Blødgøringsmidler (f.eks. DEHP)
Hepatorenalt syndrom	Nedsættelse af nyrefunktionen
Hypotension	Lavt blodtryk
Incision	Snit, der lægges i huden under operation, f.eks. til implantation af kateteret
Infektion	Reaktion fra kroppens eget forsvarssystem på patogener såsom bakterier, vira osv.
Kredsløbskollaps	Midlertidigt tab af bevidsthed
Peritonealhule	Bughulen
Peritonitis	Inflammation i bughinden
Pleuraeffusion	Effusion eller væskeakkumulering i det pleurale hulrum
Pneumothorax	Luft i rummet mellem lungerne og brystvæggen
Proteintab	Reduktion af mængden af protein i blodet (proteinmangel)
Reekspansions-lungeødem	Væskeansamling i funktionelt lungevæv på grund af pludselig udvidelse af den tidligere sammenklappede lunge; akut åndenød
Envejsventil	Forhindre at væsken løber tilbage for øget patientsikkerhed
Septa	Dannelse af vævsbroer/bygning af kamre mellem adskilte områder i et kropshulrum (f.eks. bughulen)
Ødem	Hævelse på grund af større væskeansamling
Septa	Dannelse af vævsbroer/bygning af kamre mellem adskilte områder i et kropshulrum (f.eks. bughule)
Subkutant væv	Væv under huden

INNHold

2	Forklaring av -symbolene	82	Klargjøring
8	Drenasje-opptegnelser	83	Gjennomføring
9	Produktoversikt	85	Avsluttende trinn
80	drainova® kateter / drainova® ArgentiC kateter eller PleurX™ / PeritX™ kateter	86	Legge på en ny bandasje
80	drainova® beholder, drenasjesett	87	Tømming av drainova® beholder
81	Advarsler	88	Ofte stilte spørsmål
	generelt	88	Retur eller kreditnota
	I kombinasjon med kateteret	89	Ordliste

Du skal ha blitt opplært i riktig bruk av delene i dette settet av vårt opplæringspersonale, pleiepersonale eller av en lege. Henvend deg til lege eller pleiepersonalet dersom du opplever vanskeligheter eller har spørsmål mht. avledning av effusjonen.

Les hele bruksanvisningen nøye gjennom før du bruker drainova® beholder, drenasjesettet og drenerer effusjonen med det.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER DU HJELP?

Ta kontakt med oss:

DE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

Du finner også videre, mer utførlig informasjon på våre nettsider under www.ewimed.no



DRAINOVA® KATETER / DRAINOVA® ARGENTIC KATETER ELLER PLEURX™ / PERITX™ KATETER

drainova® kateteret, drainova® ArgentiC kateteret eller PleurX™ / PeritX™ kateteret brukes til avledning av effusjoner fra brysthulen (pleuraeffusjon) eller magehulen (ascites*).


Legen din har implantert dette kateteret slik at du selv kan drenere pleuraeffusjon* eller ascites* hjemme etter behov, for at du blir spart for gjentatte punksjoner på sykehuset eller hospitalet.

Kateteret som ligger i kroppen din, har drenasjehull som kan drenere effusjonen ut. Under implantasjonen plasseres polyestermansjetten i en tunnel under huden for å beskytte mot infeksjon*. Sikkerhetsventilen på den synlige delen av

kateteret er generelt lukket og forhindrer utløp av effusjon og inntrengning av luft.

Når ingen drenasje utføres, er en ventilhette låst på sikkerhetsventilen eller er en drainova® silikonhette, steril, satt på slik at sikkerhetsventilen er beskyttet mot forurensninger eller skader. Bruk drainova® drenasjesettet eller ewimed drenasjesettet for å drenere effusjonen. Bruk av drenasjesettet er optimalt avstemt til forbindelsen med sikkerhetsventilen takket være lås-og-nøkkel-prinsippet.

Nedenfor betegnes drainova® kateteret, drainova® ArgentiC kateteret eller PleurX™ / PeritX™ kateteret som «kateter».



Figur: Skjematisk framstilling av et drainova® kateter

NO

DRAINOVA® BEHOLDER, DRENASJESETT

drainova® beholder, drenasjesettet inneholder sterile materialer som kreves til sikker og enkel drenasje av effusjon med kateteret ditt.

drainova® beholder, drenasjesettet betegnes i det følgende som «drenasjesett».

Beholderen som finnes i drainova® beholder, drenasjesettet betegnes i det følgende som «beholder».

Alle settkomponentene er CE-merket og sterilisert med etylenoksidgass (se enkeltpakningene).

I tillegg anbefaler vi for gjennomføringen av drenasjen:

- alkoholholdig huddeinfiseringspray
- hånddeinfiseringsmiddel
- usterile engangshansker

ADVARSLER

generelt

drainova® beholderen, drenasjesettet er kun egnet til bruk for tiltenkte bruksområder.

Bruk ikke produktet hvis:

- sterilpakningen / leveringsesken / ytteremballasjen er skadet
- produktet er skadet
- forfallsdatoen er utløpt.

Forbruksmaterialene er utelukkende beregnet for engangsbruk!

Drenasjesettet leveres i steril tilstand. Dette sikres gjennom egnede kvalitetskontroller. Drenasjesettene må ikke resteriliseres.

Produktet er utelukkende bestemt for engangsbruk. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering. ewimed GmbH påtar seg intet ansvar for produkter som gjenbrukes, resteriliseres eller som er tatt ut av skadde pakninger.

Drenasje fra brysthulen

Følg forordningen fra legen i forbindelse med drenasjemengden. ewimed anbefaler å ikke drenere mer enn 1000 ml effusjon per dag. Avtapping av større effusjonsmengder skal bare foretas på anvisning fra behandlende lege. Det kan være at du merker en ubehagelig trekking under drenasjen. Dersom denne skulle bli for sterk, lukk alligatorklemmen på tilkoblingsslangen for å avbryte væskestrømmen en stund. Mulige komplikasjoner ved gjentatte drenasjer av en pleuraeffusjon* er bl.a. pneumothorax, reekspansjon-lungeødem*, hypotoni*, sirkulasjonssvikt*, septa* i brysthulen eller infeksjon*.

Drenasje fra magehulen

Følg forordningen fra legen i forbindelse med drenasjemengden. ewimed anbefaler å ikke drenere mer enn 2000 ml effusjon per dag. Avtapping av større effusjonsmengder skal bare


foretas på anvisning fra behandlende lege.

Det kan være at du merker en ubehagelig trekking under drenasjen. Dersom denne skulle bli for sterk, lukk alligatorklemmen på tilkoblingsslangen for å avbryte væskestrømmen en stund.

Mulige komplikasjoner ved gjentatte drenasjer av ascites* er bl.a. hypotoni*, sirkulasjonssvikt*, elektrolyttubalanse*, proteintap*, hepatorenalt syndrom*, utslipp av ascites* ved incisjoner*, peritonitt*, septa* i peritonealhulen* og infeksjon*.

Plassering av beholder under drenasje

Ettersom avledning av effusjonen kan understøttes av tyngdekraften, sørg for at beholder alltid befinner seg under kateterutløpsstedet, f.eks. på gulvet, under drenasjen. Pass på at det ikke utøves trykk på beholderen under drenasjen. Da kan tilbakeslagsventilen skades og forårsake en kontaminering pga. væske som strømmer tilbake.



Merknad: Alle alvorlige hendelser relatert til produktet må rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten.

Rengjøring / desinfisering

Rengjør huden med vann og såpe dersom effusjonen kommer i kontakt med huden når den renner ut. For overflater, bruk et egnet rengjøringsmiddel eller overflatedesinfiseringsmiddel. Bruk ikke octenisept® eller jodholdig desinfiseringsmiddel til rengjøring/desinfisering av kateteret eller sikkerhetsventilen.

Alkoholerviettene antennes lett.

Hold serviettene unna åpen ild.

ADVARSLER


I kombinasjon med kateteret

Kapp aldri kateteret eller sikkerhetsventilen av.

Unngå kontakt mellom skarpe gjenstander og kateteret.

Hvis funksjonen til sikkerhetsventilen ikke lenger er garantert eller dersom sikkerhetsventilen skulle være utilsiktet avkappet eller ikke lenger finnes, gå frem som følger:

- Trykk kateteret igjen med fingrene.
- Hold nødsfall-skyveklemmen fra hverandre med den andre hånden slik at kateteret lar seg føre inn i den åpne enden av klemmen.
- Skyv kateteret helt inn i den smale enden av klemmen.
- Informér straks legen.



Bruk utelukkende originaltilbehør.

På kateteret må utelukkende passende originaltilbehør kobles til. Ingenting annet enn munnstykkeket spesielt utviklet for dette formålet må stikkes inn i sikkerhetsventilen fordi ellers kan sikkerhetsventilen skades. Feil håndtering kan føre til at det kommer luft inn i kroppen eller at effusjon kommer ut hele tiden.

NO

Hold sikkerhetsventilen på kateteret rent og munnstykket på tilkoblingsslangen sterilt.


Pass på at dette ikke kommer i kontakt med usterile gjenstander for å unngå forurensninger eller en kontaminering. Sikkerhetsventilen må desinfiseres før hver drenasje.

Kontroller at sikkerhetsventilen og munnstykkeket er satt helt sammen før drenasje. Sørg for at tilkoblingsslangen ikke er strukket eller trukket ut.

Sørg for steril prosedyre ved tilkobling av munnstykket i sikkerhetsventilen og kontroller at pluggforbindelsene sitter godt festet i hverandre. Ved en utilsiktet frakobling kan det oppstå kontaminering. I slike tilfeller skal sikkerhetsventilen desinfiseres med en ny alkoholserviett og det frakoblede drenasjematerialet avhendes. For å fortsette drenasjen må et nytt sterilt drenasjesett brukes.

Til beskyttelse mot utilsiktet frakobling kan drainova® clickFix (katalognr. P1100) brukes.

drainova® clickFix kan forskrives i tillegg, og er ikke en del av drenasjesettet.



KLARGJØRING

Effusjonen skal dreneres med et drenasjesett i henhold til forordningen fra legen. Hvis du ikke har mottatt anbefaling fra legen om drenasjeintervall eller drenasjevolum, får du en anbefaling om dette på opplæringen.

- Klargjør et rent, fritt arbeidsområde på et bord eller på en annen arbeidsflate.

Merk! Til avhending av brukt materiell skal det klargjøres en åpen beholder for det som skal kastes.


- Desinfiser hendene. Vi anbefaler i tillegg å vaske hendene grundig først.
- Ta på usterile engangshansker.
- Fjern bandasjen over kateteret. Løsne et hjørne av bandasjen forsiktig og trekk denne langsomt av huden. Pass da på at det ikke trekkes utilsiktet i kateteret.

Merk! Dersom du skulle fastslå hevelser, tegn på betennelse eller væskeansamling på kateterets utløpssted eller på det fjernede hudsnittstedet, informer behandlende lege.


- Ta av hanskene og desinfiser hendene på nytt.
- Åpne ytteremballasjen til beholder, drenasjetsett.
- Åpne pakningen til bandasjemateriellsettet ved å trekke begge posesidene fra hverandre ovenfra og ned. Legg den selvklebende foliebandasjen til side.

GJENNOMFØRING

- Legg bandasjemateriellsettet med lasken pekende opp i arbeidsområdet. Fold den operasjonsduken forsiktig ut. La artiklene som finnes der, ligge på operasjonsduken. Artiklene i bandasjemateriellsettet er sterile, og må ikke komme i kontakt med usterile gjenstander.



- Ta fatt i hanskene i åpningen og trekk disse på slik det fremgår av bildet. Begge hanskene er egnet til begge hendene. Pass på at ingen usterile gjenstander, slik som f.eks. hud eller klær, berøres.




- Riv opp pakningen med alkoholserviettene på den ene siden. Ta ikke alkoholserviettene ut av pakningen. Åpne den enkelte pakningen slik at du senere kan stikke denne på sikkerhetsventilen. Legg de klargjorte alkoholserviettene tilbake på kanten av den operasjonsduken.

- Løsne drainova® silikonhette, steril eller PleurX™ / PeritX™ ventilhette:


• For drainova® silikonhette, steril:

Hold sikkerhetsventilen til kateteret fast og trekk deretter drainova® silikonhette, steril, forsiktig av. Avhend hetten.




• For PleurX™ / PeritX™ ventilhette:

Hold sikkerhetsventilen til kateteret fast og trekk deretter PleurX™ / PeritX™ ventilhetten mot urviseren og trekk denne forsiktig av. Avhend hetten.




NO

4. Stikk sikkerhetsventilen i en allerede formet pakning til en alkoholserviett og rengjør sikkerhetsventilen med lette, sirkulende bevegelser. La sikkerhetsventilen være i denne pakningen under trinnene 5–7.




Obs! Bruk ikke octenisept® eller jodholdig desinfiseringsmiddel.

5. Åpne pakningen til beholder og ta den ut. Artikkelen i pakningen er steril. Det er viktig at munnstykket på slangesystemet blir værende sterilt. Sett beholder ved siden av den operasjonsduken.
6. Fjern fikseringen som er festet rundt det viklede slangesystemet.




7. Hold munnstykket fast på ansatsen med én hånd. Lukk alligatorklemmen på slangen helt med den andre hånden.




8. Fortsett å holde munnstykket fast på ansatsen og trekk ev. beskyttelsestrekket forsiktig av munnstykket med en lett dreiebevegelse.



- 8.1 Fjern pakningen med alkoholservietten fra sikkerhetsventilen og skyv munnstykket inn i sikkerhetsventilen. Kontroller at sikkerhetsventilen og munnstykket er forbundet med hverandre under drenasjen. Du hører og merker når delene går i lås.




9. Trykk nå beholder sammen for å fjerne den oransjefargede sikringen på beholder. Oppbevar den oransjefargede sikringen for senere avhending av beholderen.



Anbefaling: Drenasjeperioden kan reduseres ved å sette drainova® beholder på en lav høyde, f.eks. på gulvet.

10. Åpne alligatorklemmen på slangesystemet slik at drenasjen kan starte.




Merk! Væskestrømmen kan bli langsommere eller avbrytes når

- effusjonen nesten er helt avledet
- effusjonen har høy viskositet
- sikkerhetsventilen er tilstoppet pga. av en koagel* eller proteintråd.

Ytterligere informasjon om videre fremgangsmåte i slike tilfeller finner du i rubrikken «Ofte stilte spørsmål» fra side 88.


11. Når drenasjevolumet som er anbefalt av legen er nådd, avslutt drenasjen ved å lukke alligatorklemmen. Ved hjelp av den øvre holdeknasten kan du lese av det drenerte

volumet. Det avleste drenasjevolumet kan angis i tabellene «Drenasje-opptegnelser» på side 8.




AVSLUTTENDE TRINN

1. Åpne pakningen med drainova® silikonhette, steril og la hetten falle ned på den operasjonsduken.



2. Ta slangesystemet i den ene hånden og sikkerhetsventilen i den andre. Trekk munnstykket ut av sikkerhetsventilen med en fast, jevn bevegelse. Legg ned slangesystemet.



3. Rengjør sikkerhetsventilen ca. 30 sekunder med en alkoholserviett eller egnet desinfiseringsmiddel på alkoholbasis, og kast servietten etterpå.

Obs! Bruk ikke octenisept® eller jodholdig desinfiseringsmiddel.


4. Sett drainova® silikonhetten, steril, på: Skyv den nye drainova® silikonhette, steril fast på sikkerhetsventilen til kateteret. Hetten holder seg selv uten ekstra feste.




NO

LEGG PÅ EN NY BANDASJE

1. Rengjør området rundt kateterutløpsstedet med alkoholholdig huddesinfiseringsspray. Når såret er helbredet og stingene tatt, kan man bruke en alkoholserviett til dette. Kontroller at kateterutløpsstedet og huden rundt kateteret er tørre etter virketiden. Først da skal den nye bandasjen settes på.




Desinfisering i pleuraområdet*




Desinfisering i ascites*-området


2. Legg splittkompressen med splitten pekende opp, rundt kateteret.




3. Rull kateteret opp og legg det på splittkompressen.




4. Dekk til kateteret med gaskompressene.




5. Trekk av begge hanskene.
6. Den selvklebende foliebandasjen består av tre lag:
 - I. Beskyttelsesfolie uten påtrykk (todelt)
 - II. Selvklebende foliebandasje (transparent)
 - III. Beskyttelsesfolie med påtrykk
7. Legg den selvklebende overflaten fri ved å trekke av den påtrykte beskyttelsesfolien.




8. Sentrer den selvklebende foliebandasjen over gaskompressene, og legg disse på den omkringliggende huden.



9. Løsne midtdelen av beskyttelsesfolien uten påtrykk fra foliebandasjen.



10. Fjern rammen til beskyttelsesfolien uten påtrykk forsiktig fra foliebandasjen, og glatt ut hele den selvklebende foliebandasjen fra midten ut til kantene.



Merk! Kast brukt bandasjemateriell iht. lokale bestemmelser.

TØMMING AV DRAINOVA® BEHOLDER

1. For følgende trinn, klargjør en saks, klut, den oransjefargede sikringen, en plastpose (f.eks. plastposen hvor beholder ble levert).
2. Sett beholder på gulvet. Åpne alligatorklemmen, og hold slangen opp. Restvæske i slangen kan da renne ut.
3. Lukk alligatorklemmen igjen.
4. Kapp slangen nå under tilbakeslagsventilen* (fig. 1). Kast det avkappede slangestykket med alligatorklemmen og munnstykket. Bruk eventuelt den klargjorte kluten. For at væsken i beholderen skal kunne tømmes i toalettet, plasser beholderen opp ned slik at åpningen til slangen peker nedover i toalettskålen. Tømmingen startes ved å klemme beholderen sammen.

Merk! Brukte produkter og effusjon kan muligens innebære biologiske farer. Følg derfor lokale og nasjonale forskrifter ved avhending av brukte produkter og effusjon.

5. Når beholderen er tømt og du har brakt beholderen i sammenfoldet tilstand, sett på den oransjefargede sikringen. Pass på at det ikke er væske i slangen så langt det er mulig. Legg beholderen sammen med slangesystemet ned i den klargjorte posen.
6. Kast posen i henhold til lokale bestemmelser.




Fig. 1

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Når kan stingene tas?

Hudsting kan tas etter 7–10 dager. Holdesutur skal riktignok først tas etter 30 dager.

Hvor ofte skal effusjon tappes?

Følg forordningene fra legen i forbindelse med drenasjemengden.

Effusjon skal dreneres med et drenasjesett hver eller annenhver dag eller iht. forordningene fra legen. Spør legen dersom du ønsker å drenere effusjon flere eller færre ganger.

ewimed anbefaler maksimalt 1000 ml effusjon per dag fra brysthulen.

ewimed anbefaler maksimalt 2000 ml effusjon per dag fra magehulen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg fortsatt føler meg kortpustet etter drenasjen?

Dersom du fortsatt skulle ha vanskeligheter med pusting etter en vellykket drenasje av effusjon fra bryst- eller magehulen, informer legen.

Hva skal jeg gjøre når effusjonsvolumet alltid blir mindre eller det ikke lenger dreneres mer effusjon?

Dersom drenasjemengdene reduseres hele tiden og du ikke opplever plager eller vektøkning, er det mulig at det ikke lenger dannes mer effusjon. Henvend deg til legen eller kontakt klinikken som utførte implantasjonen for å utelukke en tilstopping av kateteret og for å klarlegge videre handling.

Kan jeg dusje eller bade med kateteret?

Når kateteret er dekket helt til på riktig måte med den selvklebende foliebandasjen, kan du dusje.

Dersom gaskompressene blir litt våte under dusjing, fjern bandasjen, rengjør og tørk området før du setter på ny bandasje. Kateteret må ikke dyppes ned i et badekar eller svømmebasseng. Unngå direkte kontakt mellom sikkerhetsventilen og bade- og dusjvann.

Merk! Vi anbefaler å dusje før drenasje/skifte av bandasje slik at bandasjen kan skiftes kort etterpå dersom denne skulle bli våt.

Hva skal gjøres dersom jeg trekker kateteret utilsiktet ut?

Kateteret skal vokse sammen med det subkutane* hudvevet gjennom polyestermansjetten. Dersom kateteret utilsiktet skulle trekkes ut og mansjetten er synlig, dekk til utløpsstedet med en steril bandasje og ta straks kontakt med klinikken som utførte implantasjonen.

Hvordan vet jeg at jeg har en infeksjon*?

Informér lege umiddelbart dersom du har smerter, hudrødme (erytem*), merkbare varme, hevelser (ødemer*), feber eller væskeansamlinger ettersom dette kan være tegn på en infeksjon*. Gå frem på samme måte når fargeendringer på effusjonen synes.

Rødme og lette smerter forventes kort etter implantasjonen, men disse skal ikke vedvare og ikke bli verre.

NO

RETUR ELLER KREDITNOTA

Bare originalpakkede (uåpnede, ikke påskrevne og uskadde) esker med drenasjesett tas i retur og krediteres.

ORDLISTE

Ascites	Effusjon eller væskeansamling i abdomen (mage)
DEHP	Mykningsmiddel i plast
Elektrolytt-ubalanse	Forstyrrelse av ionenes likevekt (f.eks. natrium, kalium, kalsium) i blodet eller i kroppscellene
Erytem	Hudrødme
Ftalat	Mykningsmiddel (f.eks. DEHP)
Hepatorenalt syndrom	Utvikling av nyresvikt
Hypotoni	Lavt blodtrykk
Incisjon	Hudsnitt under kirurgien, f.eks. for implantasjon av kateteret
Infeksjon	Reaksjon fra kroppens eget forsvar på patogener slik som bakterier, virus osv.
Peritonealhule	Del av magehulen
Peritonitt	Betennelse av peritoneum (bukhinne)
Pleuraeffusjon	Effusjon eller væskeansamling i pleurahulen
Pneumothorax	Luft i rommet mellom lungen og brystveggen
Proteintap	Reduksjon i proteinmengden i blodet (proteinutarming)
Sirkulasjonssvikt	Kortvarig bevissthetstap
Ødem	Hevelser på grunn av for stor væskeansamling
Reekspandert lungeødem	Væskelagring i funksjonelt lungevev betinget av plutselig utvidelse av den tidligere komprimerte lungen, akutt dyspné
Tilbakeslagssventil	Tilbakeslagssikring for økt pasientsikkerhet
Septa	Vevsbroer / kammerdannelse mellom rom atskilt fra hverandre i en kroppshule (f.eks. abdomen)
Subkutant vev	Vev under huden

TARTALOMJEGYZÉK

2	Szimbólumok magyarázata	94	Előkészület
8	Csapolási napló	94	Eljárás
9	A termék áttekintése	96	Utolsó lépések
91	A drainova® katéter / drainova® ArgentiC katéter vagy a PleurX™ / PeritX™ katéter	97	Új kötés alkalmazása
91	Drainova® lecsapoló szett	98	A drainova® tartály ürítése
92	Figyelmeztetések	98	Gyakran Ismételt Kérdések
	Általános	99	Visszatérítés / visszatérítés
	Katéterre vonatkozó figyelmeztetések	99	Szójegyzék

A készletben található eszközök helyes használatáról korábban részletes oktatást kapott kollégáinktól, amennyiben nehézségekbe ütközik, vagy kérdése merülne fel a folyadékgyülem leengedésével kapcsolatban, kérjük, forduljon orvosához vagy ápolójához!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást az ewimed gravitációs tasak használata előtt!

KÉRDÉSE VAN? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Lépjen kapcsolatba velünk:

HU

DE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE: +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA: +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL: +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH: +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO: +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT: +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU: +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

További részletes információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra
www.ewimed.com




A DRAINOVA® KATÉTER / DRAINOVA® ARGENTIC KATÉTER VAGY A PLEURX™ / PERITX™ KATÉTER

A drainova® katéter, a drainova® ArgentiC katéter vagy a PleurX™ / PeritX™ katéter a folyadék lebocsátására szolgál a mellüregből (pleurális effúzió *) vagy a hashártya üregéből (ascites *). Kezelőorvosa azért ültette a tartós katétert az ön mellüregébe/hasüregébe, hogy ön azzal önállóan, otthon bocsáthassa le mellüri folyadékgyülemét* vagy ascitesét* saját igényeinek megfelelően - szükségtelessé téve a rendszeres kórházi kezeléseket. A katéter hasüregbe/mellüregben található részén sűrűn elhelyezkedő folyadékvezető nyílások teszik lehetővé a folyadék gyors lebocsátását. A beültetés során a poliészter mandzsettát egy szubkután alagútba helyezik a fertőzések megelőzése érdekében*. A katéter külső, látható

részen található biztonsági szelep alap esetben zárva van, megakadályozva mind az effúzió szivárgását, mind a levegő bejutását a katéterbe. Az csapolások közti időben a biztonsági szelepet védősapka vagy drainova® szilikon sapka fedi, hogy megvédje azt a szennyeződéstől vagy a sérülésektől.

A folyadékgyülem elvezetéséhez használja a drainova® lecsapoló szettet vagy az ewimed lecsapoló szettet. A kulcs-zár elv garantálja a tasak/ tartály és a szelep biztonságos csatlakoztatását. A továbbiakban a drainova® katétert, a drainova® ArgentiC katétert vagy a PleurX™ / PeritX™ katétert a továbbiakban „katéternek” nevezzük.



Ábra: A drainova® katéter illusztrációja

DRAINOVA® LECSAPOLÓ SZETT

A drainova® lecsapoló szett steril anyagokat tartalmaz, amely szükséges a folyadékgyülem biztonságos és könnyű lebocsátásához

A drainova® lecsapoló szettet a továbbiakban lecsapoló szettnek nevezzük.

A drainova® lecsapoló szettben található tartályt a továbbiakban „tartálynak” nevezzük.

Minden termék CE-jelöléssel rendelkezik, és etilen-oxid gazzal sterilizált (lásd az egyedi csomagolást).

A folyadékgyülem lecsapolásához a következő kiegészítő elemeket javasoljuk:

- Alkoholos fertőtlenítő spray
- Kézfertőtlenítő
- Nem steril, eldobható kesztyű

FIGYELMEZTETÉSEK

Általános

A tartály és lecsapoló szett csak az előírások szerint használható.

Ne használja ezt a terméket, ha:

- annak steril csomagolása sérült
- sérült
- sterilitásának szavatossága lejárt

A folyadék-elvezető szettek egyszer használatosak!

A vokat steril csomagolásban szállítják, amelyeken minőségellenőrzés történt. A lecsapoló szettet tilos újra sterilizálni.

A termék kizárólag egyszer használható. Az újrafelhasználás hozzájárulhat a keresztfertőzéshez. Az ewimed GmbH nem vállal felelősséget az újrafelhasznált, újra sterilizált termékekért vagy azokért a termékekért, melyeknek a csomagolása sérült.

Folyadék-csapolás a mellüregből

Csak az orvos által előírt folyadékmennyiséget engedje le.

ewimed nem javasolja napi 1000 ml-nél több folyadék leeresztését. Nagyobb mennyiség elvezetése csak orvosának ajánlása alapján végezhető. Szívás közben kellemetlen húzóó érzést tapasztalhat. Ha ez túl intenzívvé válik, zárja le a készülék csipeszes szorítóját a csatlakozócsövön, az áramlás szüneteltetése érdekében.

A pleurális effúzió ismételt elvezetésével kapcsolatos lehetséges szövödmények* a pneumothorax*, újbóli expanziós tüdőödéma*, hipotenzió*, keringési összeomlás*, szepták* a mellüregben, vagy fertőzés*.

Folyadék-csapolás a hasüregből

Csak az orvos által előírt folyadékmennyiséget engedje le.


Az ewimed nem javasolja napi 2000 ml-nél több folyadék leeresztését. Nagyobb mennyiség elvezetése csak orvosának ajánlása alapján végezhető. Szívás közben kellemetlen húzóó érzést tapasztalhat. Ha ez túl intenzívvé válik, zárja le a készülék csipeszes szorítóját a csatlakozócsövön az áramlás szüneteltetése érdekében.

Az ascites* ismételt lebocsájtásával kapcsolatos, lehetséges szövödmények közé tartozik a hipotenzió*, a keringés összeomlása*, elektrolit egyensúlyhiány*, fehérje veszteség*, hepatorenalis szindróma*, ascites-szívárgás a bemetszési helyekről, peritonitis*, szepták* a hasüregben*, és a fertőzés*.

A tartály elhelyezése folyadék-lebocsájtás közben

A folyadék elvezetését a gravitációs erő segíti. Ezért győződjön meg arról, hogy a lecsapolás ideje alatt a tartály magasságban mindig a katéter kilépési pontja alatt helyezkedjen el, pl. a padlón.

A folyadék-lebocsájtás során ügyeljen arra, hogy ne gyakoroljon nyomást a tartályra. Ez károsíthatja az egyirányú szelepet, a visszaáramló folyadék pedig fertőzést okozhat.



Megjegyzés: Minden, a termékkel összefüggő súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

Tisztítás / fertőtlenítés

Ha a folyadék szivárog és bőrrrel érintkezik, tisztítsa meg a bőrt szappannal és vízzel.

Minden felületre használjon arra megfelelő tisztító vagy fertőtlenítő terméket. Ne használjon octenisept®-et, vagy jódot tartalmazó termékeket a katéter vagy a biztonsági szelep fertőtlenítéséhez.

Az alkoholos törlőkendők enyhén gyúlékonyak.

Az alkoholos fertőtlenítő kendőt tartsa távol nyílt lángtól.

FIGYELMEZTETÉSEK


Katéterre vonatkozó figyelmeztetések

Soha ne vágja át a katétert, és ne vágja le a biztonsági szelepet.

Ügyeljen arra, hogy a katéter ne érintkezzen éles tárgyakkal.

Ha a biztonsági szelep működése nem garantálható, vagy ha a biztonsági szelepet már levágta tévedésből (azaz nem lehet többé csatlakoztatni), az alábbiak szerint járjon el:

- az ujjaival határozottan csípje, szorítsa össze a katétert,
- másik kezével tartsa nyitva a vészhelyzeti csúszó bilincset, hogy a katéterre rá lehessen húzni a bilincs nyitott végén keresztül.
- teljesen nyomja át a katétert a bilincs keskeny végén.
- azonnal értesítse orvosát.



Csak eredeti tartozékokat használjon!

Ne próbálja a katétert nem eredeti folyadéklecsapolási szetthez csatlakoztatni. A biztonsági szelepbe csak a speciálisan kifejlesztett csatlakozó vég illeszthető. Idegen tárgyak használata károsíthatja a biztonsági szelepet. A helytelen kezelés miatt levegő juthat a testbe, vagy az effúzió kiszivároghat.

Mindig tartsa tisztán a katéter biztonsági szelepét, csatlakozó véget pedig sterilen.


Ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek nem steril tárgyakkal a fertőzések elkerülése érdekében. A biztonsági szelepet minden csapolás előtt fertőtleníteni kell.

Folyadék-elvezetés közben győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep és a csatlakozó vég megfelelően csatlakozik. Ügyeljen arra, hogy ne feszítse, ne rántsa meg a csatlakoztatott csövet.

Különösen ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vég steril módon kerüljön a biztonsági szelepbe, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolat biztonságos. Ha az alkatrészek véletlenül szétkapcsolódnak, az fertőzéshez vezethet. Ebben az esetben fertőtlenítsa a biztonsági szelepet egy új alkoholos törlőkendővel, és dobja ki a leválasztott eszközt. Használjon új steril tartályt a folyadék-elvezetés folytatásához.

A nem szándékos szétkapcsolás megakadályozására használja a drainova® clickFix-et.

A drainova® clickFix nem található a drainova® szettben, külön rendelhető.



ELŐKÉSZÜLET

Az folyadékgyülemet a kezelőorvosa által felírt lecsapoló szett segítségével tudja lebocsájtani.

Ha nem kapott orvosi ajánlást a csapolás gyakoriságára ill. mennyiségére vonatkozóan, akkor a betanítás során fog erre vonatkozó ajánlást kapni.

1. Készítsen elő egy tiszta, üres munkaterületet az asztalon vagy más felületen.

Kérjük, vegye figyelembe: Helyezzen egy nyitott tárolót a közelbe, ahová a használt anyagokat eldobhatja

2. Fertőtlenítse a kezét. Javasoljuk továbbá, hogy fertőtlenítés előtt alaposan mosson kezet.

3. Vegye fel a nem steril eldobható kesztyűt.
4. Távolítsa el a katétert borító kötést. Óvatosan és lassan húzza le a bőrről a fóliaköttszert, ügyelve arra, hogy közben a katétert meg ne húzza.


Fontos: Tájékoztassa kezelőorvosát, ha duzzanatot, gyulladás jeleit észleli, vagy folyadék halmozódik fel a katéter kilépési helyén vagy a bemetszés körül.

5. Vegye le a kesztyűt és fertőtlenítse újra a kezét.
6. Nyissa ki a lecsapoló szett csomagolását.
7. Nyissa ki tasakot úgy, hogy a csomagolás mindkét oldalát a tetején húzza szét. Az öntapadó fóliát tegye félre.

ELJÁRÁS


1. Helyezze a kötszer-készletet a fedéllel felfelé a munkafelületre. Óvatosan vegye ki belőle, és bontsa ki a terítőt. A teljes tartalmát hagyja a steril, terítőn.

A kötszer-készlet elemei sterilek, és nem érintkezhetnek nem steril tárgyakkal.



2. Emelje fel a kesztyűt annak nyílásánál, és húzza fel az ábra szerint. Mindkét kesztyű mindkét kéz számára megfelelő. Ügyeljen arra,

hogy a kesztyű ne érintkezzen nem steril tárgyakkal, pl. bőr vagy ruházat.



- 2.1. Tépje fel az alkoholos törülköző kis tasakját, de ne vegye ki belőle a kendőt. Nyissa szét a kis tasakokat, hogy azok később a biztonsági szelepre kerülhessenek. Helyezze vissza a kinyitott alkoholtörölő tasakokat a kendő szélére.

3. Távolítsa el a drainova® szilikon kupakot, steril vagy a drainova® védősapkát:


• **A drainova® szilikon kupak, steril használata:**

Tartsa határozottan a katéter biztonsági szelepét, és óvatosan húzza le a drainova® Silicone kupakot. Dobja el a kupakot.




• **A PleurX™/PeritX™ szelepsapka használata:**

Tartsa határozottan a katéter biztonsági szelepét, forgassa el a PleurX™/PeritX™ szelepsapka az óramutató járásával ellentétes irányba, és óvatosan vegye le. Dobja el a kupakot.




4. Helyezze a biztonsági szelepet a nyitott alkoholos törlőkendők egyikébe, és óvatosan körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg a szelepet. Hagyja a biztonsági szelepet a tasakban az 5–7. Lépés végrehajtása közben.




Figyelmeztetés: Ne használjon octenisept®-et vagy más jódtartalmú fertőtlenítőt

5. Nyissa ki a tartály csomagolását és vegye ki a tartályt.
A csomagolásban található termék steril. Fontos, hogy a tartály csatlakozó vége steril maradjon. Helyezze a tartályt a terítő mellé.
6. Távolítsa el rögzítő szalagot a tartály csővéről.




7. Egyik kezében tartsa a tartály csatlakozó végét. A másik kezével zárja be teljesen a csövön lévő szorítóbilincset.




8. Továbbra is kezében tartva a csatlakozó végét, másik kezével távolítsa el arról a szilikon védőborítást.



- 8.1. Távolítsa el az alkoholos törlőkendőket a biztonsági szelepről, és helyezze a csatlakozó végét a biztonsági szelepre. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep és a csatlakozó vég megfelelően csatlakozik a lecsapolás megkezdéséhez. Csatlakozáskor kattánás hallható és érezhető.




9. Nyomja össze a tartályt a narancssárga színű biztonsági csat eltávolításához. Ne dobja el a csatot, a későbbi kiürítést követően még szüksége lesz rá.



Javaslat: A folyadék-csapolás időtartama lerövidíthető, ha vertikálisan alacsonyabban helyezi el a tartályt, pl. helyezze a padlóra.

10. Nyissa ki a csövön lévő szorítóbilincset, hogy megkezdődhessen a folyadék-csapolás.




Kérjük, vegye figyelembe: Az áramlás lelassítható vagy megszakítható, amennyiben:

- a folyadék csaknem teljesen lemerült
- a folyadék nagy viszkozitású
- a biztonsági szelep eltömődött alvadék * vagy egy fehérjefonal miatt


A GYIK „GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK”-ben (39. oldal) további információt talál arról, hogy hogyan kell eljárni a fenti esetekben.

- Ha elérte az orvos által lebecsajtani ajánlott folyadék-mennyiséget, állítsa le a csapolást a szorítóbilincs lezárásával. A felső stop gomb megmutatja az ürített mennyiséget. Az összeget rögzítheti a 4. oldalon található csapolási napló diagramon.




UTOLSÓ LÉPÉSEK

- Nyissa ki a drainova® szilikon kupak, steril csomagolását, és hagyja, hogy a kupak a kendőre essen.



- Az egyik kezébe vegye a csövet, a másikba a biztonsági szelepet. Húzza határozottan, egyenesen a csatlakozó véget a biztonsági szelepből. Helyezze a csövet lefelé.



- Törölje a biztonsági szelepet kb. 30 másodpercig keresztül alkoholos törlőkendővel vagy más megfelelő alkoholalapú fertőtlenítőszerrel, majd dobja ki a használt törlőkendőt.


Figyelem: Ne használjon octenisept®-et, vagy más, jódot tartalmazó fertőtlenítőszer.

- Helyezze a katéter végére a drainova® szilikon kupakot, steril:
Biztosan rögzítse az új steril drainova® szilikon kupakot, steril a katéter biztonsági szelepeire. A kupak további támogatás nélkül is a helyén marad.




ÚJ KÖTÉS ALKALMAZÁSA

1. Tisztítsa meg a katéter kilépési helyének környékét alkoholt tartalmazó bőrfertőtlenítő spray-vel. Ha a seb meggyógyult, és a varratokat eltávolították, használhat alkoholos törülköződőt. Győződjön meg arról, hogy a fertőtlenítőszer felvitele után a katéter kilépési helye és a katétert körülvevő bőr száraz. Csak akkor alkalmazza az új kötést.




A pleurális* katéter kilépési helyének fertőtlenítése



Az ascites * katéter kilépési helyének fertőtlenítése


2. Helyezze a habszivacsot a katéter köré a réssel felfelé.




3. Tekerje fel a katétert, és tegye a habpárnára.




4. Fedje le a katétert a gézlapokkal.




5. Vegye le mindkét kesztyűt.
6. Az öntapadó filmkötés három rétegből áll.
 - I. Nem nyomtatott réteg (két darab)
 - II. Öntapadós fóliakötés (átlátszó)
 - III. Nyomtatott réteg
7. Tegye szabaddá az öntapadó felületet a nyomtatott réteg lehúzásával.




8. Helyezze az öntapadó filmkötést a gézpárnák fölé, és rögzítse a széleket a környező bőrre.



9. Válassza le a nem-nyomtatott réteg középső részét a fóliáról.




10. Óvatosan húzza le a nem-nyomtatott réteg szélét a fóliáról, és simítsa ki a teljes öntapadó fóliát a közepétől a széléig.



Figyelem: A használt kötést mindig a helyi előírásoknak megfelelően dobja el.

A DRAINOVA® TARTÁLY ÜRÍTÉSE

1. A következő lépésekhez szüksége lesz ollóra, törölközőre, a narancssárga színű biztonsági zárra, műanyag zacskóra (pl. a tartály eredeti, külső csomagolására)
2. Helyezze a tartályt a padlóra. Nyissa ki a szorítóbilincset és emelje fel a csövet. A csőben maradt folyadék így kifolyhat.
3. Csukja be a szorítóbilincset.
4. Vágja át a csövet a szelep alatt. (1. ábra). Dobja el a levágott csődarabot, a szorítóval együtt. Készítsen elő egy törölközőt. A lecsapolt folyadék WC-be ürítéséhez tartsa a tartályt a WC fölé fejjel lefelé úgy, hogy a csőnyílás lefelé mutasson. A kiürítés megkezdéséhez finoman nyomja össze a tartályt.
5. Miután a tartály kiürült és összezáródott, rögzítse vissza a helyére a narancssárga biztonsági reteszt. Ügyeljen arra, hogy ahol csak lehetséges, ne maradjon folyadék a csőben. Végül helyezze a tartályt a lefolyócsővel együtt a mellékelt műanyag zacskóba.
6. A táskát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



1. ábra

Figyelem: A használt termékek és az effúziós folyadék biológiai kockázatokat jelenthetnek. Ezért a használt termékek és folyadékok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi és országos előírásokat.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Mikor lehet eltávolítani a varratokat?

A varratok általában 7-10 nap múlva távolíthatók el. A katétert helyén tartó varratot azonban csak 30 nap elteltével szabad eltávolítani.

Milyen gyakran kell csapolnom?

Csak az orvos által előírt mennyiséget bocsássa le. A folyadékot egy-két naponta le kell csapolni (vagy az orvos előírása szerint) egy lecsapoló szett segítségével. Kérjük, konzultáljon orvosával, ha gyakrabban vagy ritkábban szeretne csapolni. Az ewimed nem javasolja alkalmanként 1000 ml-nél nagyobb mennyiségű mellúri folyadékgyülem lebocsátását.

Az ewimed nem javasolja alkalmanként 2000 ml-nél nagyobb mennyiségű ascites lebocsátását.

Mit kell tennem, ha csapolást követően még mindig nehézlégzésem van?

Tájékoztassa kezelőorvosát, ha sikeres csapolást követően továbbra is nehezen lélegzik.

Mit tegyek, ha a lecsapolt folyadék mennyisége egyre kevesebb lesz, vagy ha egyáltalán nem lehet folyadékot elvezetni?

Amennyiben a lecsapolt folyadék mennyisége folyamatosan csökken, nincsenek panaszai és nem észlel súlygyarapodást, előfordulhat, hogy nem termelődik több folyadék. Konzultáljon kezelőorvosával ill. vegye fel a kapcsolatot a beültetést végző klinikával, hogy a katéter elzáródásának lehetőségét ki lehessen zárni. Egyeztesse kezelőorvosával a további teendőket!

Zuhanyozhatok vagy fürödhetek a katéterrel?

Zuhanyozhat mindaddig, amíg a katéter teljesen és helyesen be van fedve az öntapadó fóliakötéssel. Ha a gézpárnák mégis nedvesek lesznek a zuhanyozás alatt, távolítsa el a kötést, tisztítsa meg és szárítsa meg a területet, majd tegyen fel új kötést. A katétert nem szabad teljesen a vízbe meríteni sem a fürdőben, sem a medencében. Kerülje el, hogy a biztonsági szelep vízzel közvetlenül érintkezzen

Figyelmeztetés: Javasoljuk, hogy zuhanyozzon le, mielőtt csapolna, vagy új kötést alkalmazzon, hogy azonnal cserélni lehessen a kötést, ha benedvedne.

Mit tegyek, ha véletlenül kihúzom a katétert?

A katéter poliészter mandzsettája ideálisan összenő a bőr alatti bőrszövettel. Ha a katétert

véletlenül kihúzzák, és a mandzsetta látható, fedje le a kijárat helyét steril kötéssel, és azonnal lépjen kapcsolatba az implantációt végrehajtó klinikával.

Honnan tudhatom, hogy fertőzésem van-e?

Azonnal értesítse az orvost, ha fájdalmat, bőrpírt (erythema *) duzzanatot (ödéma *) vagy lázat tapasztal, ha a bőr meleg tapintású, vagy folyadék halmozódik fel, mivel ezek a fertőzés jelei lehetnek *.

Ha a lecsapolt folyadék színében változás tapasztal, a leírtak szerint járjon el.

Röviddel az implantáció után bőrpír és enyhe fájdalom várható. Ezek a tünetek nem állhatnak fenn tartósan és nem súlyosbodhatnak.

VISSZATÉRÍTÉS / VISSZATÉRÍTÉS

Csak az eredetileg becsomagolt (bontatlan, nem sérült, feliratozatlan) tartály dobozokra érvényes a visszatérítés lehetősége.

SZÓJEGYZÉK

Ascites	Kóros folyadékgyülem a hasüregben
DEHP	Lágyítószerek műanyagokban
Egyirányú szelep	Visszaáramlás nélküli rendszer a betegek nagyobb biztonsága érdekében
Elektrolit egyensúlyhiány	Az ionok (pl. Nátrium, kálium, kalcium) egyensúlyhiánya a vérben vagy a szomatikus sejtekben
Erythema	Bőrpír
Fehérje veszteség	A fehérje mennyiségének csökkenése a vérben (fehérje kimerülés)

Fertőzés	A szervezet saját védekező mechanizmusának reakciója a csírákra pl. baktériumok, vírusok stb.
Ftalátok	Lágyítószer (pl. DEHP)
Hashártyagyulladás	A hashártya gyulladásos elváltozása
Hepatorenalis szindróma	Károsodott vesefunkció
Hipotenzió	Alacsony vérnyomás
Keringési összeomlás	Ideiglenes eszméletvesztés
Mellkasi folyadékgyülem	Effúzió (folyadék felhalmozódása) a mellhártya üregében
metszés	Bőrmetszés a műtét során pl. a katéter beültetéséhez
Peritoneális üreg	A hasüreg része
Pneumothorax	Levegő a tüdő és a mellkas fala között
Septa	A szövetek áthidalása / kamrák építése a testüreg elválasztott területei között (pl. Has)
Subcutan szövet	Szövet a bőr alatt
Ödéma	Duzzanat a folyadék túlzott felhalmozódása miatt
Újbóli táguulás - tüdőödéma	Folyadék-visszatartás a funkcionális tüdőszövetben a korábban összenyomott tüdő hirtelen táguulása miatt; akut légszomj

INHOUD

2	Toelichting van de symbolen	105	Voorbereiding
8	Drainagegegevens	105	Uitvoering
9	Productoverzicht	107	Laatste stappen
102	De drainova® katheter/drainova® ArgentiC katheter of PleurX™/ PeritX™ katheter	108	Een nieuw verband maken
102	Het drainova® reservoir, drainageset	109	Het drainova® reservoir legen
103	Waarschuwingen	109	Veelgestelde vragen
	algemeen	110	Retourneren of tegoed
	in combinatie met uw katheter	111	Woordenlijst

U dient instructies te hebben gekregen van ons trainingspersoneel, verpleegkundigen of een arts over het juiste gebruik van de onderdelen van deze set. Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u problemen heeft met of vragen over de drainage van de uitstorting.

Lees de volledige gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het drainova® reservoir, drainageset gebruikt voor drainage van de uitstorting.

HEEFT U VRAGEN OF HULP NODIG?

Neem contact met ons op:

DE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

SE: +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

BE: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

EN: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

DA: +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NL: +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

CH: +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

NO: +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

LU: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AT: +43 2231 22500
info@ewimed.com

HU: +36 1 998 8295
info@ewimed.hu

U vindt meer gedetailleerde informatie op onze website www.ewimed.nl



DE DRAINOVA® KATHETER/DRAINOVA® ARGENTIC KATHETER OF PLEURX™/PERITX™ KATHETER


De drainova® katheter, drainova® ArgentiC katheter of PleurX™/PeritX™ katheter wordt gebruikt om vocht uit de borstholte (pleuravocht*) of de buikholte (ascites*) af te voeren.

Uw arts heeft deze katheter geïmplantéerd zodat u het pleuravocht* of ascites* zelf thuis kunt draineren als dat nodig is, waardoor u bespaard blijft van terugkerende puncties in het ziekenhuis. Het deel van de katheter dat in uw lichaam ligt heeft drainagegaten waardoor de uitstorting naar buiten kan worden afgevoerd. De polyester manchets wordt tijdens de implantatie in een tunnel onder de huid geplaatst ter bescherming tegen infectie*. De veiligheidsklep op het zichtbare deel van de katheter is meestal gesloten en voorkomt lekkage van uitstorting en het binnendringen van lucht.

Als er geen drainage plaatsvindt, wordt een ventielklep op de veiligheidsklep vergrendeld of wordt een steriele drainova® siliconen dop aangebracht om de veiligheidsklep te beschermen tegen vervuiling of beschadiging.

Gebruik de drainova® drainageset of de ewimed drainageset om de uitstorting af te voeren. Het gebruik van de drainageset is optimaal afgestemd op de verbinding met de veiligheidsklep dankzij het sleutel-slot principe.

Hierna wordt naar de drainova® katheter, drainova® ArgentiC katheter of PleurX™/PeritX™ katheter verwezen als 'katheter'.



Afbeelding: schematische weergave van een drainova® katheter

HET DRAINOVA® RESERVOIR, DRAINAGESET

Het drainova® reservoir, drainageset bevat steriele materialen die u nodig heeft om een uitstorting veilig en gemakkelijk af te voeren met uw katheter.

Het drainova® reservoir, drainageset wordt hierna een 'drainageset' genoemd. Het reservoir in het drainova® reservoir, drainageset wordt hierna 'reservoir' genoemd.

Alle onderdelen van de set zijn CE-gemarkeerd en gesteriliseerd met ethyleenoxidegas (zie individuele verpakking).

Daarnaast adviseren wij het volgende voor het uitvoeren van de drainage:

- Op alcohol gebaseerde huiddesinfecterende spray
- Ontsmettingsmiddel voor de handen
- Niet-steriele wegwerphandschoenen

WAARSCHUWINGEN

algemeen

Het drainova® reservoir, drainageset is alleen geschikt voor gebruik voor het beoogde doel.

Gebruik het product niet als:

- de steriele verpakking beschadigd is.
- het product beschadigd is.
- de vervaldatum is verstreken.

De verbruiksartikelen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik!

De drainageset wordt steriel geleverd, wat wordt gegarandeerd door passende kwaliteitscontroles. De drainagesets mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd. Het product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan bijdragen aan kruisbesmetting. ewimed GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor producten die opnieuw worden gebruikt, opnieuw gesteriliseerd of uit beschadigde verpakkingen worden gehaald.

Drainage uit de borstholte

Volg het voorschrift van de arts met betrekking tot de hoeveelheid drainage. ewimed raadt aan niet meer dan 1000 ml uitstorting per dag te draineren. Het draineren van grotere hoeveelheden uitstorting mag alleen gebeuren op voorschrift van de behandelend arts. U kunt een ongemakkelijk trekken voelen tijdens de drainage. Als dit te sterk wordt, sluit dan de knijpklem op de verbindingsslang om de vloeistofstroom even te onderbreken. Mogelijke complicaties van terugkerende drainage van pleuravocht* zijn onder meer pneumothorax*, re-expansie longoedeem*, hypotensie*, circulatoire collaps*, septa* in de borstholte of infectie*.


Drainage uit de buikholte

Volg het voorschrift van de arts met betrekking tot de hoeveelheid drainage.

ewimed raadt aan niet meer dan 2000 ml uitstorting per dag te draineren. Het draineren van grotere hoeveelheden uitstorting mag alleen gebeuren op voorschrift van de behandelend arts. U kunt een ongemakkelijk trekken voelen tijdens de drainage. Als dit te sterk wordt, sluit dan de knijpklem op de verbindingsslang om de vloeistofstroom even te onderbreken. Mogelijke complicaties van terugkerende drainage van ascites* zijn hypotensie*, circulatoire collaps*, verstoring van de elektrolytenbalans*, eiwitverlies*, hepatorenaal syndroom*, lekkage van ascites* door de incisies*, peritonitis*, septa* in de peritoneale holte* en infectie*.

Positie van het reservoir tijdens drainage

Aangezien de drainage van de uitstorting door de zwaartekracht kan worden ondersteund, moet u ervoor zorgen dat het reservoir zich tijdens de drainage altijd onder de plaats van uitgang van de katheter bevindt, bijvoorbeeld op de vloer. Zorg ervoor dat er tijdens de drainage geen druk op het reservoir wordt uitgeoefend. Dit kan de terugslagklep beschadigen en verontreiniging door de tegenstroom veroorzaken.



Opmerking: Alle ernstige incidenten die verband houden met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteit.

Reiniging / desinfectie

Wanneer uitstorting uitloopt, reinig de huid dan met water en zeep in geval van contact met de huid. Gebruik voor oppervlakken een geschikt reinigings- of oppervlaktedesinfectiemiddel. Gebruik geen octenisept® of ontsmettingsmiddel

dat jodium bevat om de katheter of veiligheidsklep te reinigen/ontsmetten.

De alcoholdoekjes zijn licht ontvlambaar.

Houd wattenstaafjes uit de buurt van open vuur.

WAARSCHUWINGEN


in combinatie met uw katheter

Knip nooit de katheter of de veiligheidsklep door.

Vermijd contact van scherpe voorwerpen met de katheter.

Als de werking van de veiligheidsklep niet meer kan worden gegarandeerd of als de veiligheidsklep per ongeluk is afgesneden of niet meer beschikbaar is, ga dan als volgt te werk:

- Knijp de katheter stevig samen met uw vingers.
- Houd met de andere hand de noodschuifklem uit elkaar zodat de katheter in het open uiteinde van de klem kan worden geschoven.
- Duw de katheter volledig in het smalle uiteinde van de klem.
- Waarschuw onmiddellijk uw arts.

**NL****Gebruik alleen originele accessoires.**

Er mogen alleen geschikte originele accessoires op de katheter worden aangesloten. Er mag niets anders dan de speciaal hiervoor ontwikkelde invoerpen in de veiligheidsklep worden gestoken, anders kan de veiligheidsklep beschadigd raken. Onjuiste behandeling kan ertoe leiden dat er lucht in het lichaam komt of dat er permanent uitstorting naar buiten lekt.

Houd de veiligheidsklep op de katheter schoon en de invoerpen op de verbindingsslang steriel.


Zorg ervoor dat deze niet in contact komen met niet-steriele voorwerpen om vuil of besmetting te voorkomen. De veiligheidsklep moet voor elke drainage gedesinfecteerd worden.

Zorg ervoor dat de veiligheidsklep en de invoerpen tijdens het aftappen volledig in elkaar gestoken zijn. Zorg ervoor dat er niet aan de verbindingsslang wordt getrokken.

Gebruik bij het aansluiten van de invoerpen op de veiligheidsklep een steriele procedure en zorg ervoor dat de connector stevig is aangesloten. Per ongeluk loskoppelen kan leiden tot vervuiling. Desinfecteer in dat geval de veiligheidsklep met een nieuw alcoholdoekje en gooi het losgekoppelde drainagemateriaal weg. Er moet een nieuwe steriele drainageset worden gebruikt om de drainage voort te zetten.

Ter bescherming tegen onbedoeld loskoppelen kan de drainova® clickFix (catalogusnr. P1100) worden gebruikt.

De drainova® clickFix kan aanvullend worden voorgeschreven en maakt geen deel uit van de drainageset.



VOORBEREIDING

De uitstorting moet worden afgevoerd met een drainageset zoals voorgeschreven door uw arts. Als u geen doktersadvies heeft gekregen voor het drainage-interval of het drainagevolume, krijgt u tijdens de training een advies.

1. Maak een schoon, vrij werkvlak klaar op een tafel of een ander werkoppervlak.

Opmerking: Voor het afvoeren van gebruikt materiaal moet u voorzien in een open container voor het afval.

2. Desinfecteer uw handen. Ook raden we aan vooraf goed uw handen te wassen.
3. Doe de niet-steriele wegwerphandschoenen aan.


4. Verwijder het verband over de katheter. Maak voorzichtig een hoek van het verband los en trek het langzaam weg van de huid. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk aan de katheter trekt.

Opmerking: Als u zwelling, ontsteking of vochtophoping opmerkt bij de uitgang van de katheter of op de plaats waar de katheter is verwijderd uit de huid, informeer dan uw behandelend arts.


5. Doe de handschoenen uit en desinfecteer uw handen opnieuw.
6. Open de buitenverpakking van het reservoir.
7. Open de verpakking van de verbandset door de twee zijden van de zak van bovenaf uit elkaar te trekken. Leg het zelfklevende folieverband opzij.

UITVOERING

1. Plaats de verbandset in het werkgebied, met de flap naar boven. Vouw de afdekdoek voorzichtig open. Laat de items binnen op de afdekdoek liggen.
De items in de verbandset zijn steriel en mogen niet in contact komen met niet-steriele items.



2. Pak de handschoenen vast bij de opening en trek ze aan zoals afgebeeld. Beide handschoenen zijn geschikt voor beide handen. Zorg ervoor dat er geen niet-steriele voorwerpen, zoals bijv. huid of kleding worden aangeraakt.



- 2.1 Scheur de verpakking van de alcoholdoekjes aan één kant open. Haal de alcoholdoekjes niet uit de verpakking. Open de betreffende verpakking zodanig dat u deze later op de veiligheidsklep kunt plaatsen. Plaats de geprepareerde alcoholdoekjes terug op de rand van de afdekdoek.
3. Draai de steriele drainova® siliconen dop, steriel of de PleurX™/PeritX™ ventielklep los:


- **met de steriele drainova® siliconen dop, steriel:**

Houd de veiligheidsklep van de katheter vast en trek voorzichtig de steriele drainova® siliconen dop, steriel eraf. Gooi de dop weg.




- **met de PleurX™/PeritX™ ventielklep:**

Houd de veiligheidsklep van de katheter vast en draai de PleurX™/PeritX™ ventielklep tegen de klok in en trek het voorzichtig los. Gooi de dop weg.




- Plaats de veiligheidsklep in een al voorgestelde verpakking met een alcoholdoekje en reinig de veiligheidsklep door deze licht te draaien. Laat de veiligheidsklep tijdens stap 5 - 7 in deze verpakking zitten.




Let op: Gebruik geen octenisept® of ontsmettingsmiddel dat jodium bevat.

- Open de verpakking van het reservoir en verwijder deze.
Het artikel in de verpakking is steriel. Het is belangrijk dat de invoerpen op het slangstelsel steriel blijft. Plaats het reservoir naast de afdekdoek.
- Verwijder de bevestiging die om het opgerolde slangstelsel zit.




- Houd de invoerpen aan de basis in één hand. Sluit de klem op de slang volledig met de andere hand.




- Blijf de invoerpen bij de basis vasthouden en trek, indien nodig, de beschermkap voorzichtig met een licht draaiende beweging van de invoerpen.



- Verwijder de verpakking met het alcoholdoekje van de veiligheidsklep en druk de invoerpen in de veiligheidsklep. Zorg ervoor dat de veiligheidsklep en de invoerpen stevig met elkaar verbonden zijn tijdens de drainage, en dat het vastklikken hoorbaar en voelbaar is.




- Knijs nu in het reservoir om de oranje zekering op het reservoir te verwijderen. Bewaar de oranje zekering voor toekomstige verwijdering van het reservoir.



Aanbeveling: De drainagetijd kan worden verkort door het drainova® reservoir op een lager niveau te plaatsen, bijv. de grond.

- Open de knijpklem op de slang om de drainage te laten beginnen.




Opmerking: De vloeistofstroom kan worden vertraagd of onderbroken als:

- de uitstorting bijna volledig is gedraineerd
- de uitstorting een hoge viscositeit heeft
- de veiligheidsklep wordt geblokkeerd door een coagulum* of een eiwitdraad.


Aanvullende informatie over hoe te handelen in een dergelijk geval vindt u in het gedeelte 'Veelgestelde vragen' vanaf pagina 109.

11. Wanneer het door de arts aanbevolen drainagevolume is bereikt, stopt u de drainage door de knijpklem te sluiten. U kunt het afgevoerde volume aflezen met behulp van de bovenste vasthoudknop. Het afgelezen drainagevolume kan worden ingevoerd in de tabellen 'Drainagerecords' op pagina 8.



LAATSTE STAPPEN

1. Open de verpakking van de steriele drainova® siliconen dop, steriel en laat de dop op de afdekdoek vallen.



2. Neem het slangstelsel in de ene hand en de veiligheidsklep in de andere hand. Trek met een stevige, gelijkmatige beweging de invoerpen uit de veiligheidsklep. Leg het slangstelsel neer.



3. Reinig de veiligheidsklep ongeveer 30 seconden met een alcoholdoekje of een geschikt desinfectiemiddel op basis van alcohol en gooi het wattenstaafje daarna weg.


Let op: Gebruik geen octenisept® of ontsmettingsmiddel dat jodium bevat.

4. Bevestig de steriele drainova® siliconen dop, steriel:
Duw de nieuwe drainova® siliconen dop, steriel stevig op de veiligheidsklep van de katheter. De dop blijft zelfstandig vastzitten zonder extra vergrendeling.




EEN NIEUW VERBAND MAKEN

1. Reinig het gebied rond de uitgang van de katheter met de huiddesinfecterende spray op alcoholbasis. Als de wond genezen is en de hechtingen zijn verwijderd, kan hiervoor een alcoholdoekje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de uitgangplaats van de katheter en de huid rond de katheter droog zijn na het aanbrengen. Breng dan pas het nieuwe verband aan.




Desinfectie in het pleuragebied*




Desinfectie in het gebied van de ascites*


2. Plaats het schuimstof-gleufkompres rond de katheter met de gleuf naar boven gericht.




3. Rol de katheter op en plaats deze op het schuimstof-gleufkompres.




4. Bedek de katheter met de gaasjes.




5. Trek beide handschoenen uit.
6. Het zelfklevende folieverband bestaat uit drie lagen:
 - I. Onbedrukte beschermfolie (tweedelig)
 - II. Zelfklevend folieverband (transparant)
 - III. Bedrukte beschermfolie
7. Leg het zelfklevende oppervlak bloot door de bedrukte beschermfolie te verwijderen.



8. Centreer het zelfklevende folieverband over de gaaskompressen en breng het aan op de omliggende huid.




9. Maak het middelste deel van de onbedrukte beschermfolie los van het folieverband.



- Verwijder voorzichtig het frame van de onbedrukte beschermfolie van het folieverband en strijk het hele zelfklevende folieverband van het midden naar de randen glad.

Opmerking: Gooi gebruikt verbandmateriaal weg volgens de plaatselijke voorschriften.




HET DRAINOVA® RESERVOIR LEGEN

- Leg voor de volgende stappen een schaar, een doek, de oranje zekering en een plastic zak klaar (bijvoorbeeld de plastic zak waarin het reservoir zat).
- Zet het reservoir op de grond. Open de klem en houd de slang omhoog. Hierdoor kan restvloeistof in de slang weglopen.
- Sluit de klem weer.
- Knip nu de slang onder de terugslagklep* door (afb. 1). Gooi het afgesneden stuk slang met de knijpklem en de invoeren weg. Gebruik indien nodig het meegeleverde doekje. Om de vloeistof in het reservoir via het toilet af te voeren, plaatst u het reservoir ondersteboven zodat de opening van de slang boven het toilet naar beneden wijst. Het legen begint door in het reservoir te knijpen.

Opmerking: Gebruikte producten en uitstortingen kunnen mogelijk biologische risico's met zich meebrengen. Neem daarom de plaatselijke en landelijke voorschriften in acht bij het afvoeren van gebruikte producten en uitstorting.

- Zodra het reservoir leeg is en u het heeft ingeklapt, bevestigt u de oranje zekering. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk vloeistof in de slang zit. Doe het reservoir samen met het slangstelsel in de meegeleverde plastic zak.
- Gooi de zak weg volgens de plaatselijke voorschriften.



Afb. 1

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer kunnen de hechtingen worden verwijderd?

De hechting kan na 7-10 dagen worden verwijderd. De draad mag echter pas na 30 dagen worden verwijderd.

Hoe vaak moet ik de uitstorting draineren?

Volg het voorschrift van de arts met betrekking tot de hoeveelheid drainage.

De uitstorting moet om de één tot twee dagen worden gedraineerd met een drainageset of zoals voorgeschreven door de arts. Vraag uw arts wanneer u de uitstorting vaker of minder vaak wilt laten wegvloeien. ewimed raadt aan om maximaal 1000 ml uitstorting uit de borstholte te draineren. ewimed raadt aan om maximaal 2000 ml uitstorting uit de buikholte te draineren.

Wat moet ik doen als ik na de drainage nog steeds benauwd ben?

Als u nog steeds ademhalingsmoeilijkheden heeft na succesvolle drainage van uitstorting uit de borst- of buikholte, waarschuw dan uw arts.

Wat te doen als het volume van de uitstorting afneemt of als er helemaal geen uitstorting kan worden gedraineerd?

Als de hoeveelheid drainage voortdurend afneemt en u geen klachten of gewichtstoename ervaart, is het mogelijk dat er zich geen uitstorting meer heeft gevormd. Raadpleeg uw arts of neem contact op met de implanterende kliniek om een verstopping van de katheter uit te sluiten en de verdere procedure te bespreken.

Kan ik douchen of baden met de katheter?

Als de katheter volledig en correct is afgedekt met het zelfklevende folieverband, kunt u douchen. Als het gaasverband nog nat wordt tijdens het douchen, verwijder dan het verband, maak het gebied schoon en droog, en breng een nieuw verband aan. De katheter mag niet worden ondergedompeld in het water van een bad of

zwembad. Vermijd direct contact van de veiligheidsklep met bad- of douchewater.

Opmerking: We raden aan om voor de drainage/verbandwissel te douchen, zodat het verband snel kan worden vervangen als het nat wordt.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk de katheter eruit trek?

De katheter moet door de polyester manchet met het onderhuidse* huidweefsel smelten. Als de katheter per ongeluk wordt teruggetrokken en de manchet zichtbaar is, bedek de uitgangplaats dan met een steriel verband en neem onmiddellijk contact op met de implanterende kliniek.

Hoe weet ik of ik een infectie* heb?

Vertel het onmiddellijk aan een arts als u pijn, roodheid (erytheem*), warmte, zwelling (oedeem*), koorts of vochtophoping heeft. Dit kunnen tekenen zijn van een infectie*. Ga op dezelfde manier te werk als kleurveranderingen van de uitstorting zichtbaar worden. Kort na de implantatie kunt u roodheid en lichte pijn verwachten, maar deze mogen niet aanhouden of verergeren.

RETOURNEREN OF TEGOOD

Alleen originele verpakkingen (ongeopende, ongelabelde en onbeschadigde) dozen met drainagesets worden geaccepteerd en gecrediteerd.

WOORDENLIJST

Ascites	Uitstorting of vochtophoping in de buikholte (buik)
Circulatoire collaps	Tijdelijk bewustzijnsverlies
DEHP	Weekmakers in kunststoffen
Eiwitverlies (of eiwitdepletie)	Vermindering van de hoeveelheid eiwit in het bloed (eiwitdepletie)
Erytheem	Roodheid van de huid
Ftalaat	Weekmaker (bijv. DEHP)
Hepatorenaal syndroom	Afname van nierfunctie
Hypotensie	Lage bloeddruk
Incisie	Snijden in de huid tijdens de operatie, bijvoorbeeld voor het implanteren van de katheter
Infectie	Reactie van de afweer van het lichaam op ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld bacteriën, virussen enz.
Oedeem	Zwelling door overmatige vochtophoping
Onbalans in elektroly- ten	Verstoring van de ionenbalans (bijv. natrium, kalium, calcium) in het bloed of in de lichaamscellen
Peritoneale holte	Deel van de buikholte
Peritonitis	Ontsteking van het buikvlies (buikholte)
Pleuravocht	Uitstorting of vochtophoping in de pleuraholte
Pneumothorax	Lucht in de ruimte tussen de longen en de borstwand
Re-expansie – longoedeem	Vochtretentie in het functionele longweefsel door de plotselinge uitzetting van de eerder samengedrukte long; acute ademnood
Terugslagklep	Backstop voor verhoogde patiëntveiligheid
Septa	Weefselbruggen/kamers tussen afzonderlijke ruimtes in een lichaamsholte (bijv. abdomen)
Onderhuids weefsel	Weefsel onder de huid



Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd.
No. 347 Yuewang Road
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing
312000 Zhejiang, P.R China



OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium



OBELIS Swiss GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar / ZG, Switzerland



EURASIA Deutschland GmbH
Meisenweg 1
35415 Pohlheim
Germany



ewimed Switzerland AG
Freiburgstrasse 453
3018 Bern, Switzerland

PleurX™/PeritX™ is a trademark and/or registered trademark of Becton Dickinson and Company, or one of its subsidiaries.

drainova® is a trademark and/or registered trademark of ewimed GmbH.

octenisept® is a trademark of Schülke & Mayr GmbH.

KONTAKT / CONTACT / CONTACTER / CONTATTO / KONTAKT / KONTAKT / KONTAKT / KAPCSOLAT / CONTACT:

GERMANY

ewimed GmbH
Dorfstrasse 24
72379 Hechingen
Tel.: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

AUSTRIA

ewimed austria GmbH
Tullnerbachstrasse 92a
3011 Neu-Purkersdorf
Tel.: +43 2231 2250-0
info@ewimed.com

SWITZERLAND

ewimed Switzerland AG
Freiburgstrasse 453
3018 Bern
Tel.: +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com

SWEDEN

ewimed Sweden AB
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma
Tel.: +46 8 25 11 69
info.se@ewimed.com

DENMARK

ewimed Denmark A/S
c/o Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Tel.: +45 31 43 50 60
info.dk@ewimed.com

NORWAY

ewimed Norway
Arbins Gate 2
0253 Oslo
Tel.: +46 8 25 11 69
info.no@ewimed.com

HUNGARY

ewiCare Medical Center
Hidász utca 1.
1026 Budapest
Tel. +36 1 998 8295
info@ewicare.com

BELGIUM

ewimed Belgium BV
Kortrijksesteenweg 1126a
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel.: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

NETHERLANDS

ewimed Netherlands B.V.
Johan Cruijff Boulevard 65
1101DL Amsterdam
Tel.: +31 203 695 620
info.nl@ewimed.com

LUXEMBOURG

ewimed GmbH
Dorfstrasse 24
72379 Hechingen
Tel.: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com

ewimed

EW_10205Z_V8_2024-06

